

INSTRUMENTO FOCUS GROUP

Docentes y Profesionales ORL

Proyecto: Desarrollo de un prototipo de simulación de bajo costo para el registro de Potenciales Miogénicos Evocados Vestibulares (VEMP) con fines académicos

Investigadores	Manuel Ojeda – Luis Gallardo
Tutor supervisor	[Fernanda López y Vanessa Uribe]
Fecha de aplicación	_____
Modalidad	☐ Presencial

Instrucciones para el moderador

 **Nota al moderador:** Leer este bloque en voz alta antes de iniciar. No omitir ninguna parte.

Esta encuesta forma parte de una investigación que busca desarrollar un prototipo educativo de bajo costo para el registro de VEMP en la carrera de Tecnología Médica con mención en Otorrinolaringología. **Su participación es fundamental para definir los requerimientos técnicos y pedagógicos del dispositivo.**

El instrumento se divide en tres partes:

1. Preguntas de selección: elija la opción que mejor representa su postura.
2. Escala de importancia (1 a 5): indique cuán importante considera cada característica del prototipo.
3. Preguntas abiertas: responda con la mayor especificidad posible.

No existen respuestas correctas ni incorrectas. Todas las respuestas son confidenciales y se usarán exclusivamente con fines académicos.

Parte 1 — Preguntas de selección

Marque con una X la opción que corresponda a su postura. Solo una opción por pregunta.

1. ¿Qué exámenes debe simular el prototipo en esta primera versión?	☐ Solo cVEMP	☐ Solo oVEMP	☐ Ambos
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

2. ¿Con que dispositivo debe ser compatible el prototipo? (Puede ser más de una)	☐ Computador	☐ Tablet	☐ Celular
--	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

3. ¿En qué asignatura específica del plan de estudios sería más conveniente incorporar el prototipo?	☐ FUNDAMENTOS EN OTONEUROLOGÍA	☐ MÉTODOS DE EXPLORACIÓN ELECTROFISIOLÓGICO	☐ MÉTODOS DE EXPLORACIÓN DEL SISTEMA DEL EQUILIBRIO
--	---	--	--

4. ¿En qué semestre específico del plan de estudios sería más conveniente incorporar el prototipo?	☐ V y VI semestre	☐ VII y VIII semestre	☐ IX y X semestre
--	--	--	--

Parte 2a — Escala de importancia

Indique qué tan importante es cada característica para el prototipo educativo.

Escala: 1 = Nada importante 2 = Poco importante 3 = Moderadamente importante 4 = Importante 5 = Imprescindible

N°	Afirmación	Nada importante	Poco importante	Moderadamente importante	Importante	Imprescindible
1	Incluir al menos un caso de paciente sano en el prototipo	☐	☐	☐	☐	☐
2	El software debe indicar en tiempo real si la contracción del ECM es suficiente para obtener una señal válida	☐	☐	☐	☐	☐

Nº	Afirmación	Nada importante	Poco importante	Moderadamente importante	Importante	Imprescindible
3	El informe del prototipo debe replicar la estructura del informe clínico real	☐	☐	☐	☐	☐
4	El informe del prototipo debe usar los mismos colores del equipo clínico	☐	☐	☐	☐	☐
5	El informe final debe poder exportarse en formato PDF o imprimirse	☐	☐	☐	☐	☐
6	El software debe incluir una guía paso a paso para la colocación de electrodos según el tipo de examen	☐	☐	☐	☐	☐
7	¿La simulación debe incluir la fase de preparación del paciente (colocación de electrodos, instrucción de contracción muscular) o solo la visualización de la señal resultante?	☐	☐	☐	☐	☐
8	El uso del prototipo en sesiones formales debe contar con supervisión docente.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Visualizar la onda bifásica en tiempo real durante el registro es necesario para la formación del estudiante	☐	☐	☐	☐	☐

Parte 2b — Escala de acuerdo

Indique su grado de acuerdo con cada afirmación sobre el uso pedagógico del prototipo.

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 = De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo

Nº	Afirmación	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	El uso del prototipo en sesiones formales debe contar con supervisión docente.	☐	☐	☐	☐	☐
2	El prototipo debe estar disponible para práctica autónoma del estudiante fuera del horario de clases.	☐	☐	☐	☐	☐

Parte 3 — Preguntas abiertas

Responda con la mayor especificidad posible. No hay extensión mínima ni máxima.

1. ¿Cuál de los dos exámenes tiene mayor déficit de práctica en los estudiantes antes de sus rotaciones clínicas: cVEMP u oVEMP? ¿Por qué?

Respuesta:

2. ¿La simulación debe incluir la fase de preparación del paciente (colocación de electrodos, limpieza, instrucción de contracción muscular) o solo la visualización de la señal resultante?

Respuesta:

Cierre y agradecimientos

Agradecemos su participación y el tiempo dedicado a esta sesión. Sus respuestas contribuirán directamente al diseño del prototipo educativo y serán tratadas con absoluta confidencialidad. Si tiene alguna pregunta posterior, puede contactar a los investigadores:

Manuel Ojeda

[Manuel.ojeda02@alumnos.uach.cl]

Luis Gallardo

luis.garces@alumnos.uach.cl

Referencia metodológica: Ferrando, P. J., Morales-Vives, F., Casas, J. M., & Muñiz, J. (2025). *Likert scales: A practical guide to design, construction and use*. *Psicothema*, 37(4), 1–15.