



**Направление на дополнительное лучевое обследование  
(мультиспиральная компьютерная томография)**

**ФИО пациента:** \_\_\_\_\_

**Возраст:** \_\_\_\_\_

**Диагноз:** \_\_\_\_\_

**Цель исследования:** определение объёма и характера деформации, предоперационный расчёт и планирование костно -реконструктивной операции \_\_\_\_\_

**Зона обследования:**



**Укладка:** Лежа на спине, ноги выпрямлены (**в максимальном разгибании**)с небольшим поворотом кнутри (поворот осуществляется до тех пор, пока **надколенник** не будет располагаться в центре). Стопы не сводить.

**KV** - 120

**mAs** - как указано автоматической системой

**Pitch** -  $\leq 1$

**Matrix** - 512 x 512

**минимальный FOV (поле зрения)** -  $\leq 25 \times 25$  см (двусторонний: не более 32 см)

**Толщина среза** - 1,25-1,50 мм

**Инкремент фрагмента (Slice increment)** - 0,625-0,75 мм (50% перекрытие)

**Фильтр** - мягкие ткани.

Запись на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Леч.врач. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /