

Направление на дополнительное лучевое обследование (мультиспиральная компьютерная томография)

ФИО пациента:
Возраст:лет
Диагноз:
Цель исследования: определение объёма и характера деформации, предоперационный расчёт и планирование эндопротезирования коленного сустава
Зона обследования: от голеностопного сустава до головки бедренной кости
Укладка: Лежа на спине, ноги выпрямлены (в максимальном разгибании)с небольшим
поворотом кнутри (поворот осуществляется до тех пор, пока надколенник не будет
располагаться в центре). Стопа образует с голенью прямой угол.
KV - 120 mAs - как указано автоматической системой Pitch - ≤1 Matrix - 512 x 512 минимальный FOV (поле зрения) - ≤ 25 x 25 см (двусторонний: не более 32 см) Толщина среза - 1,25-1,50 мм Инкремент фрагмента (Slice increment) - 0,625-0,75 мм (50% перекрытие) Фильтр - мягкие ткани.
Запись на «»г.