

VERIFICACIÓN DE BALANZA

Código de Máquina: FE 45C 30KG_EMPPASBAL02 Nombre: BALANZAS_ZS 02/08/2025

Técnico:



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

Chequeo	Resultado
Estado general de la balanza	El equipo se encuentra en buen estado
Estado de limpieza	Cumple
Mesa y soportes estables	
Escala de la lectura en cero	Cumple
Cargador	Cumple
Estado del Display	Cumple
Cables de señal	Cumple
Stickers Mant. y Calibración	Cumple
¿Cumple verificación de estado?	Si

LA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE APOYO Y EL PESO DE LA MASA PATRÓN DEBE SER DE MÁXIMO +/- UNA VEZ LA ESCALA DE LECTURA DE CADA BALANZA

Escala de lectura de esta balanza:

- Escala de Lectura 10g

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

Punto	Peso Indicador	Diferencia
P1	15000	0.00
P2	15005	-5.00
P3	15005	-5.00
P4	15000	0.00
P5	15000	0.00
P6	15000	
Peso utilizado		15000

¿Cumple la Tolerancia?

Si

somos más que harina

OBSERVACIONES