

	PPR de Metrología "Verificación de estado de Equipos De Medición"	Código: OPE-ME-FO-002 Fecha: 02/08/2025 Versión: 4 Página: 1 de 2
--	--	--

Código de Máquina: BASCULA VECTOR VL405_EMPPASBAS01

Código de Orden de Trabajo:

Fecha de La Revisión: 2025-08-02

Tecnico Encargado: Julian Lopez

Descripción	Valor
Tipo Maquina	bascula
Estado General	El equipo se encuentra en buen estado
Estado Limpieza	Cumple
Estabilidad	Cumple
Escala	Cumple
Cargador	Cumple
Display	Cumple
Cables Senal	Cumple
Stickers	Cumple
Verificacion Estado	Si
Peso Utilizado	40000
Peso Indicador P1	40050
Diferencia P1	-50.00
Peso Indicador P2	40050
Diferencia P2	-50.00

Peso Indicador P3	40050
Diferencia P3	-50.00
Peso Indicador P4	40000
Diferencia P4	0.00
Peso Indicador P5	40000
Diferencia P5	0.00
Peso Indicador P6	40050
Diferencia P6	50
Verificacion Masas	Si
Formato	verificacion_basculas_ZS