



VERIFICACIÓN DE FLOWBALANCER

Código de Máquina: DOSIFICADOR GRAVIMETRICO (B)_MOLBOGDOC02 **Nombre:** FLOWBALANCER_BOGOTA 2026-04-06
Código de Orden de Trabajo: 17321

Técnico: Harold Taramuel

Técnico que revisa: John Giraldo



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

	Chequeo	Resultado
	Estado general de la máquina	Bueno
	Estado de limpieza	Cumple
	Mesa y soportes estables	Cumple
	Escala de la lectura en cero	Cumple
	Celda de carga	Cumple
	Estado del Display	Cumple
	Cables de señal	Cumple
	Membrana de Presión	Cumple

¿Cumple la verificación de estado?

Si

VERIFICACIÓN DE MASAS PATRÓN

Chequeo	Valor
Patrón utilizado en KG	6000
Con masas patrón WT	6000
Sin masas patrón WT	0
Con masas patrón ZERO	6002
Sin masas patrón ZERO	2
¿Cumple la verificación de MASAS?	Si

OBSERVACIONES