



VERIFICACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO

Código de Máquina: TERMOHIGROMETRO_LABBOGTER05 **Nombre:** EQUIPOS_BOG
2026-04-07

Código de Orden de Trabajo: 17303

Técnico: Harold Taramuel

Técnico que revisa: John Giraldo



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

	Chequeo	Resultado
	Estado general de la máquina	Bueno
	Estado de limpieza	Cumple
	Conexión USB	N/A
	Pulsador	Cumple
	Cargador	N/A
	Display	Cumple
	Batería	Cumple
	Recipiente	N/A

Limpieza Filtro

N/A

¿Cumple la verificación de estado?

Si

OBSERVACIONES