



somos más que harina

VERIFICACIÓN DE BALANZA

Código de Orden de Trabajo: 16758

Código de Máquina: ANALITICA220G_LABBOGBAL01 **Nombre:** BALANZAS_ZC 2026-02-02

Técnico: Harold Taramuel

Técnico que revisa: John Giraldo



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

	Chequeo	Resultado
	Estado general de la balanza	1088588390
	Estado de limpieza	Cumple
	Mesa y soportes estables	
	Escala de la lectura en cero	Cumple
	Cargador	Cumple
	Estado del Display	Cumple
	Cables de señal	Cumple
	Stickers Mant. y Calibración	Cumple
	¿Cumple verificación de estado?	Si

LA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE APOYO Y EL PESO DE LA MASA PATRÓN DEBE SER DE MÁXIMO +/- UNA VEZ LA ESCALA DE LECTURA DE CADA BALANZA

Escala de lectura de esta balanza:

- Escala de Lectura 0.02g

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

	Punto	Peso Indicador	Diferencia
	P1	10.000	0.00
	P2	10.0004	-0004
	P3	10.0000	0.00
	P4	10.0000	0.00
	P5	10.0000	0.00
	P6	10.0000	0.00
	Peso utilizado		10.0000
	¿Cumple la Tolerancia?	Si	

OBSERVACIONES