



somos más que harina

# VERIFICACIÓN DE BALANZA

**Código de Máquina:** ANALITICA220G\_LABBOGBAL01 **Nombre:** BALANZAS\_ZC 04/03/2026

Técnico:



## VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

| Chequeo                         | Resultado |
|---------------------------------|-----------|
| Estado general de la balanza    | Bueno     |
| Estado de limpieza              | Cumple    |
| Mesa y soportes estables        |           |
| Escala de la lectura en cero    | Cumple    |
| Cargador                        | Cumple    |
| Estado del Display              | Cumple    |
| Cables de señal                 | Cumple    |
| Stickers Mant. y Calibración    | Cumple    |
| ¿Cumple verificación de estado? | Si        |

LA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE APOYO Y EL PESO DE LA MASA PATRÓN DEBE SER DE MÁXIMO +/- UNA VEZ LA ESCALA DE LECTURA DE CADA BALANZA

Escala de lectura de esta balanza:

- Escala de Lectura 0.02g

## VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

|                                    | Punto                 | Peso Indicador | Diferencia |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| <div><div>X</div><div></div></div> | P1                    | 10.0000        | 0.00       |
|                                    | P2                    | 10.0000        | 0.00       |
|                                    | P3                    | 10.0002        | -0.00      |
|                                    | P4                    | 10.0000        | 0.00       |
|                                    | P5                    | 10.0000        | 0.00       |
|                                    | P6                    | 10.0000        | 0.00       |
|                                    | <b>Peso utilizado</b> |                | 10.0000    |
| ¿Cumple la Tolerancia?             |                       | Sí             |            |

## OBSERVACIONES