



somos más que harina

VERIFICACIÓN DE BALANZA

Código de Orden de Trabajo: 17305

Código de Máquina: BBG3KG_LABBOGBAL02 Nombre: BALANZAS_ZC 2026-03-04

Técnico: Harold Taramuel

Técnico que revisa: John Giraldo



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

	Chequeo	Resultado
	Estado general de la balanza	Bueno
	Estado de limpieza	Cumple
	Mesa y soportes estables	
	Escala de la lectura en cero	Cumple
	Cargador	Cumple
	Estado del Display	Cumple
	Cables de señal	Cumple
	Stickers Mant. y Calibración	Cumple
	¿Cumple verificación de estado?	Si

LA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE APOYO Y EL PESO DE LA MASA PATRÓN DEBE SER DE MÁXIMO +/- UNA VEZ LA ESCALA DE LECTURA DE CADA BALANZA

Escala de lectura de esta balanza:

- Escala de Lectura 0.5g

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

	Punto	Peso Indicador	Diferencia
X	P1	1000	0.00
	P2	1000	0.00
	P3	1000.1	-0.10
	P4	1000	0.00
	P5	1000	0.00
	P6	1000	0.00
	Peso utilizado		1000
	¿Cumple la Tolerancia?	Si	

OBSERVACIONES