



somos más que harina

VERIFICACIÓN DE BALANZA

Código de Máquina: JAVAR3KG_LABPASBAL01 **Nombre:** BALANZAS_ZS 18/04/2026

Técnico:



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

Chequeo	Resultado
Estado general de la balanza	El equipo se encuentra en buen estado
Estado de limpieza	Cumple
Mesa y soportes estables	
Escala de la lectura en cero	Cumple
Cargador	Cumple
Estado del Display	Cumple
Cables de señal	N/A
Stickers Mant. y Calibración	Cumple
¿Cumple verificación de estado?	Si

LA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE APOYO Y EL PESO DE LA MASA PATRÓN DEBE SER DE MÁXIMO +/- UNA VEZ LA ESCALA DE LECTURA DE CADA BALANZA

Escala de lectura de esta balanza:

- Escala de Lectura 0.1g

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

	Punto	Peso Indicador	Diferencia
	P1	500.1	-0.10
	P2	500.1	-0.10
	P3	500.1	-0.10
	P4	500.1	-0.10
	P5	500.1	-0.10
	P6	500.1	-0.10
	Peso utilizado		500
¿Cumple la Tolerancia?	Si		

OBSERVACIONES