



somos más que harina

VERIFICACIÓN DE BALANZA

Código de Máquina: PROW SS_LABPASBAL02 **Nombre:** BALANZAS_ZS 18/04/2026

Técnico:



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

Chequeo	Resultado
Estado general de la balanza	El equipo se encuentra en buen estado
Estado de limpieza	Cumple
Mesa y soportes estables	
Escala de la lectura en cero	Cumple
Cargador	Cumple
Estado del Display	Cumple
Cables de señal	Cumple
Stickers Mant. y Calibración	Cumple
¿Cumple verificación de estado?	Si

LA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE APOYO Y EL PESO DE LA MASA PATRÓN DEBE SER DE MÁXIMO +/- UNA VEZ LA ESCALA DE LECTURA DE CADA BALANZA

Escala de lectura de esta balanza:

- Escala de Lectura 0,5g

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

	Punto	Peso Indicador	Diferencia
	P1	5.000	4995.00
	P2	4.998	4995.00
	P3	5.002	4995.00
	P4	5.000	4995.00
	P5	4.998	4995.00
	P6	5.000	
	Peso utilizado		5000
¿Cumple la Tolerancia?	Si		

OBSERVACIONES