



somos más que harina

VERIFICACIÓN DE BALANZA

Código de Orden de Trabajo: 17268

Código de Máquina: CAS 15KG_EMPPASBAL01 Nombre: BALANZAS_ZS 2026-04-18

Técnico: anonimo

Técnico que revisa: Andres Ortega



VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

Chequeo		Resultado
Estado general de la balanza		
Estado de limpieza		Cumple
Mesa y soportes estables		
Escala de la lectura en cero		Cumple
Cargador		Cumple
Estado del Display		Cumple
Cables de señal		N/A
Stickers Mant. y Calibración		Cumple
¿Cumple verificación de estado?		Si

LA DIFERENCIA ENTRE LA MEDICIÓN DE LOS PUNTOS DE APOYO Y EL PESO DE LA MASA PATRÓN DEBE SER DE MÁXIMO +/- UNA VEZ LA ESCALA DE LECTURA DE CADA BALANZA

Escala de lectura de esta balanza:

- Unidad no definida

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

	Punto	Peso Indicador	Diferencia
	P1	5.000	4995.00
	P2	5.000	4995.00
	P3	5.000	4995.00
	P4	5.000	4995.00
	P5	5.000	4995.00
	P6	5.000	
	Peso utilizado		5000
¿Cumple la Tolerancia?		Si	

OBSERVACIONES