

	PPR de Metrología "Verificación de estado de Equipos De Medición"	Código: OPE-ME-FO-002 Fecha: 07/03/2026 Versión: 4 Página: 1 de 2
--	--	--

Código de Máquina: BASCULA LEXUS CONVERX_MICPASBAS01

Código de Orden de Trabajo:

Fecha de La Revisión: 2026-03-07

Tecnico Encargado: Manuel Armando Jojoa

Descripción	Valor
Tipo Maquina	bascula
Estado General	El equipo se encuentra en buen estado
Estado Limpieza	Cumple
Estabilidad	Cumple
Escala	Cumple
Cargador	Cumple
Display	Cumple
Cables Senal	Cumple
Stickers	Cumple
Verificacion Estado	Si
Peso Utilizado	20000
Peso Indicador P1	20000
Diferencia P1	0.00
Peso Indicador P2	20000
Diferencia P2	0.00

Peso Indicador P3	20000
Diferencia P3	0.00
Peso Indicador P4	2000
Diferencia P4	18000.00
Peso Indicador P5	2000
Diferencia P5	18000.00
Peso Indicador P6	20000
Diferencia P6	
Verificacion Masas	Si
Formato	verificacion_basculas_ZS