

	PPR de Metrología "Verificación de estado de Equipos De Medición"	Código: OPE-ME-FO-002 Fecha: 05/03/2026 Versión: 4 Página: 1 de 2
--	--	--

Código de Máquina: MSDM 100 GRANEL_CGRBOGBAS01

Código de Orden de Trabajo:

Fecha de La Revisión: 2026-03-05

Tecnico Encargado: Harold Taramuel

Descripción	Valor
Tipo Maquina	flowbalancer
Estado General	Bueno
Estado De Limpieza	Cumple
Estabilidad	Cumple
Escala	Cumple
Cargador	Cumple
Display	Cumple
Cables De Señal	Cumple
Membrana De Presion	Cumple
Verificacion De Estado	Si
Patron Utilizado	5000
Con Masas Patron WT	5000
Sin Masas Patron WT	0
Con Masas Patron ZERO	5000
Sin Masas Patron ZERO	0

Verificacion De MASAS	Si
Observaciones	
Formato	verificacion_flowbalancer_ZC