

	PPR de Metrología "Verificación de estado de Equipos De Medición"	Código: OPE-ME-FO-002 Fecha: 20/04/2026 Versión: 4 Página: 1 de 2
--	--	--

Código de Máquina: MSDM 80 TRIGO_MOLPASBAS02

Código de Orden de Trabajo:

Fecha de La Revisión: 2026-04-20

Tecnico Encargado: anonimo

Descripción	Valor
Tipo Maquina	flowbalancer
Estado General	El equipo se encuentra en buen estado
Estado De Limpieza	Cumple
Estabilidad	Cumple
Escala	Cumple
Cargador	Cumple
Display	Cumple
Cables De Señal	Cumple
Membrana De Presion	N/A
Verificacion De Estado	Si
Patron Utilizado	40
Con Masas Patron WT	40
Sin Masas Patron WT	0
Con Masas Patron ZERO	40
Sin Masas Patron ZERO	0

Verificacion De MASAS	Si
Observaciones	
Formato	verificacion_flowbalancer_ZS