

Фактор впливу	Позначення	Розмірність	Інтервал зміни
Людський фактор	x1	-	-
Тип магістралі діалізатора	x2	-	-
Температура вхідної води	x3	-	-
Температура змішувальних рідин	x4	-	-
Зношування апаратури	x5	-	-
Якість вхідної води	x6	-	-
Використання фірмових каністр	x7	-	-
Швидкість змішування рідин	x8	-	-
Несправність блоку оберненого осмосу	x9	-	-
Фірма, що виготовила апарат	x10	-	-