Instrumentación Biomédica II

Segundo Cuatrimestre 2025

Evaluación de rigidez arterial mediante la medición de velocidad de onda de pulso con fotopletismografía

Grupo 6

Gluj, Daniela (63404)
Jonquieres, Catalina (63369)
Orsi, Victoria (62526)

Profesores

Panza, Gustavo
Igarreta, Ramón Javier
Herve Birnie Scott, Santiago

Fecha de entrega: 20/02/2026

Índice

1 Introducción **1**
1.1 Enfermedades cardiovasculares y rigidez arterial 1
1.2 Velocidad de onda de pulso 2
1.3 Estado del arte 2

2 Justificación del Proyecto **3**

3 Objetivos **4**
3.1 Objetivos de Mínima 4
3.2 Objetivos de Máxima 5

4 Descripción General y Uso Previsto **5**

5 Materiales y Métodos **8**
5.1 Hardware 8
5.1.1 Circuito Electrónico 8
5.1.2 Diseño y Fabricación de Carcasa 10
5.1.3 Encapsulado de Sensores 12
5.2 Software 13
5.2.1 Arquitectura del sistema y flujo de datos 13
5.2.2 Filtrado digital de las señales 14
5.2.3 Cálculo de frecuencia cardíaca 15
5.2.4 Cálculo de velocidad de onda de pulso 15
5.3 Interfaces de usuario 17
5.3.1 Interfaz táctil en display integrado (Modo Test Rápido) 17
5.3.2 Aplicación de escritorio (Modo Estudio Clínico) 20
5.4 Metodología de evaluación y validación 23
5.4.1 Protocolo de Medición 24
5.4.2 Análisis de repetitibilidad 25
5.4.3 Evaluación frente a rangos fisiológicos 26
5.4.4 Validación frente a equipo gold standard 26

6 Resultados **27**

7 Discusión **27**

8 Conclusiones **28**

Bibliografía **29**

Anexos

A Asignación de pines del circuito electrónico **31**

B Modelo 3D de la carcasa **32**

C Modelo 3D del encapsulado de sensores **33**

D factor de corrección altura **34**

E Reporte PDF **35**

Lista de contracciones

ECV : Enfermedad Cardiovascular

1. Introducción

1.1. Enfermedades cardiovasculares y rigidez arterial

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y representan la causa más frecuente de morbimortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud, las ECV son responsables de aproximadamente 17,9 millones de muertes anuales, lo que equivale a cerca del 33 % del total de fallecimientos a escala global [1]. Esta tendencia se replica en Argentina, concentrando alrededor del 27 % de las muertes registradas [2]. Asimismo, se estima que estas afecciones impactan en el 36,3 % de los adultos, proporción que aumenta hasta el 46,6 % en personas mayores de 45 años.

Dada su elevada prevalencia y las severas consecuencias clínicas asociadas, la detección temprana de factores de riesgo cardiovascular resulta fundamental para reducir la carga de estas patologías. En este contexto, la rigidez arterial (RA) emerge como un marcador subclínico relevante, ya que permite identificar alteraciones vasculares antes de la aparición de manifestaciones clínicas evidentes , favoreciendo la implementación de estrategias preventivas y terapéuticas oportunas [3].

La RA se define como la pérdida progresiva de la capacidad elástica de las arterias, fenómeno que ocurre de manera natural con el envejecimiento, pero que puede verse acelerado por la presencia de diversos factores de riesgo y enfermedades cardiovasculares. Este proceso refleja alteraciones estructurales y funcionales en la pared arterial, tales como el aumento del contenido de colágeno y la disminución de fibras elásticas, lo que conduce a una menor capacidad de amortiguación del pulso cardíaco.

Diversas patologías presentan una asociación directa con el aumento de la rigidez arterial, entre las que se incluyen la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovascular. En particular, la hipertensión arterial se destaca como uno de los principales determinantes del endurecimiento vascular, ya que la exposición crónica a niveles elevados de presión induce modificaciones estructurales y funcionales en la pared arterial [4].

Asimismo, enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, se asocian a un riesgo cardiovascular entre dos y tres veces mayor, también atribuible en parte a la inflamación sistémica y endurecimiento progresivo de la pared arterial. (ACÁ FALTA CITA)

De manera similar, las comorbilidades metabólicas, como la diabetes y la obesidad, se encuentran estrechamente vinculadas al aumento de la rigidez arterial. En estos pacientes, mecanismos como el estrés oxidativo, la glicación avanzada de proteínas de la matriz extracelular y la alteración de la función endotelial promueven cambios estructurales en el árbol vascular, acelerando el proceso de endurecimiento arterial. Diversos estudios poblacionales han demostrado que estas alteraciones se asocian a un mayor riesgo de eventos

cardiovasculares y cerebrovasculares [5, 6].

1.2. Velocidad de onda de pulso

La medición de la velocidad de la onda de pulso (PWV, por sus siglas en inglés) se considera el estándar de referencia no invasivo para la evaluación de la rigidez arterial [7, 8]. La PWV es ampliamente reconocida como el *gold standard* para este propósito, dado que presenta una fuerte correlación con el riesgo cardiovascular, la ocurrencia de eventos ateroscleróticos y el daño de órgano subclínico [9]. Tanto la rigidez arterial como la velocidad de la onda de pulso (PWV) aumentan de manera casi lineal con la edad, fenómeno ampliamente documentado en la literatura [3, 5, 10].

La determinación de la PWV se basa en el registro del tiempo de tránsito del pulso (PTT) entre dos ubicaciones arteriales, generalmente un punto proximal y otro distal, junto con la estimación de la distancia anatómica recorrida por la onda de presión:

$$\text{PWV} = \frac{Dist}{PTT}$$

El trayecto carotídeo-femoral constituye el estándar de referencia para esta medición. En este caso, se recomienda aplicar un coeficiente de corrección de 0,8 sobre la distancia superficial medida, con el objetivo de aproximar la trayectoria real del flujo arterial. Dicho factor se encuentra respaldado por estudios que comparan mediciones externas con longitudes vasculares reales obtenidas mediante técnicas de imagen, y ha sido validado por consensos internacionales [11].

Desde el punto de vista fisiológico, las arterias sanas presentan mayor capacidad de amortiguación de la presión pulsátil, lo que enlentece la propagación de la onda. En contraste, arterias rígidas transmiten la onda de presión a mayor velocidad, reflejándose en valores elevados de PWV, los cuales se asocian a un mayor riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, disecciones arteriales y aneurismas [1, 12].

1.3. Estado del arte

La rigidez arterial puede evaluarse mediante diversas técnicas no invasivas, entre las que se destacan la tonometría de aplanamiento, la oscilometría avanzada y la bioimpedancia [12]. Estas metodologías difieren tanto en el principio físico de medición como en la forma de estimar la velocidad de la onda de pulso (PWV), pudiendo realizar mediciones directas o indirectas, simultáneas o secuenciales.

La tonometría de aplanamiento es una de las técnicas más validadas para la evaluación de la rigidez arterial y se considera el método de referencia clínico para la medición de la PWV carotídeo-femoral. Este método utiliza un sensor piezoeléctrico que se coloca sobre una arteria superficial, generalmente la carótida y la femoral, registrando de manera secuencial la forma de la onda de pulso en cada sitio. El tiempo de tránsito de la onda

se calcula utilizando un electrocardiograma (ECG) como referencia temporal, y la PWV se obtiene a partir de la distancia estimada entre ambos puntos de medición. Un ejemplo ampliamente utilizado de esta tecnología es el sistema SphygmoCor, que ofrece mediciones indirectas pero altamente reproducibles de la rigidez arterial.

Por otro lado, la oscilometría avanzada permite evaluar la rigidez arterial a partir de registros de presión obtenidos mediante un manguito inflable, similar al utilizado en la medición convencional de la presión arterial. Sistemas como Arteriograph utilizan un único manguito colocado generalmente en el brazo, con el cual registran las oscilaciones de presión generadas por la onda de pulso incidente y su correspondiente onda reflejada. A partir del análisis temporal entre ambos componentes de la señal, estos dispositivos estiman de manera indirecta la velocidad de la onda de pulso central basándose en modelos hemodinámicos y supuestos teóricos acerca de la propagación y reflexión de la onda de pulso en el árbol arterial.

2. Justificación del Proyecto

El valor de este proyecto radica en superar limitaciones centrales de los dispositivos actualmente disponibles en la práctica clínica ... [7].

Los métodos convencionales para evaluar la rigidez arterial, como la tonometría de aplanamiento o los sistemas de oscilometría avanzada, exigen personal entrenado, resultan poco prácticos para traslados y no permiten un monitoreo domiciliario ni un seguimiento frecuente [7]. Por otra parte, los sensores piezoeléctricos requieren un contacto rígido con la piel, son muy sensibles al movimiento y dependen de la presión aplicada por el operador, lo que dificulta la reproducibilidad y limita su aplicabilidad en consultorios generales [13]. la necesidad de fijación manual del sensor sobre la arteria y la dependencia de la pericia del operador restringen su escalabilidad. Estudios recientes han mostrado que la señal fotopletismográfica (PPG) es una alternativa válida y cada vez más utilizada, ya que ofrece buena tolerancia al movimiento, flexibilidad en los puntos de medición y potencial de integración en dispositivos más accesibles [14].

La fotopletismografía (PPG) ha ganado relevancia como alternativa práctica, al permitir registrar la onda de pulso de manera óptica, con buena tolerancia al movimiento y flexibilidad en los puntos de medición (dedo, lóbulo de la oreja, tobillo, etc.) [15]. Estudios recientes muestran que la sincronización de señales PPG en diferentes sitios corporales, o bien la combinación PPG-ECG, puede estimar la PWV y otros parámetros de rigidez arterial con resultados comparables a la tonometría [13]. Sin embargo, factores como la presión de contacto, la luz ambiental y la variabilidad fisiológica influyen en la señal obtenida, lo cual subraya la importancia de algoritmos de corrección y análisis robustos.

3. Objetivos

3.1. Objetivos de Mínima

1. **Estimación de la velocidad de onda de pulso (PWV)**

   Determinar la velocidad de propagación de la onda de pulso arterial (PWV) a partir de la distancia estimada entre los sensores proximal y distal, y del tiempo de tránsito del pulso (PTT) obtenido mediante el análisis de las señales fotopletismográficas registradas.

2. **Determinación de la frecuencia cardíaca (HR)**

   Calcular la frecuencia cardíaca (HR) mediante la detección del intervalo entre pulsos consecutivos.

3. **Visualización de resultados en una interfaz gráfica**

   Diseñar y desarrollar una aplicación de escritorio que permita visualizar los valores calculados de PWV y HR, así como graficar las señales fotopletismográficas (PPG) adquiridas por los sensores proximal y distal.

4. **Gestión y almacenamiento de datos del paciente**

   Desarrollar e implementar una base de datos que permita almacenar y acceder a las mediciones históricas de cada paciente desde la app, facilitando el seguimiento y la comparación de resultados a lo largo del tiempo.

5. **Comparación del valor obtenido con valores fisiológicos normales**

   Indicar si el valor obtenido de PWV se encuentra dentro de los rangos normales reportados en la literatura para el grupo etario del paciente.

6. **Evaluación estadística de las mediciones**

   Analizar las mediciones de HR y PWV obtenidas con el dispositivo mediante estudios estadísticos realizados sobre un conjunto de voluntarios, evaluando la estabilidad, dispersión y coherencia fisiológica de los resultados. En caso de contar con disponibilidad de un dispositivo clínico de referencia, se realizará adicionalmente un análisis comparativo para evaluar la concordancia y precisión de las mediciones obtenidas.

7. **Diseño y desarrollo de la carcasa del dispositivo**

   Diseñar y fabricar una carcasa que asegure la correcta fijación de los componentes internos. El diseño debe contemplar un compartimiento de baterías aislado y de fácil

acceso para el usuario, así como la integración de una pantalla táctil que posibilite el ingreso de los datos del paciente sin necesidad de la app.

8. **Encapsulado de sensores**

   Diseñar y desarrollar un encapsulado robusto para los sensores proximal y distal que asegure su correcto funcionamiento y mejore su durabilidad en un contexto clínico, evitando el contacto directo de la electrónica con la piel del paciente y garantizando comodidad durante su uso.

3.2. Objetivos de Máxima

1. **Autonomía del dispositivo**

   Calcular y visualizar los valores de HR, PWV y las curvas fotopletismográficas directamente desde el dispositivo, sin necesidad de utilizar una app externa ni conexión a WiFi, permitiendo su uso de forma autónoma.

2. **Generación de reportes de medición**

   Incorporar en la app la opción de generar reportes de medición en formato PDF, destinados tanto a su impresión como a su envío digital al paciente, incluyendo los datos identificatorios del mismo y los valores obtenidos durante el estudio.

3. **Búsqueda de registros**

   Facilitar la consulta de las mediciones almacenadas en la base de datos mediante la implementación de un sistema de búsqueda que permita localizar registros por nombre, apellido o ID, incorporando además filtros por rango de fechas para una gestión eficiente del historial clínico.

4. Descripción General y Uso Previsto

El presente proyecto se centra en el desarrollo de un dispositivo biomédico de bajo costo diseñado para la estimación no invasiva de la rigidez arterial, utilizando como indicador principal la velocidad de onda de pulso (PWV).

El sistema emplea dos sensores ópticos infrarrojos para capturar la onda de pulso en dos puntos estratégicos del trayecto arterial. El sensor proximal se coloca a nivel de la arteria carótida en el cuello, mientras que el sensor distal va colocado sobre de la arteria radial en la muñeca. La selección de estos puntos anatómicos responde a criterios de

ergonomía y calidad de señal. Ambas son zonas de fácil acceso para el operador, ofrecen comodidad al paciente y presentan una baja densidad capilar, lo que optimiza la lectura óptica. Desde el punto de vista fisiológico, la medición en el segmento carótido-radial permite evaluar un trayecto arterial significativo, proporcionando una estimación de la rigidez que no se limita exclusivamente a la vasculatura periférica, sino que incorpora componentes centrales del árbol arterial.

El principio de operación del dispositivo consiste en calcular el tiempo de tránsito del pulso (PTT) a partir del desfase temporal entre las señales proximal y distal. Combinando este valor con la distancia anatómica entre los sensores, el sistema computa la PWV. La distancia utilizada para el cálculo se estima a partir de la altura del paciente Adicionalmente, a partir de la señal del sensor distal, se obtiene la frecuencia cardíaca (HR) como variable adicional.

El diagrama de bloques del funcionamiento general del sistema se ilustra en la Figura 1.

Figura 1: Diagrama de bloque general del funcionamiento del dispositivo.

Para adaptarse a distintos flujos de trabajo, el dispositivo ofrece dos modos de uso:

1. **Modo Estudio Clínico (Vinculado):** El dispositivo establece comunicación con *StiffioApp*, una aplicación de escritorio que permite no solo la visualización en tiempo real de las señales, sino también el almacenamiento de los registros para el seguimiento y análisis de la evolución clínica del paciente.

2. **Modo Prueba Rápida (Autónomo):** Permite operar el equipo de manera independiente a través de su pantalla táctil integrada, sin requerir conexión a una PC. En este modo, sólo se ingresan los datos del paciente que son estrictamente necesarios para el cálculo, por lo que es ideal para mediciones rápidas.

El dispositivo está dirigido al uso en consultorio clínico. La propuesta no busca reemplazar a los sistemas de referencia hospitalarios, sino brindar una herramienta de apoyo confiable, pensada para médicos clínicos que deseen incorporar la evaluación de rigidez arterial en controles de rutina.

5. Materiales y Métodos

5.1. Hardware

5.1.1. Circuito Electrónico

El sistema de procesamiento esta constituido por un microcontrolador ESP32 (modelo DEVKIT-V1), seleccionado por su arquitectura de doble núcleo y elevada precisión temporal, característica imprescindible para medir con exactitud los intervalos entre señales fotopletismográficas y, de este modo, calcular correctamente el tiempo de tránsito del pulso. Además, este microcontrolador ofrece múltiples canales de comunicación I^2C, lo que facilita la conexión simultánea de los periféricos digitales utilizados en el dispositivo.

Para la adquisición de las señales fotopletismográficas se emplearon dos sensores MAX30102, ubicados en posiciones dos anatómicas diferentes (proximal y distal). Ambos módulos se comunican con el ESP32 mediante el protocolo I^2C. Para evitar conflictos de dirección y garantizar la lectura simultánea, se implementaron dos buses independientes, asignando pares de pines distintos para las líneas de datos (SDA) y reloj (SCL) de cada sensor. Adicionalmente, se integraron etapas de filtrado en cada puerto de conexión, compuestas por un arreglo de capacitores en paralelo (10 μF y 100 nF). Estos actúan como condensadores de desacople, filtrando el ruido de alta frecuencia y estabilizando la tensión de suministro ante variaciones rápidas en el consumo de los sensores.

Por otro lado, se integró una pantalla TFT táctil de 4 pulgadas con comunicación SPI. Este módulo de visualización permite graficar las ondas de pulso con alta resolución y recibir comandos del usuario, otorgando autonomía al dispositivo. De manera análoga a los sensores, se incorporó un capacitor de 100 nF en la entrada de alimentación de la pantalla para filtrar ruido de alta frecuencia y evitar caídas de tensión transitorias que podrían manifestarse como parpadeos o variaciones indeseadas en el brillo del display.

Adicionalmente, se incorporó un LED rojo conectado a la línea de alimentación con el objetivo de indicar el estado de encendido del equipo. Asimismo, a modo de retroalimentación auditiva ante la presión de los botones de la pantalla y para la emisión de alertas sonoras, se incluyó un buzzer activo. Dado que la corriente requerida por el buzzer podría superar la capacidad de entrega segura de los pines del microcontrolador, se implementó un circuito driver utilizando un transistor BC548 en configuración de conmutador. Dicho transistor es controlado por un pin digital del ESP32 a través de una resistencia de base de 1 kΩ, actuando como un interruptor electrónico que permite manejar la carga del buzzer sin comprometer la integridad del microcontrolador.

La alimentación del sistema se realiza mediante 4 baterías AA recargables, conectadas a la placa principal mediante un conector Molex de 2 pines. La tensión de entrada es luego acondicionada por un regulador de voltaje que entrega los 3.3 V estables a todos los componentes. Al igual que en los sensores, se incluyeron dos capacitores de desacople (10uF y 100nF) a la salida del regulador para amortiguar transitorios de tensión.

En la Figura 2 se presenta el esquema completo del circuito diseñado. La asignación de pines utilizada para la conexión de los distintos componentes se detalla en el Anexo A.

Figura 2: Esquema del circuito implementado (las entradas de tensión se corresponden con la salida del regulador).

Finalmente, se confeccionó el circuito descripto sobre una placa de cobre doble faz. La elección de una PCB de dos capas permitió optimizar la distribución del cableado y ubicar estratégicamente todos los componentes mencionados de acuerdo con el diseño de la carcasa. El resultado de la placa final se muestra en la Figura 3.

Figura 3: Frente (izquierda) y contrafrente (derecha) de la PCB.

5.1.2. Diseño y Fabricación de Carcasa

El diseño de la carcasa del dispositivo se realizó utilizando el software de diseño asistido por computadora *SolidWorks*. El modelo tridimensional completo, así como las vistas que detallan la geometría y las características constructivas de la pieza, se presentan en el Anexo B.

El diseño fue concebido con el objetivo de alojar de manera segura los componentes electrónicos y, al mismo tiempo, facilitar la interacción del usuario con el dispositivo. En uno de los laterales de la carcasa se incorporó un orificio destinado al interruptor de encendido y apagado, mientras que en el panel trasero se dispusieron dos orificios para colocar los conectores de los sensores.

La tapa superior cuenta con una abertura rectangular que permite la correcta visualización de la pantalla, un orificio adyacente para el LED indicador de encendido y un segundo orificio de menor tamaño para permitir la salida del sonido generado por el buzzer. Además, incorpora dos soportes elásticos destinados a sujetar el lápiz, el cual facilita la interacción del usuario con la interfaz táctil. La tapa se fija al cuerpo de la carcasa mediante tornillos con cabeza Allen, los cuales atraviesan también la placa electrónica, asegurando su correcta sujeción. Esta configuración dificulta el acceso del usuario a los componentes internos, limitando la apertura del dispositivo únicamente a situaciones que requieran mantenimiento o servicio técnico.

Por otro lado, en la parte inferior de la carcasa se incorporó un compartimiento independiente, aislado del área donde se encuentra la placa electrónica, destinado al alojamiento de las baterías. Este compartimiento incluye un portapilas para las cuatro baterías AA y presenta un diseño de fácil acceso mediante una tapa deslizante. El cierre de la misma se asegura a través de un mecanismo de encastre a presión.

Finalmente, para garantizar la fijación del dispositivo a la mesa de trabajo y evitar su

desplazamiento, se dispusieron una serie de ventosas en la base de la carcasa. Este sistema de anclaje epreviene caídas accidentales provocadas por la posible tensión al manipular los cables de los sensores durante las mediciones.

La totalidad de la carcasa se fabricó mediante impresión 3D utilizando filamento PLA negro. Las dimension final del En la Figura 4 se exhibe el dispositivo final ensamblado, así como el detalle de sus partes anteriormente descriptas.

Figura 4: Carcasa impresa en 3D: vista frontal (izquierda), posterior (centro) e inferior (derecha).

Para la conexión de los sensores al dispositivo, se eligieron conectores metálicos circulares de 4 pines. Estos incluyen un mecanismo de acople roscado que garantiza una sujeción firme y previene desconexiones accidentales durante el uso.

Adicionalmente, con el fin de guiar al usuario en su correcta conexión, se implementó un sistema de identificación por colores. Se dispuso un indicador visual sobre cada puerto en correspondencia con el sensor asignado: rojo para el proximal y rosa para el distal, tal como se ilustra en la Figura 5.

Figura 5: Código de colores para la correcta conexión de los sensores al dispositivo

5.1.3. Encapsulado de Sensores

Para el encapsulado de los sensores MAX30102 se diseñó un conjunto compuesto por dos piezas complementarias, orientadas a garantizar tanto la correcta funcionalidad óptica como la ergonomía del dispositivo.

La pieza frontal corresponde a una carcasa rígida fabricada mediante impresión 3D en PLA, cuyo objetivo es aislar el componente electrónico del contacto directo con la piel. Esta pieza presenta una ventana óptica de dimensiones acotadas, diseñada para asegurar la adecuada transmisión de luz hacia el tejido y la correcta recepción de la señal reflejada. Además, con el objetivo de proteger la integridad del cableado, se incorporó en la base de la pieza un prensacables metálico, el cual actúa como alivio de tensión mecánica, evitando la rotación axial del cable y reduciendo el riesgo de fatiga o ruptura de las soldaduras internas por tracción. Detalles adicionales sobre el diseño y modelado de esta pieza pueden observarse en el Anexo C.

La pieza trasera consiste en una funda de silicona flexible en la cual se inserta la pieza frontal descripta anteriormente. Esta funda cumple la función de ocultar las conexiones eléctricas, otorgando al conjunto una estética más limpia y segura. Asimismo, esta estructura incorpora en sus laterales dos elásticos con cierres de velcro que permiten un ajuste firme alrededor del cuello o la muñeca del paciente, adaptándose a la medida que sea necesaria.

Ambas piezas que conforman el encapsulado pueden observarse en detalle en las Figuras 6 y 7, mientras que el ensamble final del sensor se presenta en la Figura 8.

Figura 6: Vista frontal (izquierda) y posterior (derecha) de la pieza frontal para el encapsulado del sensor.

Figura 7: Vista frontal (izquierda) y posterior (derecha) de la pieza frontal para el encapsulado del sensor.

Figura 8: Encapsulado completo y ensamblado del sensor MAX30102

5.2. Software

5.2.1. Arquitectura del sistema y flujo de datos

ACA METER DIAGRAMA DE BLOQUES/FLUJO Y EXPLICAR LOS DOS MODOS DE USO

El firmware de la ESP32 se encarga de muestrear las señales infrarrojas provenientes de los sensores MAX30102 a 50 Hz (intervalo de 20 ms). Tras la adquisición, las señales

son filtradas y procesadas localmente para obtener en tiempo real la frecuencia cardíaca, cuyo cálculo se detalla en secciones posteriores. Además, el sistema monitorea el estado de conexión de cada sensor, enviando esta información para que la interfaz pueda generar alertas ante cualquier desconexión o falla en la adquisición.

La transmisión de datos se realiza mediante conectividad WiFi, donde la ESP32 actúa como servidor y habilita un canal WebSockets en el puerto 81. Este protocolo permite un envío continuo, bidireccional y de baja latencia, adecuado para la visualización en tiempo real. Todas las mediciones, métricas procesadas y banderas de estado se empaquetan en un string con formato JSON, lo que permite agrupar múltiples variables en un único mensaje y garantizar que las lecturas de ambos sensores se envíen de forma sincronizada.

5.2.2. Filtrado digital de las señales

Para mejorar la calidad de la señal fotopletismográfica adquirida por los sensores MAX30102, se implementó en el microcontrolador un preprocesamiento de la misma.

La señal original proviene del fotodiodo integrado en el sensor, cuya lectura es digitalizada mediante un conversor analógico–digital (ADC) interno de 18 bits. Este valor corresponde a la luz infrarroja reflejada por el tejido e incluye un componente DC de gran magnitud asociado a la absorción constante de luz, sobre el cual se superpone una componente AC de muy baja amplitud generada por las variaciones pulsátiles del volumen sanguíneo.

Dado que la información útil (componente AC) constituye solo una fracción mínima del valor total, y que la alta resolución del ADC del MAX30102 produce valores crudos numéricamente elevados, con un rango amplio que varía entre individuos y entre distintas zonas anatómicas, la visualización directa de la señal resulta dificultosa. En particular, es complejo seleccionar escalas que permitan observar adecuadamente la componente pulsátil para todos los casos. Por este motivo, antes del filtrado se realiza una normalización dividiendo los valores crudos por el máximo representable en 18 bits, permitiendo así escalar la señal a un rango uniforme y adecuado para su graficación.

Una vez normalizada, la señal se somete a un filtrado secuencial destinado a eliminar las componentes no fisiológicas. En primer lugar, se aplica un filtro pasa altos de primer orden con una frecuencia de corte de 0,5 Hz, cuyo objetivo es suprimir el componente DC y variaciones lentas asociadas al movimiento o cambios de perfusión. A continuación, la salida del pasa altos se procesa mediante un filtro pasa bajos de primer orden con una frecuencia de corte de 5 Hz, que atenúa el ruido de alta frecuencia y preserva únicamente el contenido característico de la onda pulsátil. En conjunto, este filtrado pasa banda resulta adecuado para el rango fisiológico de la señal PPG y mejora significativamente la calidad para la detección de los pulsos y el cálculo de los parámetros derivados.

5.2.3. Cálculo de frecuencia cardíaca

La señal filtrada ingresa al algoritmo de detección de latidos implementado mediante la función checkForBeat de la librería MAX3010x. Este método identifica un pulso cuando la energía de la señal supera un umbral dinámico, lo que permite adaptarse a variaciones de amplitud propias del contacto o del tejido. Cada vez que se confirma un latido, se calcula el intervalo RR en milisegundos y se convierte a BPM. El valor obtenido se valida dentro de un rango fisiológico razonable para descartar falsos positivos producidos por ruido o artefactos de la señal.

Los BPM aceptados se almacenan en un buffer circular de 40 muestras, cuyo promedio entero constituye la frecuencia cardíaca final. Este promediado suaviza la variabilidad latido a latido y evita fluctuaciones bruscas en la lectura.

Además, para garantizar la estabilidad de la medición antes de mostrarla, el sistema exige detectar diez latidos válidos consecutivos. Sólo después de cumplir este criterio la frecuencia cardíaca se considera confiable. Hasta entonces, la interfaz permanece en el estado "Procesando...". Una vez estabilizada la detección, la lectura final en BPM se actualiza tanto en la interfaz gráfica como en el display OLED del dispositivo.

Si en algún instante los sensores pierden contacto, es decir la señal IR detectada se encuentra por debajo del umbral de apoyo, todos promedios y contadores se reinician, obligando a reconstruir la secuencia de diez latidos antes de exponer un nuevo valor. Esto evita saltos erráticos y garantiza que la frecuencia cardíaca mostrada represente una estimación suave y robusta. Este mecanismo también permite reiniciar automáticamente la medición al cambiar de persona.

5.2.4. Cálculo de velocidad de onda de pulso

Para esta instancia del procesamiento, los datos provenientes del microcontrolador ya fueron enviados a la computadora para su análisis en Python. En el backend, ambas señales PPG se someten a un segundo filtrado mediante un suavizado exponencial, cuyo objetivo es reducir de manera más efectiva el ruido de alta frecuencia sin alterar la morfología del pulso. Esto permite obtener una forma de onda más limpia y estable para las etapas de detección y cálculo posteriores.

Una vez acondicionadas las señales, se localiza el pie de cada pulso buscando el mínimo de amplitud previo a cada pico sistólico. Este candidato se valida exigiendo que la primera derivada cambie de signo (negativo a positivo), lo que confirma que se trata del inicio del ascenso sistólico y evita confundir irregularidades o artefactos con el verdadero pie de onda.

Con los pies identificados en ambas señales, se empareja el de la señal proximal con el de la señal distal y se calcula el tiempo de tránsito del pulso (Δt) como la diferencia temporal entre ambos eventos. El sistema evalúa múltiples latidos consecutivos, descarta

retardos fuera del rango fisiológico y aplica estadísticas robustas (mediana y rechazo de valores atípicos) para obtener un valor de (Δt) representativo.

La PWV se obtiene entonces como la razón entre la distancia efectiva recorrida por la onda y dicho retardo temporal. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$\text{PWV} = \frac{d}{\Delta t}$$

Antes de actualizar la PWV calculada, el algoritmo exige acumular diez valores válidos, de forma análoga al proceso utilizado para la frecuencia cardíaca. Esto asegura que la estimación presentada en la interfaz sea estable y no esté afectada por fluctuaciones instantáneas.

Estimación de la distancia

La estimación de la distancia anatómica recorrida por la onda de pulso se realiza multiplicando la altura del usuario por un factor fijo de 0,436 [ver Anexo]. Este coeficiente proviene de mediciones anatómicas realizadas sobre 32 sujetos de distintas edades, donde se midió con una cinta métrica flexible la distancia externa entre el punto palpable de la arteria carótida en el cuello y el punto palpable de la arteria radial en la muñeca [ver Figura 9].

Se adoptó esta geometría carótidorradial porque el sensor óptico no resultó práctico en la región púbica: el vello y la ergonomía dificultan la correcta alineación en el trayecto carotidofemoral, comprometiendo la comodidad del paciente.

Además, la literatura evidencia que la PWV carótida–radial es reproducible y presenta correlación con marcadores fisiopatológicos centrales, admitiendo consideraciones específicas para su interpretación frente a la central, pero permitiendo una alternativa fiable y robusta en dispositivos ópticos portátiles.[16][17]

De este modo, la distancia efectiva coincide con el camino óptico real del hardware y permite estimar la PWV como la razón entre dicha distancia corregida y el Δt obtenido a partir de los pies de onda.

Figura 9: Distancia recorrida por la onda de pulso en A. Aorta ascendente y Tronco braquilocefálico B. Arteria Carótida; C. Arteria braquial y arteria radial

5.3. Interfaces de usuario

5.3.1. Interfaz táctil en display integrado (Modo Test Rápido)

Con el objetivo de permitir el uso autónomo del dispositivo, se desarrolló una interfaz gráfica embebida en el display táctil integrado. Esta interfaz posibilita la utilización de todas las funcionalidades principales del sistema sin necesidad de conexión a una PC, a excepción del almacenamiento y la gestión avanzada de datos, que se realizan exclusivamente mediante la aplicación de escritorio *StiffioApp*.

La interfaz fue desarrollada en lenguaje C++ utilizando el entorno Arduino IDE. Para el control gráfico del display se empleó la librería `TFT_eSPI.h`, encargada del renderizado de texto, botones, gráficos y actualización dinámica de pantalla, mientras que para la detección y procesamiento de las coordenadas del panel táctil resistivo se utilizó la librería `XPT2046_Touchscreen.h`. La arquitectura lógica de la interfaz se estructuró como una máquina de estados, donde cada pantalla corresponde a un estado específico del sistema. Este enfoque permitió organizar el flujo de navegación de manera clara, secuencial y robusta frente a eventos del usuario.

Al encender el dispositivo, se presenta un menú inicial en el cual el usuario debe seleccionar el modo de funcionamiento: ESTUDIO CLÍNICO o TEST RÁPIDO, tal como se muestra en la Figura 10.

Figura 10: Menú principal de la interfaz táctil en el display integrado.
Selección de modo de uso.

En caso de seleccionar el modo **ESTUDIO CLÍNICO**, el dispositivo establece conexión WiFi y muestra un mensaje indicando que debe abrirse la aplicación de escritorio *StiffioApp*. En este modo, el ingreso de datos del paciente, la visualización detallada de señales y el almacenamiento de resultados se gestionan exclusivamente desde la aplicación externa. El modo ESTUDIO CLÍNICO solo puede ser utilizado desde la PC por medio de la aplicación.

Si el usuario selecciona el modo **TEST RÁPIDO**, la interfaz en la pantalla solicita la carga de los datos estrictamente necesarios para el cálculo, que son edad y altura. El ingreso de los mismos se realiza mediante un teclado numérico táctil como el que se ilustra en la Figura 11. El dato de entrada es verificado antes de permitir avanzar, y en caso de ser inválido se muestra una alerta. Una vez completados los campos requeridos, el usuario debe presionar el botón de continuar (flecha verde) para iniciar la medición.

Figura 11: Teclado numérico para el ingreso de datos de la interfaz táctil en el display integrado.

En la Figura 12 se puede observar la ventana principal de medición, donde se muestran los resultados del cálculo. El usuario puede seleccionar el modo de visualización deseado presionando los íconos ubicados en la esquina superior derecha del display:

- **Modo Métricas**: Muestra sólo los valores numéricos calculados (HR y PWV).
- **Modo Curvas**: Además de las métricas, muestra en tiempo real las señales pletismográficas provenientes de ambos sensores.

A modo indicativo, los valores de PWV se muestran en color rojo cuando se encuentran fuera del rango considerado normal para el grupo etario del paciente, y en color verde cuando se encuentran dentro de los valores de referencia.

Figura 12: Pantalla de visualización de resultados de la interfaz táctil en el display integrado.

Para finalizar la medición y regresar al menú principal, el usuario debe presionar el botón SALIR, ubicado en la esquina inferior derecha de la interfaz.

5.3.2. Aplicación de escritorio (Modo Estudio Clínico)

Además de la interfaz embebida en el dispositivo, se diseñó una aplicación de escritorio denominada *StiffioApp*, destinada a la visualización, almacenamiento y gestión de datos clínicos. Esta aplicación fue desarrollada en Python utilizando el framework PyQt.

Para utilizar esta aplicación, el usuario debe seleccionar la opción ESTUDIO CLÍNICO desde el display del dispositivo, tal como se mostró previamente en la Figura 10. Al hacerlo, el sistema establece comunicación vía WiFi con la computadora para la transmisión de datos.

Al iniciar la aplicación, se presenta la pantalla mostrada en la Figura 13, donde se ofrecen dos opciones. La opción Comenzar permite iniciar una nueva medición utilizando el dispositivo, mientras que Historial de Mediciones posibilita acceder a los registros previamente almacenados.

Figura 13: Menú principal de *StiffioApp*.

Al seleccionar **Comenzar**, se despliega una ventana destinada a la carga de datos del paciente, donde es posible ingresar nombre, apellido, DNI, edad, altura y sexo antes de comenzar la adquisición. Asimismo, se dispone de un campo adicional para incorporar observaciones clínicas relevantes, tales como síntomas o antecedentes médicos, en caso de que el usuario lo considere pertinente. El diseño y la disposición de los elementos de esta ventana se muestran en la Figura 14.

Figura 14: Pantalla de carga de datos de *StiffioApp*.

Una vez completados los datos y confirmada la acción, se accede a la ventana principal de la aplicación, mostrada en la Figura 15. En esta interfaz se concentran las funcionalidades operativas del sistema.

El botón de control Iniciar Medición activa la adquisición y visualización en tiempo real de las señales en el panel derecho. Cada señal se representa con el mismo color que la funda de silicona del sensor correspondiente, facilitando su identificación visual. Debajo de las gráficas se muestran los valores calculados de frecuencia cardíaca (HR) y velocidad de onda de pulso (PWV). Al presionar el botón Detener Medición, la adquisición se detiene y tanto las señales como los valores calculados permanecen congelados en pantalla para su análisis.

En el panel lateral izquierdo, debajo de los datos del paciente, se incluye un gráfico de PWV en función de la edad. Sobre dicho gráfico se marca con un punto el valor de PWV medido, permitiendo visualizar si se encuentra dentro de los rangos considerados normales para el grupo etario correspondiente (zona verde) o fuera de ellos (zona roja). Además, debajo del gráfico se indica explícitamente la interpretación del resultado (normal / anormal), brindando mayor claridad al usuario.

Los parámetros medidos pueden almacenarse junto con los datos del paciente mediante el botón Guardar Medición. De este modo, se genera un registro histórico que permite conservar las mediciones en el tiempo, funcionando como una historia clínica digital.

Si se desea realizar una nueva medición, el botón Nuevo Paciente redirige nuevamente a la ventana de carga de datos. Para regresar al menú principal, se dispone de un botón "Salirübicado justo al lado.

Figura 15: Pantalla de visualización de resultados de *StiffioApp*

Por otro lado, al seleccionar la opción **Historial de Mediciones** en el menú principal,

se accede a la pantalla mostrada en la Figura 16. En esta sección es posible visualizar la lista completa de mediciones previamente almacenadas en la base de datos del sistema.

La interfaz presenta los registros en formato tabular, incluyendo los datos identificatorios del paciente y los principales parámetros obtenidos durante cada estudio. Para localizar un registro específico, el usuario dispone de herramientas de búsqueda y filtrado que permiten acotar los resultados según distintos criterios. Asimismo, puede desplazarse verticalmente mediante la barra de desplazamiento para navegar entre todos los registros disponibles.

Si se desea exportar una medición, se debe presionar el ícono de descarga correspondiente al registro seleccionado. Esta acción genera automáticamente un reporte en formato PDF que incluye los datos del paciente y los resultados obtenidos durante la medición. Se puede observar un ejemplo de dicho reporte en el Anexo E.

En caso de que se requiera eliminar un registro, se puede presionar el ícono de borrado asociado. Antes de proceder, la aplicación solicita una confirmación para evitar perdida de información accidental.

Finalmente, para salir del historial y regresar al menú principal, el usuario debe presionar el botón Volver, ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Figura 16: Pantalla de historial de mediciones de *StiffioApp*

5.4. Metodología de evaluación y validación

La validación del dispositivo se realizó mediante métodos estadísticos reconocidos internacionalmente, con el objetivo de garantizar precisión, confiabilidad y equivalencia clínica respecto a estándares aceptados. La validación incluyó análisis respecto a valores

poblacionales, comparación instrumental frente a gold standard, y estudio de la discriminación entre subgrupos clínicos, en línea con las recomendaciones de guías internacionales y revisiones metodológicas recientes.[18]

5.4.1. Protocolo de Medición

1. **Preparación del paciente:**
   - Explicar el procedimiento y obtener el consentimiento informado.
   - Colocar al paciente en decúbito supino, con los brazos relajados, en un ambiente tranquilo y con temperatura controlada (22-26°C).
   - Evitar cafeína, nicotina, alcohol o ejercicio intenso al menos 3 horas antes.
   - Permitir un reposo de 5-10 minutos para lograr estabilidad hemodinámica y respiración lenta y normal.
2. **Preparación del equipo:**
   - Encender el dispositivo y verificar el funcionamiento y el estado de conexión de los sensores.
   - Colocar el sensor proximal (rojo) y el distal (rosa) en sus sitios correspondientes. La colocación correcta de los sensores se detalla más adelante.
3. **Ingreso de datos:**
   - Completar la información del paciente en la interfaz del equipo (nombre, edad, sexo, altura).
4. **Adquisición de señal:**
   - Presionar el botón **"Iniciar medición"** y mantener la adquisición durante 30-60 segundos para obtener ciclos de pulso estables.
   - Si la señal pletismográfica se ve inestable, reacomodar los sensores antes de continuar.
5. **Finalización y visualización:**
   - Detener la medición con **"Detener medición"** cuando la señal sea estable.
   - Verificar que se muestren correctamente ambas señales pletismográficas, la PWV y la HR.
   - Si se desea, se pueden guardar las mediciones realizadas presionando **"Guardar medición"**.

Colocación del Sensor Proximal (Cuello)

Ubicación: Palpar la arteria carótida común en la base del cuello, lateral a la tráquea y a la altura del cartílago cricoides.

Forma de colocación: Colocar el sensor sobre el punto de máximo pulso y fijarlo con la correa elástica, asegurando buen contacto sin comprimir la arteria para evitar distorsiones en la señal.

Colocación del Sensor Distal (Muñeca)

Ubicación: Palpar el pulso en la arteria radial, ubicada en la superficie lateral de la muñeca (lado del pulgar).

Forma de colocación: Colocar el sensor sobre el sitio de máximo pulso y fijarlo con la correa elástica, asegurando buen contacto sin comprimir la arteria para evitar distorsiones en la señal.

5.4.2. Análisis de repetitibilidad

Para determinar la precisión y la variabilidad intra-sujeto de las mediciones, se realizó un análisis de repetitibilidad. El estudio se llevó a cabo sobre un mismo sujeto siguiendo estrictamente el protocolo de medición establecido.

El sujeto evaluado fue un voluntario sano de 23 años de edad, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular ni factores de riesgo conocidos. Durante el procedimiento se mantuvieron constantes las condiciones ambientales, la postura corporal y el estado de reposo previo a cada adquisición, con el fin de minimizar posibles variaciones fisiológicas que pudieran influir en los resultados. Todas las adquisiciones se realizaron en la misma sesión, evitando cambios en el estado hemodinámico del sujeto.

Se analizaron dos escenarios experimentales. En primer lugar, se realizaron 10 mediciones consecutivas sin retirar ni modificar la posición de los sensores entre adquisiciones. Luego, se realizaron otras 10 mediciones consecutivas, pero retirando completamente y volviendo a colocar los sensores entre cada adquisición. La comparación entre ambas condiciones tiene como objetivo discriminar qué proporción de la variabilidad total se atribuye al reposicionamiento de los sensores y a la intervención del operador, y qué parte corresponde a la variabilidad intrínseca del sistema electrónico y del algoritmo de procesamiento.

Para cada conjunto de mediciones se calculó la media, el desvío estándar y el coeficiente de variación (CV %), definido como:

$$CV(\,\%) = \frac{\sigma}{\mu} \times 100 \tag{1}$$

El coeficiente de variación se utilizó como métrica principal de repetitibilidad, ya que permite normalizar la dispersión respecto del valor medido y facilita la comparación entre ambas condiciones experimentales.

5.4.3. Evaluación frente a rangos fisiológicos

Con el objetivo de evaluar la coherencia fisiológica de los valores obtenidos con el dispositivo desarrollado, se realizó una comparación de los mismos con los rangos de PWV reportados en la literatura. Para ello, se seleccionaron diez sujetos sanos distribuidos en dos grupos etarios diferenciados. El primer grupo estuvo conformado por cinco participantes con edades comprendidas entre 20 y 25 años, mientras que el segundo grupo incluyó cinco participantes entre 55 y 60 años. Ninguno de los sujetos presentaba antecedentes de enfermedad cardiovascular ni factores de riesgo conocidos. Al igual que en el análisis de repetitibilidad, todas las mediciones se realizaron siguiendo estrictamente el protocolo previamente descripto.

Para cada grupo etario se calculó la media ($\bar{x}$) y el desvío estándar (s) de las mediciones obtenidas. Para evaluar si la media muestral difería significativamente del valor de referencia reportado en la literatura (μ_0), se aplicó una prueba t de Student para una muestra (One-Sample t-test). La hipótesis nula (H_0) establece que no existen diferencias significativas entre la media medida y el valor de referencia. La hipótesis alternativa (H_1) plantea la existencia de una diferencia significativa. El estadístico de prueba se calculó mediante:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

donde $\bar{x}$ es la media muestral, μ_0 el valor de referencia, s el desvío estándar de la muestra y n el tamaño muestral. El valor de t obtenido se comparó con la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.

El análisis se realizó considerando un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$. Un valor de $p > 0{,}05$ se interpreta como ausencia de diferencias estadísticamente significativas respecto del valor de referencia, lo que sugiere coherencia entre las mediciones del dispositivo y los rangos fisiológicos reportados. Por el contrario, un valor de $p < 0{,}05$ indicaría una discrepancia estadísticamente significativa.

FALTA MENCIONAR CON QUÉ VALORES DE REFERENCIA SE COMPARA Y AGREGAR TABLA O GRÁFICO.

5.4.4. Validación frente a equipo gold standard

La validación instrumental del dispositivo Stiffio se realizó en el marco de una colaboración con el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), reconocido referente en investigación clínica y atención cardiovascular. El ICBA proveyó acceso a un equipo

Arteriograph, reconocido internacionalmente como gold standard para la medición de la velocidad de onda de pulso (PWV) [18], así como una cohorte de pacientes que incluyó sujetos sanos y pacientes con insuficiencia cardíaca, permitiendo así evaluar el desempeño del dispositivo en escenarios clínicamente relevantes.

Se llevaron a cabo mediciones pareadas en cada paciente, registrando los valores de PWV y frecuencia cardíaca (HR) con ambos dispositivos en condiciones controladas y consecutivas. Los resultados se analizaron mediante la t de Student para muestras pareadas (Dependent T-Test), conforme a las recomendaciones metodológicas internacionales y normas de validación de equipos biomédicos. Este enfoque permitió evaluar la equivalencia instrumental entre Stiffio y el Arteriograph, estableciendo si existían diferencias estadísticamente significativas en las mediciones obtenidas.

6. Resultados

No hay mediciones aún.

Una vez finalizado el proceso de recolección y análisis de datos, los resultados serán presentados de forma estructurada, clara y acorde a los estándares para la evaluación clínica de dispositivos médicos. Para cada grupo y prueba estadística:[19]

Se mostrarán las estadísticas descriptivas de las variables principales (PWV y HR), incluyendo medias, desvíos estándar y número de casos en cada grupo, para cada rango etario y estado clínico (sanos e insuficientes cardíacos).

Se publicarán ejemplos representativos de las señales adquiridas, permitiendo ilustrar la forma de onda pletismográfica típica y su calidad en diferentes ubicaciones y niveles de perfusión.

Para la t-Student aplicada sobre nuestras mediciones, se reportarán los resultados comparativos de la media poblacional por grupo etario, junto al estadístico t, el valor de p, y la interpretación clínica en términos de significancia y correspondencia con los valores de referencia.

En la comparación pareada con el gold standard (Arteriograph), se mostrarán los gráficos de dispersión, los valores individuales para cada paciente y grupo, y los resultados de la t-Student pareada, evidenciando la concordancia estadística o diferencias entre dispositivos.

Esta estructura asegurará transparencia en la interpretación y alineación con normas regulatorias de presentación de resultados en validaciones clínicas.

7. Discusión

el equipo una presenta una presicion de blablab
sensible a la posiccion de los sensores y al movimiento
ventajas y desventajas del equipo

8. Conclusiones

Referencias

[1] World Health Organization. (2023) Cardiovascular diseases (cvds). [Online]. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)

[2] Sociedad Argentina de Cardiología. (2025) Boletín de enfermedades cardiovasculares en la argentina. [En línea]. Accedido: 14-11-2025. [Online]. Available: https://www.sac.org.ar/wp-content/uploads/2025/08/COMPLETO-E-41.pdf

[3] L. Ramírez-Vélez *et al.* (2015) Cuantificación de la rigidez arterial: de lo básico a lo clínico. [En línea]. Accedido: 14-11-2025. [Online]. Available: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-cardiologia-203-articulo-cuantificacion-rigidez-arterial-lo-basico-S012

[4] P. Gómez-Sánchez, L. Millaruelo-Trillo, M. Alegría-Ezquerra *et al.* (2019) Valores de referencia de parámetros de rigidez arterial y su relación con los factores de riesgo cardiovascular en población española. estudio eva. [En línea]. Accedido: 14-11-2025. [Online]. Available: https://www.revespcardiol.org/es-valores-referencia-parametros-rigidez-arterial-articulo-S0300893219301654

[5] J. R. Banegas *et al.* (2019) Rigidez arterial y valores de referencia. [En línea]. Accedido: 14-11-2025. [Online]. Available: https://www.revespcardiol.org/es-rigidez-arterial-valores-referencia-articulo-S0300893219303288

[6] Sociedad Chilena de Obesidad. (2022) Rigidez arterial y riesgo cardiovascular. [En línea]. Accedido: 14-11-2025. [Online]. Available: https://www.sochob.cl/web1/rigidez-arterial-y-riesgo-cardiovascular/

[7] Arteriografo. APliMed. (2025) Arteriografo. [En línea]. Accedido: 18/08/2025. [Online]. Available: https://www.aplimed.com.ar/arteriografo?gad_source=1&gad_campaignid=1706727816&gbraid=0AAAAAC19M4HpQ0I2PkiFIAKX4dSE2E0sL&gclid=Cj0KCQjw-4XFBhCBARIsAAdNOkvujAaAVo7O9baRTQIExI5MjX-2NNtmu49EKrIE1ClUliBbz06
wcB

[8] J. Ben-Shlomo *et al.*, "Aortic pulse wave velocity improves cardiovascular event prediction: an individual participant meta-analysis of prospective observational data from 17,635 subjects," *J. Am. Coll. Cardiol.*, vol. 63, no. 7, pp. 636–646, 2014.

[9] S. A. Hossain, "Capítulo 80: Velocidad de onda de pulso," *Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial*, 2025, disponible en: https://www.saha.org.ar/uploads/pdf/Cap.080.pdf.

[10] G. S. London. (2014) Arterial stiffness: From physiology to clinical implications. [En línea]. Accedido: 14-11-2025. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4158305/#tab1

[11] C. L. Díaz *et al.*, "Rigidez arterial y valores de referencia," *Rev. Esp. Cardiol.*, vol. 73, no. 1, pp. 70–76, 2020, disponible en: https://www.revespcardiol.org/es-rigidez-arterial-valores-referencia-articulo-S0300893219303288.

[12] A. Bia *et al.*, "Rigidez arterial: valores de referencia y utilidad clínica," *Rev. Esp. Cardiol.*, vol. 72, no. 9, pp. 740–750, 2019.

[13] T. Sondeja *et al.*, "Validation of a new device for photoplethysmographic measurement of multi-site arterial pulse wave velocity," *Biocybern. Biomed. Eng.*, vol. 39, pp. 488–500, 2019.

[14] H. Hellqvist, M. Karlsson, J. Hoffman, T. Kahan, and J. Spaak, "Estimation of aortic stiffness by finger photoplethysmography using enhanced pulse wave analysis and machine learning," *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, vol. 11, p. 1350726, 2024, [En línea]. Accedido: 20-08-2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.3389/fcvm.2024.1350726

[15] P. Karimpour, J. M. May, and P. A. Kyriacou, "Photoplethysmography for the assessment of arterial stiffness," *Sensors*, vol. 23, no. 24, p. 9882, 2023.

[16] Y. Nitta, R. Niwa, S. Hirata, K. Okamoto, S. Yoshizawa, and M. Oiwa, "Determinants of hand pulse wave velocity and hand pulse transit time in healthy adults," *Scientific Reports*, vol. 14, no. 1, p. 4635, Feb. 2024, disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-024-60927-5.

[17] J. Wang, R. Zhang, M. Sun, X. Zhao, H. Wang, and L. Guo, "Assessment of aortic to peripheral vascular stiffness and gradient by segmented upper limb pwv in healthy and hypertensive individuals," *Scientific Reports*, vol. 13, no. 1, p. 23487, Dec. 2023, disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-023-46932-0.

[18] D. J. Sorensen *et al.*, "Verification & validation benchmarks for assessing and demonstrating the credibility of computational medical device evaluation," in *IEEE*, 2015, disponible en: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7228601/.

[19] Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCH), "Guía de evaluación clínica de dispositivos médicos," 2021, disponible en: https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2021/06/Guia-Evaluacion-Clinica-I-Versi%C3%B3n.pdf.

Anexos

A. Asignación de pines del circuito electrónico

Tabla 1: Pines de conexión de la Pantalla TFT a la ESP32

Pin Pantalla TFT	**Pin ESP32**
VCC	3V3
GND	GND
CS	GPIO 5
RESET	GPIO 4
DC / RS	GPIO 2
SDI (MOSI)	GPIO 23
SCK	GPIO 18
LED	3V3
SDO (MISO)	GPIO 19
T_CLOCK (Touch)	GPIO 18
T_CS (Touch)	GPIO 15
T_DIN (Touch)	GPIO 23
T_DO (Touch)	GPIO 19
T_IRQ (Touch)	GPIO 27

Tabla 2: Pines de conexión de los sensores MAX3012 a la ESP32

Pin Pantalla TFT	**Pin ESP32**
VCC	3V3
GND	GND
SDA1	GPIO 21
SCL1	GPIO 22
SDA2	GPIO 25
SCL2	GPIO 26

B. Modelo 3D de la carcasa

Figura 17: Vista superior del modelo 3D de la carcasa.

Figura 18: Vista inferior del modelo 3D de la carcasa.

Figura 19: Vista interior del modelo 3D de la carcasa.

C. Modelo 3D del encapsulado de sensores

Figura 20: Vista frontal (izquierda) y posterior (derecha) del modelo 3D de la pieza frontal para el encapsulado del sensor.

D. factor de corrección altura

Edad	Sexo	Altura (cm)	Distancia medida (cm)	Factor de corrección
61	Femenino	155	65	0,4193548387
62	Masculino	179	86	0,4804469274
22	Femenino	168	72	0,4285714286
22	Femenino	175	73	0,4171428571
22	Femenino	155	69	0,4451612903
22	Femenino	159	72	0,4528301887
22	Femenino	180	80	0,4444444444
23	Masculino	180	81	0,45
23	Masculino	174	74	0,4252873563
22	Masculino	177	81	0,4576271186
23	Masculino	179	78	0,4357541899
22	Masculino	185	80	0,4324324324
23	Masculino	177	75	0,4237288136
23	Masculino	192	80	0,4166666667
24	Femenino	154	64	0,4155844156
24	Femenino	170	73	0,4294117647
25	Femenino	159	71	0,4465408805
24	Femenino	174	82	0,4712643678
22	Femenino	158	72	0,4556962025
22	Femenino	164	70	0,4268292683
23	Masculino	167	70	0,4191616766
22	Femenino	159	66	0,4150943396
24	Femenino	162	71	0,4382716049
23	Masculino	178	78	0,4382022472
23	Femenino	168	74	0,4404761905
23	Femenino	165	68	0,4121212121
25	Masculino	176	81	0,4602272727
62	Masculino	187	78	0,4171122995
61	Femenino	157	67	0,4267515924
60	Masculino	180	82	0,4555555556
60	Femenino	150	62	0,4133333333
20	Femenino	161	72	0,4472049689
			Factor de correccion final	0,4361964921

E. Reporte PDF

Stiffio

REPORTE DE MEDICIÓN - STIFFIO

Fecha y Hora: 2025-11-17 19:29:09

DATOS DEL PACIENTE:
- Nombre: Daniela Gluj
- Edad: 22 años
- Altura: 168 cm
- Sexo: Femenino

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN:
- Frecuencia Cardíaca: 58 bpm
- PWV (Velocidad de Onda de Pulso): 6.0 m/s (Normal)

Figura 21: Modelo de reporte de medición exportable.