

Tipo de Documento:	Registro	Página 1 de 2
Descrição:	R 14 – Inspeção Raio X Móvel	Revisão: 01 Data: 01/06/2026

DATA DA INSPEÇÃO: ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão Social:
CNPJ:
Inscrição CNES:

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

--

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome	CPF	Função

EQUIPE TÉCNICA:

Nome	CPF	Função

Tipo de Documento:	Registro	Página 2 de 2
Descrição:	R 14 – Inspeção Raio X Móvel	Revisão: 01
		Data: 01/06/2026

LOCAL DE UTILIZAÇÃO DO RAO X MÓVEL

Hora Inicial: _____ Hora Final: _____

Item	Descrição	S	N	NA/NO
1	Equipamento possui registro na ANVISA			
2	Cabeçote estável e íntegro, sem movimento em falso e sem rachadura?			
3	Instalação elétrica íntegra (lâmpadas indicadoras, cabos, conectores)?			
4	Cabo disparador com comprimento maior ou igual a 2,0 metros?			
5	Diafragma regulável com campo luminoso para colimação?			
6	Sistema de localização luminosa abre simetricamente e intensidade da luz suficiente para visualiza campo?			
7	Mostradores de kV, tempo, mA ou, mAs claramente identificados no painel de operação?			
8	Seletores de kV, tempo, mA e/ou, mAs permitem a escolha dos parâmetros desejados?			
9	Emissão de raios X ocorre somente com pressão contínua do botão disparador?			
10	Sinal sonoro ou luminoso no painel de comando quando o feixe de raios X é emitido?			
11	Efetutados todos os testes previstos, na frequência exigida?			
12	Assentamentos periódicos dos testes e comparação dos resultados com os padrões de desempenho?			
13	Resultados encontrados de acordo com os padrões de desempenho?			
14	Manutenção corretiva acionada quando necessária e testes refeitos para demonstrar adequação?			
15	Utiliza e guarda dos dosímetros, juntos com o padrão, em local adequado?			
16	Vestimentas de Proteção Individual em quantidade e condições adequadas?			

Legenda: S = Sim N= Não NA= Não se aplica NO= Não observado