



回路说明					
1	YB	样本针回路	10	DWA	底物A回路
2	SJ	试剂针回路	11	DWB	底物B回路
3	CZ	磁珠针回路	12	QXZZ	清洗针注液回路
4	YQC	样本针清洗池回路	13	QXZX	清洗针吸液回路
5	SQC	试剂针清洗池回路	14	PF	排废液回路
6	CQC	磁珠针清洗池回路	15	SX	水箱供水回路
7	YQX	样本针强洗回路	16	ZL	制冷回路
8	QCF	清洗池废液回路			
9	XS	稀释回路			

						H360四号机改造			苏州立禾生物工程有限公司			
											H360液路原理图	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期							
设计	Chens	2019/08/29	标准化			阶段标记		质量	比例	LH		
						A15			1:1			
审核						共2张			第1张			
工艺			批准									

预留编号:
V311 A液清洗电磁阀
DP9 真空泵
V205 样本清洗池抽气电磁阀
V206 试剂清洗池抽气电磁阀
V207 磁珠清洗池抽气电磁阀