



RSUD TIGARAKSA  
KAB. TANGERANG


PREVENTIF MAINTENANCE  
MEDICAL EQUIPMENT

Elektromedik

Nama Peralatan : Defibrillator Area / Lokasi : 14-4  
Merk / Type : Philips Tanggal : 8/5 2025  
Nomor Seri : CN32606404 Periode : 2

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	KONDISI		KETERANGAN
		Baik	Rusak	
1	<b>Pengecekan Fisik</b>			
	a. Paddle	✓		
	b. Keypad dan Knop	✓		
	c. LCD Display	✓		
	d. Indikator Battery	✓		
	e. Casing / Body	✓		
2	<b>Pengecekan Listrik AC</b>			
	a. Ukur tegangan fasa dengan neutral	✓		
	b. Ukur tegangan fasa dengan ground	✓		
	c. Ukur tegangan netral dengan ground	✓		
3	<b>Pengecekan Fungsi</b>			
	a. Switch ON / OFF	✓		
	b. Control Display	✓		
	c. Indikator Display	✓		
	d. Fungsi Battery	✓		
	e. Kabel EKG	✓		
	f. SPO 2	✓		
	g. Energy Delivery	✓		
	h. Routine Test	✓		
	i. Bersihkan bagian-bagian dari alat	✓		
4	<b>Pengecekan Lingkungan</b>			
	a. Suhu ruangan	✓		
	b. Kelembaban	✓		
Catatan :				

Pelaksana

(  )

Pemakai

(  )

Mengetahui

( )