

**PREVENTIF MAINTENANCE
MEDICAL EQUIPMENT**

Elektromedik


Nama Peralatan : Ventilator Area / Lokasi : ICU
Merk / Type : UTAS / UVENT-A Tanggal : 14 Juli 2025
Nomor Seri : V.403.23553.0066 Periode :

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	KONDISI		KETERANGAN
		Baik	Rusak	
1	Pengecekan Fisik			
	a. Kabel Power AC	✓		
	b. Sekring	✓		
	c. LCD Display	✓		
	d. Sambungan Selang	✓		
	e. Cek Keypad	✓		
	f. Cek Monitor	✓		
	g. Cek Compressor	✓		
2	Pengecekan Listrik AC			
	a. Ukur tegangan fasa dengan neutral	✓		
	b. Ukur tegangan fasa dengan ground	✓		
	c. Ukur tegangan netral dengan ground	✓		
3	Pengecekan Fungsi			
	a. Switch ON / OFF	✓		
	b. Keypad	✓		
	c. Indikator Display	✓		
	d. Fungsi Battery	✓		
	e. Cek Mode	✓		
	f. Cek Humidifier	✓		
	g. Cek Compressor	✓		
	h. Bersihkan bagian-bagian dari alat	✓		
4	Pengecekan Lingkungan			
	a. Suhu ruangan	✓		
	b. Kelembaban	✓		

Catatan :


Alat berfungsi normal.

Pelaksana



(MIFTAHUL FUAD)

Pemakai



()

Mengetahui

()