

PENGUNAAN LAMPU OPERASI			
 RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	400.7.5.6/202/ BidNonmed/ rsudtgrs	-0-	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh:	
	23 Sept 2025	Direktur RSUD Tigaraksa,  Dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Kepala RSUD TIGARAKSA NIP. 198101182009021002	
Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis lampu operasi secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis lampu operasi berfungsi untuk menerangi area operasi selama tindakan bedah, sehingga dokter dan staf medis dapat melihat dengan jelas dan melakukan tindakan yang tepat		
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis lampu operasi 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis lampu operasi dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Tekan tombol ON/OFF pada panel lampu 2. Atur intensitas cahaya yang diperlukan sesuai kebutuhan 3. Setelah pemakaian, matikan lampu operasi dengan menekan tombol ON/OFF pada panel lampu 4. Apabila lampu operasi mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	Ruang Operasi		