



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ
БОЛЬНИЦА»

664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 59

тел. (3952) 26-50-50, факс 38-74-96

E-Mail: guzioptd@gmail.com

от 11.03.2025г. № 644

на _____ от _____

Запрос о предоставлении ценовой
информации

Руководителям торговых
организаций

Уважаемые партнеры!

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» настоящим ходатайствует о предоставлении ценовой информации, исходя из нижеуказанных данных.

Предполагаемые сроки проведения закупки: 1-4 квартал 2025 г.

Сроки предоставления ценовой информации: до 17.03.2025 г.

Адрес поставки: г. Иркутск, ул. Терешковой, 59.

Наименование и характеристика товара:

№ п.п	ПАРАМЕТРЫ	Требование Технического задания	Значение параметра
1.	Общая характеристика		1.
	Анализатор нуклеиновых кислот, 5-канальный	1 шт	
	Регистрационное удостоверение на предлагаемый к поставке товар, выданное уполномоченным органом исполнительной власти	Наличие	
2.	Технические характеристики		
	Модуль нагреваемой крышки 105°C±1°C	Наличие	
	Плашечный формат термоблока	Соответствие	
	Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля шестью элементами Пельтье	Соответствие	
	Технология форсированного режима нагрева/охлаждения матрицы	Соответствие	
	Емкость термоблока	96	
	Объем реакционной смеси (допустимый), мкл	10-100	
	Объем реакционной смеси (рекомендованный), мкл	10-50	
	Расходные материалы для ПЦР-анализа (оптически прозрачные микропробирки, стрипы, микропланшеты с «полуюбкой»)	Объемом 0,2 мл	
	Диапазон температуры, °C	0-100	
	Точность поддержания температуры, °C	± 0,2	
	Однородность температуры, °C	0,3	
	Максимальная скорость нагревания, °C/сек	3,5	
	Максимальная скорость нагревания, °C/сек	2,5	

	Средняя скорость нагревания, °С/сек	3,3	
	Средняя скорость охлаждения, °С/сек	2,1	
	Источник возбуждения	светодиод (LED)	
	Количество источников возбуждения, шт	5	
	Длины волн возбуждения по каналам, нм	470 530 580 630 687	
	Камера на основе ПЗС-детектора	Наличие	
	Детектор - ПЗС-матрица	Наличие	
	Количество каналов детекции	5	
	Длины волн детекции по каналам, нм	515 560 620 660 731	
	Одновременная детекция сигнала в каждой лунке	Соответствие	
	Система световых замков (полная изоляция оптического тракта от внешнего освещения)	Наличие	
	Программная компенсация перекрестных наводок	Наличие	
	Потребляемая мощность	не более 550 Вт	
	Габариты, ШхГхВ, мм	Не более 210 × 540 × 540 мм	
	Вес, кг	Не более 27	
3.	Технологии, тесты		
	Анализ кривых плавления	Соответствие	
	Абсолютный и относительный количественный анализ	Соответствие	
4.	Программное обеспечение		
	Подключение USB-устройств	Соответствие	
	Интерфейс с ПК (USB 2.0 high speed)	Соответствие	
	Интеграция в ЛИС	Соответствие	
	Формат экспорта данных .xml, .txt	Соответствие	
	Операционная система	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® XP, Windows® Vista	
5.	Комплект поставки		
	Гарантия на оборудование, мес	Не менее 24	

Срок поставки товара: 35 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена контракта включает: все расходы связанные с поставкой товара, налоги, сборы, затрат на уплату НДС и всех обязательных платежей, т. е. является конечной.

Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя по факту поставки товара и предоставления документов, подтверждающих поставку товара, до 25 числа месяца, следующего за расчетным, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2025 года. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Из ответа на данный запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предполагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара.

Ваши ценовые предложения просим направлять по адресу: 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой 59, тел/факс: +7(3952) 26-50-50 или на адрес электронной почты: guzioptd@gmail.com

Главный врач



Кощеев М.Е.

Дунаева Е.В.
Васерчук Е.В.
+7 (3952) 26-50-82

