



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ
БОЛЬНИЦА»**

664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 59

тел. (3952) 26-50-50, факс 38-74-96

E-Mail: guzioptd@gmail.com

от 14.03.2025г. № 652

на _____ от _____

Запрос о предоставлении ценовой
информации

Руководителям торговых
организаций

Уважаемые партнеры!

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» настоящим ходатайствует о предоставлении ценовой информации, исходя из нижеуказанных данных.

Предполагаемые сроки проведения закупки: 2-4 квартал 2025 г.

Сроки предоставления ценовой информации: до 17.03.2025 г.

Адрес поставки: г. Иркутск, ул. Терешковой, 59.

Наименование и характеристика товара:

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование Технического задания	Значение параметра
1.	Общая характеристика		
	Устройство для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологического материала	1 шт	
	Регистрационное удостоверение на предлагаемый к поставке товар, выданное уполномоченным органом исполнительной власти	Наличие	
2.	Технические характеристики		
	Принцип работы	Магнитная сепарация частиц	
	Исполнение	Настольный	
	Тип прибора	Автоматический, открытый (позволяет использовать реагенты различных производителей)	
	Производительность	48 образцов	
	Формат блока магнитов	Съемный, 48 магнитных стержней	
	Возможность установки блока магнитов на 96 образцов	Да, опционально	
	Формат рабочих емкостей	От 1 до 8 глубоколуночных пробирок в ряду, 6 рядов	

Диапазон рабочих объемов	30 – 1000 мкл	
Количество встроенных термостатов	2	
Точность поддержания температуры	± 1°C	
Нагрев/охлаждение	до 100°C/ до 35°C	
Формат блока пробирок термостата	Универсальный, подходит для 8-глубоколоночных стрипов и 96-глубоколоночных планшетов	
Наличие встроенного компьютера	Да	
Наличие встроенной флеш-памяти	Да, 32 GB	
Наличие готовых протоколов выделения ДНК/РНК для проведения молекулярно-генетической экспертизы	Да	
Время одного цикла экстракции ДНК/РНК из образца (-ов)	от 7 до 30 мин в зависимости от протокола	
Дисплей	5-дюймовый цветной сенсорный экран	
Обмен данных	USB, Ethernet	
Освещение рабочей зоны	Да	
УФ обработка рабочей зоны	Да	
Размер прибора	60 x 30 x 38 см. (Ш x Г x В)	
Вес прибора	22 кг	
Электропитание, потребляемая мощность	100–240 В, 50/60 Hz, 320 Вт	

Срок поставки товара: 35 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена контракта включает: все расходы связанные с поставкой товара, налоги, сборы, затрат на уплату НДС и всех обязательных платежей, т. е. является конечной.

Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя по факту поставки товара и предоставления документов, подтверждающих поставку товара, до 25 числа месяца, следующего за расчетным, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2025 года. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Из ответа на данный запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предполагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара.

Ваши ценовые предложения просим направлять по адресу: 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой 59, тел/факс: +7(3952) 26-50-50 или на адрес электронной почты: guzioptd@gmail.com

Главный врач

Дунаева Е.В.
Васерчук Е.В.
+7 (3952) 26-50-82

М.Е. Кощев

Согласовано:

Зав. бак. лабораторией

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Т.А.' or similar, written in a cursive style.

Кухтина Т.А.