



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ
БОЛЬНИЦА»**

664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 59
тел. (3952) 26-50-50, факс 38-74-96

E-Mail: guzioptd@gmail.com

от 12.03.2025 № 664
на _____ от _____

Запрос о предоставлении ценовой
информации

Руководителям торговых
организаций

Уважаемые партнеры!

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» настоящим ходатайствует о предоставлении ценовой информации, исходя из нижеуказанных данных.

Предполагаемые сроки проведения закупки: 2-4 квартал 2025 г.

Сроки предоставления ценовой информации: до 17.03.2025 г.

Адрес поставки: г. Иркутск, ул. Терешковой, 59.

Наименование и характеристика товара:

№ п.п	ПАРАМЕТРЫ	Требование Технического задания	Значение параметра
1.	Общая характеристика		
	Термостат лабораторный	2 шт	
	КТРУ	32.50.50.190-00000839	
	Регистрационное удостоверение на предлагаемый к поставке товар, выданное уполномоченным органом исполнительной власти	Наличие	
2.	Технические характеристики		
	Нагрев и термостатирование теплового блока, в котором размещаются пробирки с реакционной смесью	Наличие	
	Нагрев и термостатирование тепловой крышки, что повышает равномерность распределения температур по блоку и предотвращает открытие крышек пробирок при высоких температурах;	Наличие	
	Цифровая индикация и звуковая сигнализация заданного времени	Наличие	
	Рабочий диапазон температуры теплового блока, °С	от комнатной до 99,9	
	Вместимость теплового блока	32 пробирки объемом 1,5/2,0 мл	
	Точность поддержания температуры в ячейках теплового блока в режиме термостатирования, °С	не более $\pm 0,2$	
	Разброс температуры в ячейках термостата в режиме термостатирования теплового блока, °С	не более $\pm 0,25$	
	Время нагрева теплового блока от 30 до 95°С, мин.	не более 7	

Дискретность ввода и индикации температуры теплового блока, °С	0,1	
Рабочий диапазон температуры тепловой крышки, °С	от комнатной до 105°С	
Точность поддержания температуры тепловой крышки в режиме термостатирования, °С	не более ±0,5	
Время нагрева тепловой крышки от 30 до 105°С, мин.	не более 3 мин	
Дискретность ввода и индикации температуры тепловой крышки, °С	1	
Рабочий диапазон времени таймера	От 1 с до 99 мин	
Габариты, мм, не более	150x240x150	

Срок поставки товара: 35 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена контракта включает: все расходы связанные с поставкой товара, налоги, сборы, затрат на уплату НДС и всех обязательных платежей, т. е. является конечной.

Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя по факту поставки товара и предоставления документов, подтверждающих поставку товара, до 25 числа месяца, следующего за расчетным, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2025 года.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Из ответа на данный запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предполагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара.

Ваши ценовые предложения просим направлять по адресу: 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой 59, тел/факс: +7(3952) 26-50-50 или на адрес электронной почты: guzioptd@gmail.com

Главный врач



М.Е. Кощеев

Дунаева Е.В.
Васерчук Е.В.
+7 (3952) 26-50-82

