



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ
БОЛЬНИЦА»**

664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 59
тел. (3952) 26-50-50, факс 38-74-96

E-Mail: guzioptd@gmail.com

от 12.03.2025 № 646
на от

Запрос о предоставлении ценовой
информации

Руководителям торговых
организаций

Уважаемые партнеры!

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» настоящим ходатайствует о предоставлении ценовой информации, исходя из нижеуказанных данных.

Предполагаемые сроки проведения закупки: 2-4 квартал 2025 г.

Сроки предоставления ценовой информации: до 19.03.2025 г.

Адрес поставки: г. Иркутск, ул. Терешковой, 59.

Наименование и характеристика товара:

№ п.п	ПАРАМЕТРЫ	Требование Технического задания	Значение параметра
1.	Общая характеристика		
	Бокс ламинарный	2 шт	
	КТРУ	32.50.50.190-00002857	
	Регистрационное удостоверение на предлагаемый к поставке товар, выданное уполномоченным органом исполнительной власти	Наличие	
2.	Технические характеристики		
	Размеры корпуса бокса Ш x Г x В, мм	Не более 1500x770x1930	
	Размеры рабочей зоны Ш x Г x В, мм	1405x475x640	
	Электропитание бокса (напряжение), В	220±10%	
	Электропитание бокса (частота), Гц	50±1	
	Мощность лампы УФ облучения, Вт	30	
	Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010	II	
	Характеристика потока воздуха в рабочей камере в области рабочей зоны бокса	Нисходящий, однонаправленный (ламинарный) поток по всему сечению рабочей камеры без излишней турбулентности	
	Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса в рабочем режиме, м/с	0,35±0,01	

Характеристика потока воздуха в рабочем проеме бокса	Направленный внутрь (входящий) через всю площадь рабочего проема в передние воздухозаборные отверстия столешницы, создающий «воздушную завесу»	
Средняя скорость потока воздуха входящего в бокс через рабочий проем, в рабочем режиме, м/с	0,47±0,03	
Класс HEPA-фильтров, установленных в боксе, по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010	H14	
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017, по частицам размером больше или равным 0,5 мкм	5 ИСО	
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017, по частицам размером больше или равным 5,0 мкм	ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC	
Уровень шума на расстоянии 1 м от бокса, дБ (А)	Не более 65	
Масса бокса в сборе, кг	Не более 270	
Тип бокса согласно СанПин 3.3686-21	A2	
Размер установленного приточного HEPA-фильтра ШхГхВ, мм	1430x530x78	
Размер установленного выпускного HEPA-фильтра ШхГхВ, мм	1430x320x78	
Степень рециркуляции воздуха в боксе, %	≈ 70	
Срок службы лампы УФ-облучения, установленной в бокс на предприятии-изготовителе, ч	8000	
Мощность светодиодного светильника, Вт	39	

Срок поставки товара: 35 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена контракта включает: все расходы связанные с поставкой товара, налоги, сборы, затрат на уплату НДС и всех обязательных платежей, т. е. является конечной.

Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя по факту поставки товара и предоставления документов, подтверждающих поставку товара, до 25 числа месяца, следующего за расчетным, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2025 года.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Из ответа на данный запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предполагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара.

Ваши ценовые предложения просим направлять по адресу: 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой 59, тел/факс: +7(3952) 26-50-50 или на адрес электронной почты: guzioptd@gmail.com

Главный врач



М.Е. Кошечев

Дунаева Е.В.
Васерчук Е.В.
+7 (3952) 26-50-82

