



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ
БОЛЬНИЦА»**

664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 59
тел. (3952) 26-50-50, факс 38-74-96

E-Mail: guzioptd@gmail.com

от 12.03.2025 № 644
на _____ от _____

Запрос о предоставлении ценовой
информации

Руководителям торговых
организаций

Уважаемые партнеры!

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» настоящим ходатайствует о предоставлении ценовой информации, исходя из нижеуказанных данных.

Предполагаемые сроки проведения закупки: 2-4 квартал 2025 г.

Сроки предоставления ценовой информации: до 19.03.2025 г.

Адрес поставки: г. Иркутск, ул. Терешковой, 59.

Наименование и характеристика товара:

№ п.п	ПАРАМЕТРЫ	Требование Технического задания	Значение параметра
1.	Общая характеристика		
	Микроцентрифуга-встряхиватель	3 шт	
	Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)	Соответствие	
	Год производства поставляемого оборудования	Не ранее 2025	
	Производитель	Указать	
	Модель, в соответствии с регистрационным удостоверением	Указать	
	Регистрационное удостоверение на предлагаемый к поставке товар, выданное уполномоченным органом исполнительной власти	Наличие	
2.	Технические характеристики		
	Возможность центрифугирования жидкостей в пробирках	Наличие	
	Возможность встряхивания (перемешивания) жидкостей в пробирках	Наличие	
	Максимальная скорость вращения ротора, об/мин	Не более 4 000	
	Минимальная скорость вращения ротора, об/мин	0	
	Линейное ускорение (при 4000 об/мин), g	Не менее 2 500	
	Система активного торможения	Наличие	

	Наличие комбинированного ротора на 12 пробирок объёмом 1,5/2,0 мл и 12 пробирок объёмом 0,2 мл	Наличие	
	Возможность регулирования скорости вращения ротора	Наличие	
	Наличие вортекса	Соответствие	
	Источник питания: сеть 220 В $\pm$ 10%/50 Гц $\pm$ 2%	Наличие	
	Габаритные размеры, ШхГхВ, мм	Не более 140 x 170 x 120	
	Вес, кг	Не более 2,5	
3.	Комплект поставки		
	Микроцентрифуга-встряхиватель, шт	1	
	Дополнительные требования:		
	Руководство по эксплуатации на русском языке	Наличие	
	Гарантия на оборудование, мес	Не менее 12	

Срок поставки товара: 35 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена контракта включает: все расходы связанные с поставкой товара, налоги, сборы, затрат на уплату НДС и всех обязательных платежей, т. е. является конечной.

Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя по факту поставки товара и предоставления документов, подтверждающих поставку товара, до 25 числа месяца, следующего за расчетным, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 25.12.2025 года.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Из ответа на данный запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предполагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара.

Ваши ценовые предложения просим направлять по адресу: 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой 59, тел/факс: +7(3952) 26-50-50 или на адрес электронной почты: guzioptd@gmail.com

Главный врач



М.Е. Кощев

Дунаева Е.В.
Васерчук Е.В.
+7 (3952) 26-50-82

