

**Техническое задание
на поставку амплификатора нуклеиновых кислот детектирующего для нужд ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»**

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Описание объекта закупки:

Амплификатор нуклеиновых кислот для проведения ПЦР-исследований с детекцией в реальном времени.

Поставляемое оборудование новое (не бывшее в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Год выпуска: 2025 г.

2. Технические параметры объекта закупки:

Характеристика	Значение
Количество образцов (шт)	≥ 96
Объем образца (мкл)	от ≤ 10 до ≥ 100
Точность поддержания температуры ($^{\circ}\text{C}$)	$\leq 0,2$
Однородность поддержания температуры ($^{\circ}\text{C}$)	$\leq 0,4$
Максимальная скорость нагрева ($^{\circ}\text{C}/\text{с}$)	$\geq 3,5$
Максимальная скорость охлаждения ($^{\circ}\text{C}/\text{с}$)	$\geq 2,5$
Количество каналов детекции (шт)	≥ 5
Абсолютный и относительный количественный анализ	Наличие
Детектор ПЗС- матрица	Соответствие
Открытая реагентная система	Наличие
ПО на русском языке	Наличие
Наличие РУ Росздравнадзора	Соответствие
Свидетельство о поверке	Наличие
Электронно-вычислительно устройство с возможностью отображения и обработки данных	Наличие
Гарантийное обслуживание (мес)	≥ 12

Зав. вирусологической лабораторией
Кошуркина Н.М.

