

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: ...

Возраст: ...

Дата взятия биоматериала: ...

Локус взятия биоматериала: V

Идентификатор образца: 122


Врач: ...

Контрольные показатели	Ig, ГЭ/мл	Референс
Геномная ДНК человека	4,6	≥ 3,5
Общее количество бактерий	7,7	≥ 4,0

Итоговый результат



- Состояние микробиоты - **выраженный анаэробный дисбиоз**: нормальная микробиота снижена до 0%, увеличено относительное количество анаэробов.
- Патогенные микроорганизмы не обнаружены.



Состояние микробиоты

	Ig, ГЭ/мл	%	Референс	
НОРМОБИОТА, общая доля		0,0%	≥ 80%	
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	0,5	< 1%		
<i>Bifidobacterium</i> spp.	2,2	< 1%		
АЭРОБЫ, общая доля		0,0%		
<i>Staphylococcus</i> spp.	—	—		
<i>Streptococcus</i> spp. ²	—	—		
<i>Enterobacteriaceae</i>	—	—		
<i>Enterococcus</i> spp.	—	—		
<i>Haemophilus</i> spp.	1,6	< 1%		
АНАЭРОБЫ, общая доля		100,0%		
<i>Gardnerella vaginalis</i>	7,7	86,9%		
<i>Fannyhessea (Atopobium) vaginae</i>	6,0	1,7%		
<i>Mobiluncus</i> spp.	—	—		
<i>Anaerococcus</i> spp.	4,6	< 1%		
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	4,1	< 1%		
<i>Bacteroides</i> spp./ <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.	5,8	1,1%		
<i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.	5,9	1,4%		
<i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veillonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.	6,4	4,4%		
BVAB1/BVAB2/BVAB3	6,4	4,4%		
МИКОПЛАЗМЫ, общая доля		0,0%		
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	—	—	< 4,0 Ig	
<i>Ureaplasma parvum</i>	< 4,0	< 1%	< 4,0 Ig	
<i>Mycoplasma hominis</i>	—	—	< 4,0 Ig	

¹ <i>Lactobacillus</i> spp.	Ig, ГЭ/мл	Доля вида в <i>Lactobacillus</i> spp., %
<i>L. crispatus</i>	—	—
<i>L. gasseri</i> / <i>L. paragasseri</i>	—	—
<i>L. jensenii</i> / <i>L. mulieris</i>	—	—
<i>L. iners</i>	—	—

Дрожжевые грибы	Ig, ГЭ/мл	Референс
<i>Candida</i> spp.	—	< 4,0
<i>Candida albicans</i>	—	< 4,0
² Стрептококк группы В		см. прим.
<i>Streptococcus agalactiae</i>	—	—

ФЕМОФЛОР®II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: ...

Идентификатор образца: 122

Патогены

	Результат	Ig, ГЭ/мл	Референс
ОБЛИГАТНЫЕ ПАТОГЕНЫ			
<i>Chlamydia trachomatis</i>	—	—	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	—	—	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	—	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	—	—	—
ГЕРПЕСВИРУСЫ			
HSV-1	—	—	—
HSV-2	—	—	—
CMV	—	—	—
ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)			
HPV 16	—	—	—
HPV 18	—	—	—
HPV 45	—	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	—	—	—

ВАЖНО!

Итоговый результат формируется при указании локуса взятия биоматериала (V, C).

Интерпретация результата исследования проводится только лечащим врачом!

Дата выполнения исследования 2025-08-14

Исследование выполнил

ФИО

Подпись

Заведующий лабораторией

ФИО

Подпись



Больше информации
в интерактивном
бланке на сайте

femoflor.online

ФЕМОФЛОР®II - новое поколение ПЦР-исследований женской микробиоты. Сохраняя преемственность ранее разработанных графических решений, в бланке результата ФЕМОФЛОР®II используются три вида инфографики:

- цветной индикатор - итоговая оценка состояния микробиоты, обновленная версия «светофора» (нормобиоз/умеренный дисбиоз/выраженный дисбиоз);

- линейная гистограмма - графическое отображение долей нормобиоты, аэробов, анаэробов, микоплазм в микробиоте;

- столбчатая гистограмма - индивидуальный профиль микроорганизмов.

Прочерк (—) означает отрицательный результат.

Streptococcus agalactiae - при сроке беременности больше 37-38 недель референсом является отрицательный результат; во всех остальных случаях - <4.0 Ig, ГЭ/мл.

Больше информации - на femoflor.online.

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: ...

Возраст: ...

Дата взятия биоматериала: ...

Локус взятия биоматериала: V

Идентификатор образца: 124

Врач: ...


Контрольные показатели

	Ig, ГЭ/мл	Референс
Геномная ДНК человека	3,3	≥ 3,5
Общее количество бактерий	4,3	≥ 4,0

Итоговый результат



- Снижено общее количество бактерий и ДНК человека.
- Состояние микробиоты - **умеренный анаэробный дисбиоз**: нормальная микробиота снижена до 66,4%, относительное количество *Lactobacillus* spp. 66,4% (*L.iners*), увеличено относительное количество анаэробов.
- Патогенные микроорганизмы не обнаружены.



Состояние микробиоты

	Ig, ГЭ/мл	%	Референс	
НОРМОБИОТА, общая доля		66,4%	≥ 80%	
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	4,2	66,4%		
<i>Bifidobacterium</i> spp.	—	—		
АЭРОБЫ, общая доля		0,0%		
<i>Staphylococcus</i> spp.	—	—		
<i>Streptococcus</i> spp. ²	—	—		
<i>Enterobacteriaceae</i>	—	—		
<i>Enterococcus</i> spp.	—	—		
<i>Haemophilus</i> spp.	—	—		
АНАЭРОБЫ, общая доля		33,7%		
<i>Gardnerella vaginalis</i>	3,9	33,3%		
<i>Fannyhessea (Atopobium) vaginae</i>	1,1	< 1%		
<i>Mobiluncus</i> spp.	—	—		
<i>Anaerococcus</i> spp.	1,2	< 1%		
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	1,3	< 1%		
<i>Bacteroides</i> spp./ <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.	—	—		
<i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.	1,4	< 1%		
<i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veillonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.	0,8	< 1%		
BVAB1/BVAB2/BVAB3	0,6	< 1%		
МИКОПЛАЗМЫ, общая доля		0,0%		
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	—	—	< 4.0 Ig	
<i>Ureaplasma parvum</i>	—	—	< 4.0 Ig	
<i>Mycoplasma hominis</i>	—	—	< 4.0 Ig	

¹ <i>Lactobacillus</i> spp.	Ig, ГЭ/мл	Доля вида в <i>Lactobacillus</i> spp., %
<i>L.crispatus</i>	—	—
<i>L.gasseri/L.paragasseri</i>	—	—
<i>L.jensenii/L.mulieris</i>	—	—
<i>L.iners</i>	3,4	16%

Дрожжевые грибы	Ig, ГЭ/мл	Референс
<i>Candida</i> spp.	—	< 4,0
<i>Candida albicans</i>	—	< 4,0
² Стрептококк группы В		см.прим.
<i>Streptococcus agalactiae</i>	—	—

ФЕМОФЛОР®II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: ...

Идентификатор образца: 124

Патогены

	Результат	Ig, ГЭ/мл	Референс
ОБЛИГАТНЫЕ ПАТОГЕНЫ			
<i>Chlamydia trachomatis</i>	—	—	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	—	—	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	—	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	—	—	—
ГЕРПЕСВИРУСЫ			
HSV-1	—	—	—
HSV-2	—	—	—
CMV	—	—	—
ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)			
HPV 16	—	—	—
HPV 18	—	—	—
HPV 45	—	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	—	—	—

ВАЖНО!

Итоговый результат формируется при указании локуса взятия биоматериала (V, C).

Интерпретация результата исследования проводится только лечащим врачом!

Дата выполнения исследования 2025-08-14

Исследование выполнил

ФИО

Подпись

Заведующий лабораторией

ФИО

Подпись



Больше информации
в интерактивном
бланке на сайте

femoflor.online

ФЕМОФЛОР®II - новое поколение ПЦР-исследований женской микробиоты. Сохраняя преемственность ранее разработанных графических решений, в бланке результата ФЕМОФЛОР®II используются три вида инфографики:

- цветной индикатор - итоговая оценка состояния микробиоты, обновленная версия «светофора» (нормобиоз/умеренный дисбиоз/выраженный дисбиоз);

- линейная гистограмма - графическое отображение долей нормобиоты, аэробов, анаэробов, микоплазм в микробиоте;

- столбчатая гистограмма - индивидуальный профиль микроорганизмов.

Прочерк (—) означает отрицательный результат.

Streptococcus agalactiae - при сроке беременности больше 37-38 недель референсом является отрицательный результат; во всех остальных случаях - <4.0 Ig, ГЭ/мл.

Больше информации - на femoflor.online.

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: ...

Возраст: ...

Дата взятия биоматериала: ...

Локус взятия биоматериала: V

Идентификатор образца: 132

Врач: ...


Контрольные показатели

	Ig, ГЭ/мл	Референс
Геномная ДНК человека	4,6	≥ 3,5
Общее количество бактерий	7,0	≥ 4,0

Итоговый результат



- Состояние микробиоты - **умеренный анаэробный дисбиоз**: нормальная микробиота снижена до 30,6%, относительное количество *Lactobacillus* spp. 30,4% (*L.iners*, *L.jensenii/L.mulieris*), *Bifidobacterium* spp. < 1%, увеличено относительное количество анаэробов.
- Обнаружено: HPV 31-68 (11 типов).



Состояние микробиоты

	Ig, ГЭ/мл	%	Референс	
НОРМОБИОТА, общая доля		30,6%	≥ 80%	
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	6,5	30,4%		
<i>Bifidobacterium</i> spp.	4,3	< 1%		
АЭРОБЫ, общая доля		< 1%		
<i>Staphylococcus</i> spp.	—	—		
<i>Streptococcus</i> spp. ²	4,6	< 1%		
<i>Enterobacteriaceae</i>	—	—		
<i>Enterococcus</i> spp.	—	—		
<i>Haemophilus</i> spp.	2,4	< 1%		
АНАЭРОБЫ, общая доля		69,0%		
<i>Gardnerella vaginalis</i>	—	—		
<i>Fannyhessea (Atopobium) vaginae</i>	2,3	< 1%		
<i>Mobiluncus</i> spp.	—	—		
<i>Anaerococcus</i> spp.	4,9	< 1%		
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	5,1	1,2%		
<i>Bacteroides</i> spp./ <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.	6,8	60,7%		
<i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.	3,4	< 1%		
<i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veillonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.	5,8	6,1%		
BVAB1/BVAB2/BVAB3	4,4	< 1%		
МИКОПЛАЗМЫ, общая доля		0,0%		
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	—	—	< 4.0 Ig	
<i>Ureaplasma parvum</i>	—	—	< 4.0 Ig	
<i>Mycoplasma hominis</i>	—	—	< 4.0 Ig	

¹ <i>Lactobacillus</i> spp.	Ig, ГЭ/мл	Доля вида в <i>Lactobacillus</i> spp., %
<i>L.crispatus</i>	—	—
<i>L.gasseri/L.paragasseri</i>	—	—
<i>L.jensenii/L.mulieris</i>	4,4	<1%
<i>L.iners</i>	5,7	16%

Дрожжевые грибы	Ig, ГЭ/мл	Референс
<i>Candida</i> spp.	—	< 4,0
<i>Candida albicans</i>	—	< 4,0
² Стрептококк группы В		см.прим.
<i>Streptococcus agalactiae</i>	3,7	—

ФЕМОФЛОР®II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: ...

Идентификатор образца: 132

Патогены

	Результат	Ig, ГЭ/мл	Референс
ОБЛИГАТНЫЕ ПАТОГЕНЫ			
<i>Chlamydia trachomatis</i>	—	—	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	—	—	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	—	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	—	—	—
ГЕРПЕСВИРУСЫ			
HSV-1	—	—	—
HSV-2	—	—	—
CMV	—	—	—
ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)			
HPV 16	—	—	—
HPV 18	—	—	—
HPV 45	—	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	ОБНАРУЖЕНО	4.3	—

ВАЖНО!

Итоговый результат формируется при указании локуса взятия биоматериала (V, C).

Интерпретация результата исследования проводится только лечащим врачом!

Дата выполнения исследования 2025-08-14

Исследование выполнил

ФИО

Подпись

Заведующий лабораторией

ФИО

Подпись



Больше информации
в интерактивном
бланке на сайте

femoflor.online

ФЕМОФЛОР®II - новое поколение ПЦР-исследований женской микробиоты. Сохраняя преемственность ранее разработанных графических решений, в бланке результата ФЕМОФЛОР®II используются три вида инфографики:

- цветной индикатор - итоговая оценка состояния микробиоты, обновленная версия «светофора» (нормобиоз/умеренный дисбиоз/выраженный дисбиоз);

- линейная гистограмма - графическое отображение долей нормобиоты, аэробов, анаэробов, микоплазм в микробиоте;

- столбчатая гистограмма - индивидуальный профиль микроорганизмов.

Прочерк (—) означает отрицательный результат.

Streptococcus agalactiae - при сроке беременности больше 37-38 недель референсом является отрицательный результат; во всех остальных случаях - <4.0 Ig, ГЭ/мл.

Больше информации - на femoflor.online.

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: ...

Возраст: ...

Дата взятия биоматериала: ...

Локус взятия биоматериала:

Идентификатор образца: К- ФЕМОФЛОР® II_S


Врач: ...

Итоговый результат

Контроль -

Контрольные показатели

	Ig, ГЭ/мл	Референс
Геномная ДНК человека	—	
Общее количество бактерий	—	



Состояние микробиоты

	Ig, ГЭ/мл	%	Референс	1%	10%	100%
НОРМОБИОТА, общая доля		0,0%	≥ 80%			
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	—	—				
<i>Bifidobacterium</i> spp.	—	—				
АЭРОБЫ, общая доля		0,0%				
<i>Staphylococcus</i> spp.	—	—				
<i>Streptococcus</i> spp. ²	—	—				
<i>Enterobacteriaceae</i>	—	—				
<i>Enterococcus</i> spp.	—	—				
<i>Haemophilus</i> spp.	—	—				
АНАЭРОБЫ, общая доля		0,0%				
<i>Gardnerella vaginalis</i>	—	—				
<i>Fannyhessea (Atopobium) vaginae</i>	—	—				
<i>Mobiluncus</i> spp.	—	—				
<i>Anaerococcus</i> spp.	—	—				
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	—	—				
<i>Bacteroides</i> spp./ <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.	—	—				
<i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.	—	—				
<i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veillonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.	—	—				
BVAB1/BVAB2/BVAB3	—	—				
МИКОПЛАЗМЫ, общая доля		0,0%				
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	—	—	< 4.0 Ig			
<i>Ureaplasma parvum</i>	—	—	< 4.0 Ig			
<i>Mycoplasma hominis</i>	—	—	< 4.0 Ig			

¹ <i>Lactobacillus</i> spp.	Ig, ГЭ/мл	Доля вида в <i>Lactobacillus</i> spp., %
<i>L. crispatus</i>	—	—
<i>L. gasseri</i> / <i>L. paragasseri</i>	—	—
<i>L. jensenii</i> / <i>L. mulieris</i>	—	—
<i>L. iners</i>	—	—

Дрожжевые грибы	Ig, ГЭ/мл	Референс
<i>Candida</i> spp.	—	< 4,0
<i>Candida albicans</i>	—	< 4,0
² Стрептококк группы В		см. прим.
<i>Streptococcus agalactiae</i>	—	—

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: ...

Идентификатор образца: K-_ФЕМОФЛОР® II_S

Патогены

	Результат	Ig, ГЭ/мл	Референс
ОБЛИГАТНЫЕ ПАТОГЕНЫ			
<i>Chlamydia trachomatis</i>	—	—	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	—	—	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	—	—	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	—	—	—
ГЕРПЕСВИРУСЫ			
HSV-1	—	—	—
HSV-2	—	—	—
CMV	—	—	—
ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)			
HPV 16	—	—	—
HPV 18	—	—	—
HPV 45	—	—	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	—	—	—

ВАЖНО!

Итоговый результат формируется при указании локуса взятия биоматериала (V, C).

Интерпретация результата исследования проводится только лечащим врачом!

Дата выполнения исследования 2025-08-14

Исследование выполнил

ФИО

Подпись

Заведующий лабораторией

ФИО

Подпись



Больше информации
в интерактивном
бланке на сайте

femoflor.online

ФЕМОФЛОР® II - новое поколение ПЦР-исследований женской микробиоты. Сохраняя преемственность ранее разработанных графических решений, в бланке результата ФЕМОФЛОР® II используются три вида инфографики:

- цветной индикатор - итоговая оценка состояния микробиоты, обновленная версия «светофора» (нормобиоз/умеренный дисбиоз/выраженный дисбиоз);

- линейная гистограмма - графическое отображение долей нормобиоты, аэробов, анаэробов, микоплазм в микробиоте;

- столбчатая гистограмма - индивидуальный профиль микроорганизмов.

Прочерк (—) означает отрицательный результат.

Streptococcus agalactiae - при сроке беременности больше 37-38 недель референсом является отрицательный результат; во всех остальных случаях - <4.0 Ig, ГЭ/мл.

Больше информации - на femoflor.online.

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: ...

Возраст: ...

Дата взятия биоматериала: ...

Локус взятия биоматериала:

Идентификатор образца: K+_ФЕМОФЛОР® II_S

Врач: ...

Итоговый результат

Контроль +

Контрольные показатели	Ig, ГЭ/мл	Референс
Геномная ДНК человека	5,1	
Общее количество бактерий	5,4	

Состояние микробиоты

	Ig, ГЭ/мл	%	Референс	1%	10%	100%
НОРМОБИОТА, общая доля		6,6%	≥ 80%			
<i>Lactobacillus</i> spp. ¹	4,8	2,9%				
<i>Bifidobacterium</i> spp.	4,9	3,7%				
АЭРОБЫ, общая доля		21,5%				
<i>Staphylococcus</i> spp.	5,0	4,6%				
<i>Streptococcus</i> spp. ²	4,8	2,9%				
<i>Enterobacteriaceae</i>	4,7	2,3%				
<i>Enterococcus</i> spp.	5,1	5,8%				
<i>Haemophilus</i> spp.	5,1	5,8%				
АНАЭРОБЫ, общая доля		49,7%				
<i>Gardnerella vaginalis</i>	4,8	2,9%				
<i>Fannyhessea (Atopobium) vaginae</i>	4,8	2,9%				
<i>Mobiluncus</i> spp.	5,4	11,6%				
<i>Anaerococcus</i> spp.	5,1	5,8%				
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	5,1	5,8%				
<i>Bacteroides</i> spp./ <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.	5,1	5,8%				
<i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.	4,9	3,7%				
<i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veillonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.	4,9	3,7%				
BVAB1/BVAB2/BVAB3	5,2	7,3%				
МИКОПЛАЗМЫ, общая доля		9,5%				
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	4,6	1,8%	< 4.0 Ig			
<i>Ureaplasma parvum</i>	4,6	1,8%	< 4.0 Ig			
<i>Mycoplasma hominis</i>	5,1	5,8%	< 4.0 Ig			

¹ <i>Lactobacillus</i> spp.	Ig, ГЭ/мл	Доля вида в <i>Lactobacillus</i> spp., %
<i>L. crispatus</i>	4,9	12%
<i>L. gasseri</i> / <i>L. paragasseri</i>	4,9	12%
<i>L. jensenii</i> / <i>L. mulieris</i>	5,1	18%
<i>L. iners</i>	5,6	58%

Дрожжевые грибы	Ig, ГЭ/мл	Референс
<i>Candida</i> spp.	4,9	< 4,0
<i>Candida albicans</i>	4,9	< 4,0
² Стрептококк группы В		см. прим.
<i>Streptococcus agalactiae</i>	4,8	—

ФЕМОФЛОР® II

Исследование женской микрофлоры

ФИО: ...

Идентификатор образца: K+_ФЕМОФЛОР® II_S

Патогены

	Результат	Ig, ГЭ/мл	Референс
ОБЛИГАТНЫЕ ПАТОГЕНЫ			
<i>Chlamydia trachomatis</i>	ОБНАРУЖЕНО	4.9	—
<i>Mycoplasma genitalium</i>	ОБНАРУЖЕНО	4.8	—
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ОБНАРУЖЕНО	4.9	—
<i>Trichomonas vaginalis</i>	ОБНАРУЖЕНО	4.7	—
ГЕРПЕСВИРУСЫ			
HSV-1	ОБНАРУЖЕНО	4.8	—
HSV-2	ОБНАРУЖЕНО	5.0	—
CMV	ОБНАРУЖЕНО	4.8	—
ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)			
HPV 16	ОБНАРУЖЕНО	5.2	—
HPV 18	ОБНАРУЖЕНО	5.0	—
HPV 45	ОБНАРУЖЕНО	5.3	—
HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68	ОБНАРУЖЕНО	5.1	—

ВАЖНО!

Итоговый результат формируется при указании локуса взятия биоматериала (V, C).

Интерпретация результата исследования проводится только лечащим врачом!

Дата выполнения исследования 2025-08-14

Исследование выполнил

ФИО

Подпись

Заведующий лабораторией

ФИО

Подпись



Больше информации
в интерактивном
бланке на сайте

femoflor.online

ФЕМОФЛОР® II - новое поколение ПЦР-исследований женской микробиоты. Сохраняя преемственность ранее разработанных графических решений, в бланке результата ФЕМОФЛОР® II используются три вида инфографики:

- цветной индикатор - итоговая оценка состояния микробиоты, обновленная версия «светофора» (нормобиоз/умеренный дисбиоз/выраженный дисбиоз);
- линейная гистограмма - графическое отображение долей нормобиоты, аэробов, анаэробов, микоплазм в микробиоте;
- столбчатая гистограмма - индивидуальный профиль микроорганизмов.

Прочерк (—) означает отрицательный результат.

Streptococcus agalactiae - при сроке беременности больше 37-38 недель референсом является отрицательный результат; во всех остальных случаях - <4.0 Ig, ГЭ/мл.

Больше информации - на femoflor.online.