



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142281, Россия, Московская область, г.о.Серпухов, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20,

Основной государственный регистрационный номер 1065043016521.

Телефон: +7(4967) 31-07-64 Адрес электронной почты: protvino@dna-technology.ru

в лице Генерального директора Дмитриевского Владимира Юрьевича

заявляет, что Амплификатор детектирующий «ДТпрайм»

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142281, Россия, Московская область, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9443-004-96301278-2010.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9027500000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 16М-12-24 выдан 09.12.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Единый центр испытаний и сертификации продукции" (ИЛ ООО "ЕЦИСП"), аттестат аккредитации RA.RU.21HC28";

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61010-1-2014, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61010-2-101-2013, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-101. Частные требования к медицинскому оборудованию для лабораторной диагностики (IVD); Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 61326-2-6-2014, Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 2-6. Частные требования. Медицинское оборудование для диагностики в лабораторных условиях.

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.03.2028 включительно


подпись



Дмитриевский Владимир Юрьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.61026/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.03.2025