



142281, Московская обл., г. Протвино,
ул. Железнодорожная 20,
тел/факс +7(4967) 31-07-64
E-mail: protvino@dna-technology.ru
<http://www.dna-technology.ru>



Акт №59-25/E8

осмотра источника питания устройства для электрофореза нуклеиновых кислот в агарозных и акриламидных гелях Эльф-8 зав. № E8ZD07

Гарантированный срок службы прибора в соответствии с ТУ 9443-002-46482062-2002 5 лет. Прибор выпущен в 2011 году. На данный момент ресурс прибора выработан. Прибор не стоит на гарантии.

В настоящее время невозможно приобрести в полном объеме комплектующие, необходимые для проведения требуемого ремонта.

Для правильной и надежной работы прибора необходима его модернизация в полном объеме.

На основании вышеизложенного, проводить ремонтные работы экономически нецелесообразно. Прибор рекомендован к списанию.