Temperature Line Calibration Form

Frame	Id Calibrateur	Procédure	Revised	Date cal	Technician
20001	**90201**	**3.2.1**	**Jan-16**	**2019-11-29**	**PGO**
T/C Type	Convertors (Top - Strap - Bot - Spare)			Date due	Checker
K	**ZI3338 - ZJ2121 - ZJ2124 - ???**			**2020-02-29**	

Tests Conditions

Lab Temp. (°C)	Lab Humidiy (%HR)

Validity

Before any Adjustment ?	Range	Cancel previous Cal ?	Compliant
Yes	**0 - 1000**	**Yes**	**Yes**

Comments:

Value

Nominal (*) (mV)	Nominal (°C)	Top (°C)	Error (%)	Strap (°C)	Error (%)	Bot (°C)	Error (%)	Spare (°C)	Error (%)
0.000	0.00	**0.1**		**-0.1**		**0.1**			
0.798	20.00	**20.1**	0.50	**19.9**	-0.50	**20.0**	0.00		
4.095	100.00	**100.1**	0.10	**100.2**	0.20	**100.2**	0.20		
8.137	200.00	**200.4**	0.20	**200.1**	0.05	**200.2**	0.10		
12.207	300.00	**300.0**	0.00	**299.9**	-0.03	**299.9**	-0.03		
16.395	400.00	**400.2**	0.05	**400.0**	0.00	**400.2**	0.05		
20.640	500.00	**500.6**	0.12	**500.5**	0.10	**500.6**	0.12		
24.902	600.00	**600.7**	0.12	**600.5**	0.08	**600.6**	0.10		
29.128	700.00	**700.9**	0.13	**700.6**	0.09	**700.8**	0.11		
33.277	800.00	**800.4**	0.05	**799.4**	-0.08	**799.5**	-0.06		
37.325	900.00	**899.9**	-0.01	**899.5**	-0.06	**899.8**	-0.02		
41.269	1000.00	**1001.2**	0.12	**1000.8**	0.08	**1001.1**	0.11		

(*) Cold junction compensation

Red highlighted cells are out of spec. data