Historique d'interventions

PERF-B-01 — n° de série IP5-24-0042 — Bloc opératoire

Équipement	Date	Code	Intervention	Statut	Ticket
PERF-B-01	2026-09-30	E204	Détecteur de bulles recalibré, test de validation en attente	Ouvert	TK-0118
PERF-B-01	2026-06-23	E220	Loquet de porte remplacé	Clôturé	TK-0083
PERF-B-01	2026-01-12	—	Calibration annuelle conforme	Clôturé	TK-0041

À retenir. Extrait de l'outil de maintenance du Centre hospitalier Atlas. Les tickets ouverts sont suivis par l'atelier.

Synthèse de la page

Indicateur	Valeur
Lignes de l'historique	3
Interventions ouvertes	1
Calibrations annuelles	1
Interventions correctives	2

Légende

Terme	Signification
Ouvert	intervention non terminée, suivie par l'atelier
Clôturé	intervention terminée et validée
Code « — »	intervention sans code d'alarme (calibration)
Ticket	identifiant dans l'outil de maintenance