Historique d'interventions

MON-B-01 — n° de série VS4-25-0031 — Bloc opératoire

Équipement	Date	Code	Intervention	Statut	Ticket
MON-B-01	2026-09-15	E310	Sonde de température remplacée	Clôturé	TK-0115
MON-B-01	2026-05-27	E104	Câble du capteur SpO2 remplacé	Clôturé	TK-0071
MON-B-01	2026-02-09	—	Calibration annuelle conforme	Clôturé	TK-0046

À retenir. Extrait de l'outil de maintenance du Centre hospitalier Atlas. Les tickets ouverts sont suivis par l'atelier.

Synthèse de la page

Indicateur	Valeur
Lignes de l'historique	3
Interventions ouvertes	0
Calibrations annuelles	1
Interventions correctives	2

Légende

Terme	Signification
Ouvert	intervention non terminée, suivie par l'atelier
Clôturé	intervention terminée et validée
Code « — »	intervention sans code d'alarme (calibration)
Ticket	identifiant dans l'outil de maintenance