

Manual de Atribuições e Operações – Suporte N3 e Tester (HealthGo)

1. Propósito e Visão Geral

Este documento tem como finalidade primordial mapear as atribuições, os fluxos e as responsabilidades inerentes à cadeia conjunta de **Suporte Avançado N3** e **Tester**. A documentação consiste na unificação do Procedimento Operacional Padrão (POP) de Atendimento e o POP Operacional Técnico, garantindo que todo o capital intelectual fique consolidado em um roteiro linear.



2. Acordo de Nível de Serviço (SLA)


Tempo Limite (Atuação e Resolução): Após a recepção do chamado, o N3 dispõe de **até 3 horas** para aplicar análises, tentar corrigir via software, alterar bases geradas e emitir o Parecer Técnico.

3. Fluxo Prático de Atendimento (Suporte N3)

3.1. Recepção e Conexão de Dispositivos

1. **Recepção de Ticket e Triagem Inicial:** Receber o chamado vindo do N2 para atuar no escopo do SLA.
2. **Telemetria Básica:** Consultar o aparelho referenciado usando o seu **HGID** no *HealthGo Studio*.
3. **Upload de HGID para NocoBase/GoStudio:** Caso o equipamento não conste na calibração ou seja um novo cadastro, acessar a aplicação *GoClient*, inserir o HGID e executar todas as etapas da Pipeline.








Obs: Se ao importar os dados de calibração o terminal apresentar erro, encaminhar à produção para upload no Datalake.

3.2. Diagnóstico a Fundo e Análise Analógica

4. **Histórico de Temperatura:** Analisar a temperatura aferida antes dos exames passados iniciarem.



5. **Leitura dos Sensores (H2 e CH4):** Analisar exaustivamente os sensores (Antes, durante e pós sopro do paciente). Comparar as medições do DADOS EM TEMPO REAL.



6. Comportamentos Anormais do Sistema: Analisar a exibição e passar o mouse nas linhas verticais para interpretar os valores.



7. **Bombas Pneumáticas e Gás:** Analisar a umidade na câmara ExamChamberCirculate e o comportamento da bomba relacionando tensão nominal e PPMS.

3.3. Monitoramento de Software, Firmware e Acesso

8. **Criação de Login de Usuário (HealthGo Studio):** Na aba de Cadastro, inserir Username, E-mail e atribuir o air_group. O sistema confirmará em verde.

Listar Usuários

Criar Novo Usuário Healthgo

Username:




Email:

Atribuir Grupos:

☐ air_group

Criar Usuário

9. **Manipulação / Atualização de Firmware (Emissão de SVM):** Acessar o HealthGoStudio, buscar pelo HGID desejado e selecionar a opção de gerador do instalador.



3.4. Atuação via Banco de Dados (DBeaver)

10. Edição do Banco Local:

- Extrair a base de dados na plataforma **DBeaver** (SQLite/JSON).
- Realizar mineração procurando códigos de erro escondidos que causam as falhas de ambiente, alterando instâncias imperfeitas.

11. Fechamento de Pacote Lógico: Re-compactar a base da dados e anexar este arquivo no chamado.

3.5. Parecer e Repasse de Chamado

12. Classificar Saídas (SOP e Qualidade ISO): Determinar Saída A (Solução Lógica), Saída B ("MonaLisa" - Garantia/reparo) ou Saída C (Treinamento).

13. Parecer Final: Emitir diagnóstico indicando a solução/direcionamento e repassar ao N2.

4. Atribuições da Posição de "Tester"

Esta responsabilidade trabalha proativamente com os desenvolvimentos de Firmware e Softwares da engenharia da empresa.

- **Check-lista de Validação:** O intuito é caçar bugs, instabilidades não reportadas e precessos limitadores na usabilidade do dia a dia da ferramenta.
- **Banco de Dados no DBeaver:** Buscar falhas silenciadas geradas durante os "Testes de Stress" via análise relacional.

Regra de Ouro (Terminal Debug):

- Todo e qualquer pacote disponibilizado pelas áreas de Desenvolvimento deverá **obrigatoriamente** possuir o **Terminal de Debug** da aplicação ligado.
 - A evidência de funcionamento dos testes exige a exibição destes prompts.
-

5. Práticas Paliativas para Mitigação de Bugs

Quando o problema encontrado não apresenta solução simples a curtíssimo prazo, atua-se em vias paliativas a fim de manter o cliente operando:

- Orientação a respeito de contornos lógicos para clientes ou N2;
- Pedido de Acesso Remoto e Rollback/Retroação atrelada a autorizações da Engenharia;
- Injeção de "Software com Debug" no setup do cliente visando mapeamento em loco das intempéries.