

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	26/03/2026
Número de Série / Lote:	202601020003
HGID:	25123007
Cliente (caso aplicável):	Dr. RICARDO TADAYOSHI AKIBA

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Equipamento não está acendendo o led nem emitindo sons
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Falha de funcionamento do aparelho.

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Realizou a compra do equipamento no modelo de combo, onde deveria ter recebido o primeiro aparelho como comodato há 4 meses., ligou o aparelho e o mesmo não funciona. Foram testadas outras tomadas e sem sucesso. Necessário recolhimento.
OBSERVAÇÕES:
N/A

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

5. DISPOSIÇÃO FINAL


CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

ASSINATURA



Analista responsável: André Luiz de Souza