

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	22/05/2026
Número de Série / Lote:	202508250007
HGID:	25041001
Cliente (caso aplicável):	Stela Scaglioni Marini

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Aparelho não está emitindo sons

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Não conformidade no funcionamento

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:


Aparelho com falha no funcionamento da bomba pneumática e funcionamento extraordinário da válvula in. Subimos a SVM para forçar o funcionamento e ele não reagiu conforme esperávamos. Necessário substituição

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: NÃO

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		



5. DISPOSIÇÃO FINAL


X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza