

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	13/05/2026
Número de Série / Lote:	202512290005
HGID:	26011310
Cliente (caso aplicável):	ALANNA ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Falha de calibração

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

O aparelho está fora dos parâmetros de calibração

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Houve contaminação dos sensores na calibração em fábrica


Substituição. A engenharia visualizou os logs do equipamento e nos solicitou recolher para recalibrar. Em conversação com o @Sandy Mota foi definido que até Sexta-feira (15/05) será enviado outro equipamento para a médica.

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA




5. DISPOSIÇÃO FINAL

- X Recolhimento do produto
- Atualização de firmware
- Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza