

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	24/03/2026
Número de Série / Lote:	202512290005
HGID:	26011310
Cliente (caso aplicável):	ALANNA ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
O aparelho parou de fazer barulho
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
As bombas pneumáticas travaram

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
O aparelho travou as bombas pneumáticas, e não foi possível reativá-las com a SVM. Necessário recolhimento para investigação
OBSERVAÇÕES:
Cliente também sinalizou que nunca houveram resultados positivos de CH4.

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA




5. DISPOSIÇÃO FINAL

- X Recolhimento do produto
- Atualização de firmware
- Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza