

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	21/05/2026
Número de Série / Lote:	202509260004
HGID:	25091810
Cliente (caso aplicável):	Cyrla Zaltman / Arnaldo Saldanha

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Valores elevados

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Sensores estão fora do padrão de conformidade

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Após análise detalhada do produto, identificamos que o mesmo já ultrapassou o limite de exames definido para re-calibração. Contudo em reunião com os coordenadores foi definido que o equipamento deverá ser SUBSTITUÍDO.

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: NÃO

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		


5. DISPOSIÇÃO FINAL

X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

ASSINATURA



Analista responsável: André Luiz de Souza