

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	23/04/2026
Número de Série / Lote:	202601210004
HGID:	26010806
Cliente (caso aplicável):	JHANKARLA SALAZAR HINOJOSA

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Cliente está reclamando de incongruência nas amostras coletadas.
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Valores elevados de H2 e CH4

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Em análise dos gráficos de calibração do equipamento, o aparelho está fora dos parâmetros de calibração. Foi reaberto um sub-chamado para a Engenharia analisar as predições e a recomendação é a de recolhimento do equipamento.
OBSERVAÇÕES:
N/A

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

5. DISPOSIÇÃO FINAL


CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' shape followed by a series of horizontal strokes and a small flourish at the end.

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

Analista responsável: André Luiz de Souza