

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	26/05/2026
Número de Série / Lote:	202506250003
HGID:	25062811
Cliente (caso aplicável):	Amdo Servicos Medicos Ltda / Luiza Lage

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Equipamento mostra valores elevados para basais de H2.

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Falha de calibração

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Foram realizadas 2 SVM nas últimas semanas e repassado o check list do POP, onde não foram encontradas divergências de cuidado com o equipamento.

Conforme Studio TGS2603 se encontra abaixo do padrão de calibração. Após realizadas SVM's pelo N3 e pela Engenharia e a solução não ter sido atendida eu recomendo a substituição deste aparelho.

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

5. DISPOSIÇÃO FINAL


X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza