

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	08/05/2026
Número de Série / Lote:	202512100006
HGID:	25120402
Cliente (caso aplicável):	OLIVIA DUARTE DE CASTRO ALVES

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Falha de hardware - Entrada C com mau contato
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Problema na autenticação de componentes internos

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Equipamento apresenta instabilidade na conexão via porta USB-C. Confirmada falha física após a troca de cabos e computadores sem sucesso (procedimento não conforme para operação contínua). Todavia, solicito recolhimento para manutenção
OBSERVAÇÕES:
GoPremium: NÃO

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

5. DISPOSIÇÃO FINAL


X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza