

## 4\_2\_PET\_AC\_WB\_FDG.Adult

19. oktober 2012

# Indhold

<b>1</b>	<b>Topogram</b>	<b>1</b>
1.1	Routine . . . . .	1
1.2	Scan . . . . .	1
<b>2</b>	<b>LavdoseCTWB</b>	<b>1</b>
2.1	Routine . . . . .	1
2.2	Scan . . . . .	2
2.3	Recons . . . . .	2
2.3.1	Recon 1 . . . . .	2
2.3.2	Recon 2 . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Pause</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>PET WB</b>	<b>4</b>
4.1	Routine . . . . .	4
4.2	Scan . . . . .	4
4.3	Recons . . . . .	4

# **1 Topogram**

## **1.1 Routine**

- mA: 35
- kV: 120
- Topogram length: 1024 mm
- Tube position: Top

## **1.2 Scan**

- mA: 35
- kV: 120
- Delay: 4s
- Topogram length: 1024 mm
- Direction: Craniocaudal
- Tube position: Top
- API: API
- Kernel: 80
- Window: Topogram

# **2 LavdoseCTWB**

## **2.1 Routine**

- Eff. mAs: 50
- kV:
- CARE Dose4D: On
- CTDIvol: 3.64mGy
- Scan time: 32.530 s

- Delay: 2.000 s
- Slice: 2 mm
- No. of images: Samme som i foerste recon, slet?(y/n)
- Tilt: 120.000 grader

## **2.2 Scan**

- Quality ref. mAs: 50
- Eff. mAs: 50
- kV:
- Scan time: 32.530 s
- Rotation time: 0.500 s
- Delay: 2.000 s
- Slice: 2 mm
- Pitch: 0.80
- Direction: Craniocaudal

## **2.3 Recons**

### **2.3.1 Recon 1**

- Series description: tmp LavdoseCTWB RTD
- Slice: 4
- Kernel: B19f
- Window: Abdomen
- Extended FoV: false
- FoV: 500
- Center X: 0
- Center Y: 0

- Mirroring: None
- Extended CT scale: Standard
- Recon job: Axial
- Recon Axis: Axial
- Image order: Craniocaudal
- Recon increment: 4.000
- No. of images: 245

### **2.3.2 Recon 2**

- Series description: AC lavCT 2 mm
- Slice: 2
- Kernel: B19f
- Window: Abdomen
- Extended FoV: true
- FoV: 780
- Center X: 0
- Center Y: 0
- Mirroring: None
- Extended CT scale: Standard
- Recon job: Axial
- Recon Axis: Axial
- Image order: Craniocaudal
- Recon increment: 2.000
- No. of images: 489

### **3 Pause**

## **4 PET WB**

### **4.1 Routine**

- Isotope: F-18
- Pharm.: Fluorodeoxyglucose
- Inj. Dose: Ptfalse Bequerels
- Inj. date (date/month - year): 14/05 - 2012
- Inj. time: 10:39:53
- Scan mode: Sinogram
- Scan range: Match CT FOV
- No. of beds: N/A
- Scan duration/bed: 2.000000 Minutes

### **4.2 Scan**

- Autoload: true
- Rebinner LUT: N/A
- Scan output: Sinogram
- Sinogram mode: false
- Input trigger signal: None
- LLD (keV): N/A
- ULD (keV): N/A

### **4.3 Recons**