


DSC /(mW/mg)



Principal 2025-11-20 11:37 Utilisateur: HEPIA 1

Instrument : NETZSCH DSC 214				Fichier : C:\NETZSCH\Proteus80\data\Pet_training_01_DAMASIO_SEITE.ngb-sdg											
Projet : Test		Opérateur : mdf		Corr./Cal.temp : -- / 23-05-2024 08:38				Segments : 5							
Identité : Test_DS_labM		Échantillon : Pet_DS, 2.8 mg		Fich.sens : 23-05-2024 08:36				Creuset : Concavus Al, pierced lid							
Date/Heure : 20.11.2025 09:48:44		Référence : Ref_DS,0 mg		Porte-éch./TC : DSC 214 Corona sensor / E				Atmosphère : N2, 40.0ml/min / N2, 60.0ml/min							
Laboratoire : nano		Matériau :		Mode/Type de mes. : DSC / Échantillon				Gamme m : 5000 µV							
[#] Type	Gamme	Vitesse d'acq	STC	AC	P2:N2	PG:N2	Corr.	[#] Type	Gamme	Vitesse d'acq	STC	AC	P2:N2	PG:N2	Corr.
[1.1] Dynamique	50°C/50.0(K/min)/300°C	600.00	1a	1	40.0	60.0	0:5:0	[1.4] Dynamique	50°C/10.0(K/min)/300°C	300.00	1a	1	40.0	60.0	0:5:0
[1.2] Dynamique	300°C/200.0(K/min)/50°C	600.00	1a	1	40.0	60.0	0:5:0	[1.5] Dynamique	300°C/10.0(K/min)/50°C	600.00	1a	1	40.0	60.0	0:5:0