

VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA

Artimojo lauko ryšio naudojimas stacionariame gydyje

Near field communication in inpatient care

Bakalauro darbas

Atliko: Džiugas Baltramėnas (parašas)

Darbo vadovas: lekt. Karolis Uosis (parašas)

Darbo recenzentas: (parašas)

Vilnius – 2019

TURINYS

IVADAS	2
1. STACIONARUS GYDYMAS	3
1.1. Stacionaraus gydymo situacija Lietuvoje	3
1.2. Problemos stacionariame gydyme.....	4
2. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE	6
2.1. Gydymo įstaigų informacinės sistemos	6
2.2. Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema	7
2.2.1. Sistemos apžvalga	7
2.2.2. Sistemos architektūra	9
2.2.3. Septinto lygio sveikatos standartas	11
3. RYŠIO MAŽAME LAUKE TECHNOLOGIJA	12
3.1. Radijo dažnio identifikavimo technologija	12
3.2. Artimojo lauko ryšio	14
3.2.1. Sąvoka	14
3.2.2. Duomenų apsikeitimo specifikacija	15
3.2.3. Darbo režimai	16
3.2.4. Pritaikymas sveikatos priežiūroje	17
4. SISTEMOS PROJEKTAVIMAS	20
4.1. Reikalavimų surinkimas	20
4.1.1. Funkciniai reikalavimai	20
4.1.2. Nefunkciniai reikalavimai	21
LITERATŪRA	22

Įvadas

Temos aktualumas: -

Darbo tikslas: Pasiūlyti ALR technologija pagrįstą programų sistemų architektūrą, didinančią stacionaraus gydymo efektyvumą.

Darbo Uždaviniai:

1. Išnagrinėti stacionaraus gydymo situaciją Lietuvoje;
 - (a) Išsiaiškinti kas yra stacionarus gydymas;
 - (b) Apžvelgti esamą stacionaraus gydymo situaciją;
 - (c) Identifikuoti pagrindines stacionaraus gydymo problemas.
2. Išnagrinėti informacinių technologijų taikymas Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose;
 - (a) Apžvelgti ir palyginti Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų naudojamas informacines sistemas;
 - (b) Apžvelgti elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą ir išnagrinėti jos architektūrą, išsiaiškinti posistemų integracinius reikalavimus;
3. Išsiaiškinti ALR technologijos principus;
 - (a) Apžvelgti ALR technologijos savybes;
 - (b) Apžvelgti ALR technologijų taikymą sveikatos priežiūros srityje;
4. Pateikti ALR technologijomis pagrįstą architektūrą;
 - (a) Apibrėžti sistemos reikalavimus
 - (b) Apžvelgti alternatyvas
 - (c) Sukurti sistemos prototipą

1. Stacionarus gydymas

Stacionarus gydymas, arba gydymas stacionare - tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Šios paslaugos yra teikiamos sveikatos priežiūros įstaigose. Jeigu paslaugų teikimo laikas yra trumpesnis nei para, šios paslaugos yra vadinamos dienos gydymas stacionare, todėl stacionariu gydymu laikoma tokios paslaugos, kurių teikimo laikas yra ilgesnis nei para. Stacionarių paslaugų sąrašą yra patvirtinusi Sveikatos apsaugos ministerija, šį sąrašą sudaro apie 180 paslaugų [Lie05]. Stacionaraus gydymo paslaugos yra skirstomos į 4 grupes [Val14]:

- **Ilgalaikio gydymo paslaugos** – šios paslaugos teikiamos pacientams, kuriems yra paskirtas ilgo laikotarpio gydymas. Dažniausiai šios paslaugos teikiamos lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams.
- **Transplantacijos paslaugos** – šios paslaugos teikiamos pacientams, kuriems reikalingi organų persodinimai. Į šią paslaugų grupę yra įtraukiamos tokios transplantacijos, kaip širdies, plaučių, inkstų, kaulų čiulpų ir kt.
- **Aktyviojo gydymo paslaugos** – šios paslaugos teikiamos pacientams, kuriems pasireiškė lėtinių lygų pablogėjimas, atsirado agresyvios ligų formos ar patyrė sunkius sužalojimus. Teikiant šį gydymą, pacientas yra ištiriamas, jam skiriami vaistiniai preparatai, teikiamos chirurginės paslaugos, kurios nėra teikiamos ambulatoriniame gydyme.
- **Medicininės reabilitacijos paslaugos** – šios paslaugos teikiamos pacientams, kuriems po sunkių būklių ar susirgimų yra būtina reabilitacija. Sunkių būklių ir susirgimų sąrašą yra patvirtintinus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Šią paslaugų grupę sudaro gydymas vaistiniai preparatais, gydymo dieta, fizioterapijos ir kt.

1.1. Stacionaraus gydymo situacija Lietuvoje

Tam, kad išsiaiškinti dabartinę Lietuvos stacionaraus gydymo situaciją, autorius pasirinko išnagrinėti stacionaraus gydymo procesus trijose Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose. Pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktus duomenis [Lie17], Jonavos rajono gyventojų tankis yra panašus Lietuvos vidurkiui, todėl buvo pasirinkta nagrinėti Jonavos ligoninę. Nagrinėjant šią ligoninę, buvo laikomasi nuomonės, kad šios ligoninės stacionaraus gydymo procesai bus bendriniai visų rajonų ligoninėms, išskyrus tuos rajonus, kurių gyventojų tankių rodiklius galime laikyti ekstremizmais. Prieš pradedant analizuoti stacionaraus gydymo procesus, autoriui nebuvo žinoma ar karo ligoninėse laikomasi tokių pačių procesų kaip ir civilinėse sveikatos priežiūros įstaigose, todėl buvo pasirinkta nagrinėti vieną iš kariuomenės medicinos punktų, esančios Rukloje. Tam, kad išsiaiškinti ar egzistuoja šių procesų kritiniai skirtumai tarp mažesnių miestelių ligoninių ir didelių, buvo pasirinkta išnagrinėti vieną iš sostinės sveikatos priežiūros įstaigų - Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika. Svarbu pažymėti, kad ne į visas sveikatos priežiūros įstaigas galima patekti asmenims, kurie neturi leidimo, todėl autorius pasirinkto, bendraujant su šių įstaigų darbuotojais, nagrinėti stacionaraus gydymo procesus ir identifikuoti šių procesų gerinimo būdus.

Nors ir aukščiau išvardintos stacionaraus gydymo paslaugų grupės skiriasi viena nuo kitos, tačiau bendrinės procedūros išlieka vienodos. Bendrinėmis stacionaraus gydymo paslaugų procedūromis galime laikyti [GKJ13]:

- Medikamentų suteikimas;
- Kūno temperatūros matavimas;
- Kraujospūdžio ir širdies ritmo matavimas;
- Medicininių tyrimų atlikimas;

Šios procedūros yra aptinkamos visose 4 stacionaraus gydymo paslaugų grupėse, tačiau egzistuoja ne tik bendrinės procedūros, bet ir bendrinė stacionaraus gydymo eiga:

1. Paciento priėmimas ir lovos suteikimas;
2. Paciento gydymo plano sudarymas;
- 3-5. Paciento būklės stebėjimas, medikamentų suteikimas;
4. Paskirtiems medicininiams tyrimams, paciento mėginių paėmimas ir tyrimų atlikimas;
5. Paskirtų medicininių procedūrų atlikimas;
6. Paciento išrašymas.

Prieš paguldant pacientą, reikalingas gydymo planas, kuris yra pateikiamas paskyrimo lapo forma. Ši forma užpildoma ir patvirtinama kvalifikuoto gydytojo. Svarbu paminėti tai, jog šis planas gali būti koreguojamas paciento gydymo metu. Plane yra nurodomos reikalingos gydymo procedūros, reikalingos stebėsenos priemonės ir šių priemonių dažnumas, taip pat reikalingi medikamentai ir jų vartojimo dažnumas.

1.2. Problemos stacionariame gydyme

2015 metais nacionaliniu mastu buvo įdiegta sveikatos priežiūros informacinė sistema, kuri leidžia visoms sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat ir toms, kurios neturi nuosavų informacinių sistemų, sudaryti gydymo planą bei stebėjimo lapą skaitmenizuotomis formomis, tačiau bendraujant su sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais paaiškėjo, jog dažnu atveju skaitmenizuotos formos nėra naudojamos arba naudojamos kaip antraeilis formų pildymas. Tokios situacijos priežastis - tiriamese įstaigose ši informacinė sistema (arba nuosava įstaigos informacinė sistema) nėra pilnai sudiegta arba jos posistemė, kuri yra skirta aptariamam gydymui, nėra patogi ir intuityvi naudojimui, todėl gydytojui ar slaugytojos darbuotojui patogiau užpildyti dokumentus ranka, o atsiradus laisvai minutei, perkelti dokumentus į skaitmenitizuotą variantą. Atlikus suinteresuotos grupės apklausą, buvo pastebėta, jog skirtingų įstaigų darbuotojai susiduria su bendromis problemomis. Problemos, kurios buvo identifikuotos apklausos metu:

- Laiko eikvojimas perkeliant dokumentus į informacinę sistemą;
- Ilgas medikamentų paruošimo vartojimui laikas;
- Daug laiko sugaištama pildant popierines formas, kurios reikalingos paciento gydymo formalizavimui.

Plačiau apžvelkime identifikuotas problemas:

- **Duomenų perkėlimas.** Nors ir nuo 2015 metų visos sveikatos priežiūros įstaigos gavo prieigą prie nacionaliniu mastu įdiegtos sveikatos priežiūros informacinės sistemos, tačiau naujos technologijos tik padidino sveikatos įstaigų darbuotojų darbo kiekį. Įdiegus šią sistemą, visos sveikatos priežiūros įstaigos buvo įpareigosotos teikti skaitmeninius duomenis. Visi darbuotojai dalyvavę apklausose dirba sveikatos priežiūros įstaigose, kurios turi vidinę sistemą, todėl jie neprivalo naudotis nacionaline sistema, nes vidinė sistema komunikuoja su nacionaline, tačiau keletas respondentų yra bandę naudotis nacionaline sistema. Visi respondentai turi panašią nuomonę - nei nacionalinė sistema, nei vidinės sistemos nėra patogios naudojimui. Respondentų nuomone, dokumentų pildymo procedūra greičiau ir efektyviau vyksta tuomet, kai viskas dokumentuojama ranka, o gydymo gale yra perkeliama į skaitmeninį formatą.
- **Medikamentų paruošimo laikas.** Kiekvienam pacientui gydymo plane yra paskiriami medikamentai. Vaistiniai preparatai yra užsakomi griežtai vadovaujantis gydymo planais. Gavus medikamentus stacionaraus gydymo skyriuose, šių skyrių darbuotojai atrūšiuoja medikamentus kiekvienam gydomam pacientui. Atrūšiuoti vaistiniai preparatai yra suteikiami paskirtiems pacientams, tačiau prieš pateikiant juos vartojimui, darbuotojas turi įsitikinti, kad tai išties tas medikamentas, kuris yra paskirtas. Respondentai įvardina jog daugiausiai laiko reikalauja medikamentų rūšiavimas kiekvienam pacientui. Nors respondentai neįvardija medikamentų užsakymo kaip laiko eikvojimo, tačiau, kaip minėta anksčiau, gydymo planai yra pirmiausiai paruošiami popierine forma, o užsakant vaistinius preparatus, medikamentų duomenys yra perkeliama į skaitmeninę formą, t.y. atliekamas dvigubas darbas.
- **Laiko eikvojimas pildant popierines formas.** Ši problema panaši į pirmąją, nors dauguma respondentų mano, kad jiems yra greičiau užpildyti visus reikiamus dokumentus popierine forma, o atsiradus laikui, dokumentus perkelti į sistemą, tačiau pripažįsta, kad popierinių dokumentų pildymas nėra efektyvus ir užima nemažai laiko.

Taip pat svarbu pažymėti, jog, apklausos metu, tiek Jonavos ligoninės, tiek Žalgirio klinikos respondentai minėjo susiduriantys su pacientų bandymu įduoti kyšį. Pacientai, kurie bando duoti kyšį, grindžia savo veiksmus tuo, kad darbuotojas, priėmęs kyšį, pacientui suteiks kokybiškesnį gydymą ir priežiūrą, arba bent jau ne prastesnį nei kitiems pacientams. Respondentų minima problema tik patvirtina Valstybinės ligonių kasos darytos apklausos rezultatus [Val16]. Apklausos rezultatai parodė, jog 65% respondentų mano, jog gydymo ir priežiūros kokybė priklauso nuo kyšio davimo.

2. Informacinių technologijų taikymas sveikatos priežiūros įstaigose

Eurostat duomenimis [Eur18], 2017 metais, 19% Europos sąjungos populiacijos sudarė 65 metų ir vyresni asmenys. Per paskutinius 10 metų, Lietuvoje 65 metų ir vyresnių asmenų skaičius padidėjo 2,7%, o Europos sąjungoje - 2,4%. Populiacijos senėjimo tendencija, pasak Eurostat, nežada keistis ir 2080 metais, 80 metų ir vyresni asmenys sudarys daugiau nei 12% visos Europos sąjungos populiacijos. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos [Wor12], per paskutinius 10 metų, Europos regione sveikatos priežiūros specialistų skaičius padidėjo 10%, tačiau abejojama ar šis specialistų skaičiaus didėjimas bus pakankamas tam, kad padengtų senstančios populiacijos reikmes. Ši organizacija kaip didžiausia problemą nurodo slaugytojų trūkumą. Kadangi Europos sąjungos populiacija sensta, specialistų nebe užtenka, vadinasi reikalingas sveikatos priežiūros procesų efektyvumo didėjimas tam, kad padengtų populiacijos reikmes. Šių procesų efektyvumą galime didinti informacinių technologijų pagalba. Toliau šiame skyriuje apžvelgsime informacinių technologijų taikymą Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose.

2.1. Gydyimo įstaigų informacinės sistemos

Gydyimo įstaigų informacinė sistema, kitaip dar vadinama hospitalinė informacinė sistema (toliau - HIS), yra autonominė sveikatos priežiūros įstaigos sistema, kuri orientuojasi į šias veiklas - pacientų registravimas, priėmimas, išleidimas, perkėlimas, apmokestinimas ir kitos administracinės, finansinės ir medicininės funkcijos [STL12]. Tam, kad ši sistema išties gerintų sveikatos priežiūros procesų efektyvumą, reikalingas tinkamas duomenų paskirstymas tarp sveikatos priežiūros įstaigos skyrių, todėl šios sistemos pagrindinis uždavinys - apjungti visų skyrių informacines sistemas. Pati HIS nėra laikoma individualaus skyriaus informacine sistema [GK12], ji priima klinikinius duomenis iš įstaigos skyrių informacinių sistemų ir juos saugo. Sveikatos priežiūros įstaigos specialistams prireikus pacientų klinikinių duomenų, HIS suteikia prieigą prie jų. Pagrindinės savybės apibūdinančios HIS [GK12]:

1. Informacijos apie pacientus duomenų bazės;
2. Pacientų priėmimas ir lovų užimtumo kontrolė;
3. Analizavimo įrankiai, kurie palengvina sprendimo priėmimą;
4. Pacientų valdymas ir jų sveikatos įvertinimas;

Tam, kad suprasti Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų naudojamų informacinių sistemų savybes ir funkcionalumus, autorius pasirinko išanalizuoti trijų sveikatos įstaigų HIS. Buvo pasirinkta Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų HIS (toliau - KRASPI), nes šią HIS naudoja Jonavos ligoninė, ir Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos HIS (toliau - VULZK HIS). Šios dvi HIS buvo pasirinktos todėl, nes įstaigos, naudojančios šias HIS, buvo pasirinktos stacionaraus gydymo nagrinėjimui ankstesniame skyriuje. Taip pat buvo pasirinkta nagrinėti Vilniaus

universiteto ligoninės Santaros klinikos HIS (toliau - VULSK HIS), nes tai yra viena iš didžiausių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų. Išanalizavimus šių įstaigų HIS specifikacijas, buvo sudaryti palyginimo lentelė (žiūrėti 1 lentelę).

Įstaigos Savybės	KRASPI	VULZK HIS	VULSK HIS
Duomenų centralizuotas kaupimas	+	+	+
Pacientų valdymas	+	+	+
Duomenų analizavimo įrankiai	-	-	+
Pacientų sveikatos vertinimas	+	+	+
Finansinių dokumentų paruošimas	-	+	+
Lovų užimtumo kontrolė	+	+	+

1 lentelė. Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų palyginimas

Atlikus palyginimą, buvo išsiaiškinta, kad visos nagrinėjamos HIS pasižymi panašiomis savybėmis ir sprendžia bendras problemas, tačiau tiek Jonavos ligoninės naudojamame HIS, tiek Žalgirio klinikos HIS, trūksta duomenų analizavimo įrankių, taip pat KRASPI nėra finansinių dokumentų paruošimo funkcionalumo.

2.2. Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema

2.2.1. Sistemos apžvalga

Ankstesniame poskyryje apžvelgėme gydymo įstaigų informacines sistemas, tačiau pacientams ne visada sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vienoje gydymo įstaigoje. Pacientui keičiant gydymo įstaigą, iškyla problema - klinikinių paciento duomenų perkėlimas. Šia problemą išsprendžia visos Lietuvos mastu naudojama elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (toliau - ESPBI IS). ESPBI IS yra apibrėžiama kaip priemonių visuma, kuri skirta centralizuotai kaupti, formuoti ir naudoti pacientų sveikatos istorijas [Lie11]. Šios sistemos dėka, įstaigos, kurios turi prieigos teises, gali tarpusavyje keisti pacientų informaciją. Lietuvoje ESPBI IS buvo diegiama 3 etapais, diegimo datos pradžia - 2007 metai, o pabaiga - 2015 metai [Sve15]. Kadangi ESPBI IS yra didelės apimties projektas, kuris truko beveik dešimtmetį, dalykinės srities reikalavimai buvo klasifikuojami ir kuriami mažesni projektai šiems reikalavimams įgyvendinti. Pagrindiniai ESPBI IS projektai [Lie16]:

1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra.

Šio projekto metu sukurtos sistemos pagrindinis funkcionalumas:

- (a) Pacientų elektroninio sveikatos įrašo tvarkymas;
- (b) Paciento registravimasis arba išsiregistravimasis iš sveiktos priežiūros įstaigoje;
- (c) Sąveika tarp skirtingų sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų;
- (d) Aktualių paciento duomenų teikimas ir gavimas;
- (e) Finansinių ataskaitų tvarkymas;
- (f) Elektroninės tapatybės nustatymas.

2. Elektroninis receptas.

Šio projekto metu sukurtos sistemos pagrindinis funkcionalumas:

- (a) Elektroninių receptų ar kompensuojamų medicininės pagalbos priemonių išrašymas;
- (b) Centralizuotas išrašytų receptų registravimas;
- (c) Elektroninių receptų informacijos pateikimas pacientams.

3. MedVAIS.

Šio projekto metu sukurtos sistemos pagrindinis funkcionalumas:

- (a) Sveikatos priežiūros įstaigų sukurtų medicininių vaizdų tvarkymas medicininių vaizdų tvarkymo posistemėje;
- (b) Medicininių vaizdų pateikimas pacientams;
- (c) Medicininių vaizdų pateikimas gydytojams;
- (d) Nuasmeninto medicininio vaizdo pateikimas;

Kadangi autoriaus projektuojama sistema nėra susijusi nei su mediciniais vaizdais, nei su elektroniniais receptais, tolimesniame nagrinėjime autorius didesnę dėmesį skiria pirmojo projekto analizavimui, o sekantiems dviem projektams dėmesys skiriamas mažesnis.

ESPBI IS paskirtis yra išskiriama į paciento ir sveikatinimo įstaigų atžvilgius [Lie16]. Paciento atžvilgiu ESPBI IS paskirtis yra:

- Gerinti sveikatingumo paslaugų prieinamumą ir tęstinumą;
- Turėti prieigą prie sveikatą apibūdinančių dokumentų;
- Plėtoti elektroninės sveikatos paslaugas ir užtikrinti, kad pacientai būtų tinkamai informuojami apie teikiamas paslaugas.

Sveikatinimo įstaigų atžvilgiu ESPBI IS paskirtis yra:


- Pašalinti paciento duomenų dubliavimą;
- Užtikrinant administracinio darbo efektyvumą;
- Plėtoti elektroninės sveikatos paslaugas ir užtikrinti, kad įstaigos bendradarbiautų ir gautų aktualią paciento informaciją;

- Užtikrinti elektroninės sveikatos paslaugų efektyvumą;
- Užtikrinti prieigą prie centralizuotos informacijos.

Apibendrinant išvardintas šios sistemos paskirtis, galima teigti, kad siekiama, jog pacientas turėtų galimybę peržiūrėti savo sveikatos istoriją elektroniniu būdu, o įstaigos, efektyviai keistųsi paciento informacija ir ją naudotų tam, kad paslaugų kokybė gerėtų.

2.2.2. Sistemos architektūra

Pagal ESPBI IS specifikaciją [Lie16] autorius parengė abstrakčią ESPBI IS architektūros diagramą (žiūrėti 1 pav.).



1 pav. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos architektūra

Pagal parengtos architektūros diagramą matome, kad architektūra yra 3 lygmenų - vaizdavimo ir paslaugų, veiklos logikos ir duomenų lygmenis. Išnagrinėkime šiuos tris lygmenis:

- **Vaizdavimo ir paslaugų lygmuo.** Šį lygmenį sudaro elektroninės sveikatos portalo posistemė. Šio portalo paskirtis - medicininių paslaugų inicijavimas, šių paslaugų informavimas, jų vykdymo stebėjimas ir suteiktų paslaugų rezultatų pateikimas[Lie16]. Šios sistemos naudotojai yra identifikuojami elektroniniu parašu. Prisijungusiam naudotojui yra pateikiamas turinys pagal identifikavimo metu suteiktas prieigas. Elektroninė sveikatos portalo posistemė susideda iš 4 sričių:

1. Viešai prieinama sritis. Šioje elektroninės sveikatos portalo srityje yra pateikiama visiems prieinama informacija. Tam, kad naudotojas pasiektų šią informaciją, jam savo tapatybės identifikuoti nereikia;
2. Pacientų sritis. Šioje elektroninės sveikatos portalo srityje yra pateikiama paciento gautų paslaugų informacija, rezultatai, išrašytų elektroninių receptų duomenys ir kt;
3. Sveikatos priežiūros specialistų sritis. Šioje elektroninės sveikatos portalo srityje sveikatos priežiūros specialistai gali pildyti elektroninės sveikatos priežiūros formas, tvarkyti pacientų duomenis, gauti aktuales paciento klinikoje duomenis, medicininius vaizdus, taip pat specialistas, turintis reikiamą prieigą, gali išrašyti pacientui elektroninį receptą, pratęsti jo galiojimo terminą.
4. Farmacijos specialistų sritis. Ši elektroninės sveikatos portalo sritis yra skirta farmacijos specialistams. Ji leidžia naudotojams gauti informaciją apie išrašytą elektroninį receptą ir patvirtinti vaistų ar medicininių pagalbos priemonių išdavimo faktą.

- **Veiklos logikos lygmuo.** Šis lygmuo yra tarpinis tarp vaizdavimo ir duomenų lygmenų. Veiklos logikos lygmens pagrindinė paskirtis yra priimti sisteminius pranešimus, juos apdoroti, sugeneruoti reikiamą informaciją ir šią informaciją pateikti vaizdavimo ir paslaugų lygmeniui [Lie16]. Taip pat šis lygmuo priima duomenis iš elektroninio sveikatos portalo, šiuos duomenis apdoroja ir perduoda į duomenų lygmenį. Apibendrinant šio lygmens paskirtį - tai centrinis funkcionalumų lygmuo, kuris apdoroja ir pateikia reikalingus duomenis apie pacientą, elektroninius receptus, medicininius vaizdus ir kt. Šį lygmenį sudaro 11 posistemių, tačiau pagrindinės yra:

1. Pacientų posistemė;
2. Medicininių vaizdų posistemė;
3. Elektroninio recepto posistemė;
4. Duomenų analizės, ataskaitų formavimo ir informavimo posistemė;
5. Elektroninio sveikatos įrašo posistemė.

- **Duomenų lygmuo.** Duomenų lygmuo susideda iš 2 komponentų - informacinės struktūros ir duomenų mainų posistemės. Apžvelkime šiuos komponentus:

- Informacinė struktūra. Šis komponentas atsakingas už ESPBI IS informacijos tvarkymą, saugojimą, apdorojimą ir teikimą. Pagrindinis informacinės struktūros komponentas yra ESI duomenų bazė, tačiau informacinė struktūrą sudaro ir daugiau papildomų

duomenų bazių [Lie16], iš viso yra 10 duomenų bazių, kurios saugo informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. ESI duomenų bazėje saugomi pacientų elektroniniai sveikatos įrašai, kurie yra suvedami paslaugų ir vaizdavimo lygmenyje arba gaunami iš sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų. Kiekvienas įrašas yra susiejimas su identifikatoriumi, kuris yra suteikiamas Objektų ID katalogo. Objektų ID katalogas suteiktą identifikatorių susieja su paciento įrašu, specialistu, kuris pateikė paciento įrašą, ir sveikatos priežiūros įstaiga. ESI duomenų bazės tvarkomi dokumentai [Lie16]: ypatingieji pacientų duomenys, ESI suformavusių sveikatinimo specialistų duomenys, ESI pateikusių sveikatinimo įstaigų duomenys;

- Duomenų mainų posistemė. Šis komponentas atsakingas už duomenų priėmimą bei atidavimą sveikatos priežiūros įstaigų informacinėms sistemoms bei kitoms suinteresuotų trečiųjų šalių informacinėms sistemoms. Ši posistemė yra kertinis komponentas, kuris realizuoja techninio interoperabilumo principus elektroninės sveikatos sistemoje [Lie16]. Duomenų mainų posistemės pagrindinė paskirtis - valdyti duomenų mainus tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir užtikrinti duomenų gavimą bei teikimą tokioms įstaigoms kaip SODRA, SVEIDRA, VAPRIS ir kitomis valstybinėmis institucijom. Visi duomenų mainai tarp ESPBI IS ir kitų informacinių sistemų vyksta per šią posistemę.

2.2.3. Septinto lygio sveikatos standartas


Ankstesniuose poskyriuose apžvelgėme Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų naudojamas informacines sistemas, tačiau Lietuva nėra išskirtinė šioje srityje ir kitos Europos sąjungos valstybės taip pat diegia bei naudoja tokio pat pobūdžio informacines sistemas, šių sistemų diegimo bei naudojimo būseną yra aprašyta Europos Komisijos [Eur16]. Europos parlamento priimtose direktyvose [EE11] yra nurodoma, jog valstybės turi tarpusavyje dalintis pacientų sveikatos įrašais, t.y. pacientui apsilankius svetimos valstybės sveikatos priežiūros įstaigoje, ši įstaiga galėtų gauti paciento duomenis iš jo gimtosios valstybės. Kadangi siekiama pacientų duomenų keitimosi ne tik regioniniu mastu, bet ir tarpvalstybiniu, vadinasi visos tarpusavyje komunikuojančios informacinės sistemos turi vadovautis bendru tarptautiniu standartu, kuris aprašytų pacientų duomenų apsikeitimo procesą. Toks pacientų duomenų apsikeitimo standartas yra Septintojo lygio sveikatos standartas (angl. *Health Level Seven International*) (toliau - HL7). HL7 standartas, kurio pirmoji versija buvo sukurta 1987 metais, yra patvirtintas Amerikos nacionalinio standartų instituto, šis standartas apibrėžia elektroninių sveikatos įrašų paiešką, dalijimąsi, integraciją ir apsikeitimą [Hea09]. HL7 nusako kaip įstaigos keičiasi elektroniniais sveikatos įrašais ir kokių duomenų formatu šie įrašai yra suformuoti. HL7 yra apibrėžęs 2 duomenų formatus - v2 ir v3, taip pat egzistuoja ir FHIR standartas, kuris apjungia labiausiai pasiteisinusius HL7 v2 ir v3 standartų aspektus. ESPBI IS specifikacijoje [Lie16] yra nurodoma, jog duomenų apsikeitimui yra naudojamas HL7 v3 arba FHIR standartai, tačiau naujesnėje literatūroje [Reg17] yra nurodomas tik FHIR. FHIR standartas apibrėžia netik duomenų formavimą, bet ir pateikia REST architektūra pagrįstą interfeisą, kuris nurodo duomenų operacijoms reikalingus CRUD metodus.

3. Ryšio mažame lauke technologija

3.1. Radijo dažnio identifikavimo technologija

Radijo dažnio identifikavimas (angl. *Radio-frequency identification*) (toliau- RFID) tai viena iš bevielio komunikavimo technologijų, kuri yra paremta elektromagnetinių bangų spektro dažniais, kurie padeda identifikuoti unikalius objektus. Pirmieji RFID panaudojo Britų armijos karininkai Antrajame pasauliniame kare, jie šią technologiją naudojo identifikuoti armijai priklausančius objektus, t.y. lėktuvus, radarus ir kt. [Mot12]. RFID sukuria vienos krypties arba dvikryptį bevielį duomenų srautą. Duomenų perdavime dalyvauja 2 aktoriai - žyma (angl. *tag*), ir skaitytuvas (angl. *reader*) [ICJ14]. Skaitytuvas inicijuoja komunikavimą sukurdamas elektromagnetinio lauko bangas ir laukia atsakymo iš žymos. Žyma priima skaitytuvo komunikavimo užklausą ir grąžina rezultatą. Žemiau pateiktoje diagramoje (žiūrėti 2 pav.) pavaizduota RFID sistema, šia sistemą bei daugelį kitų RFID sistemų sudaro šie 3 pagrindiniai komponentai [HPP06]:

1. **Žyma**, taip pat dar vadinama - siųstuvu. Žyma yra sudaryta iš semi konduktoriaus mikroschemos, antenos. Taip pat kartais žyma turi vidinį maitinimo šaltinį - bateriją.
2. **Skaitytuvas**, jis yra sudarytas iš antenos, radjo bangų dažnių modulio, kuris skirtas siųsti ir gauti signalus iš žymos, ir valdymo modulio.
3. **Valdiklis** (angl. *controller*), taip pat dar vadinamas pagrindiniu kompiuteriu (angl. *host*). Dažniausiai tai yra kompiuteris, kuriame yra duomenų bazė ir valdymo programinė įranga.



2 pav. RFID sistemos komponentų diagrama

RFID žymos yra skirstomos į 2 tipus [ICJ14]:

1. Aktyvus komunikavimo tipas. Šiam tipui priklauso tos RFID technologijos, kurių aktoriai turi savo nuosavus energijos šaltinius. Kuomet žyma siunčia rezultatą skaitytuvui, jis naudoja energiją, kuri yra gaunama iš nuosavo maitinimo šaltinio.
2. Pasyvus komunikavimo tipas. Šiam tipui priklauso tos RFID technologijos, kurių vienas iš aktorių neturi nuosavo energijos šaltinio, t.y. žyma neturi, o siųstuvas turi. Tam, kad žyma išsiųstų rezultatą, ji reikiamą energiją gauna iš iniciatoriaus sukurtą magnetinio lauko.

Ypatybės \ Tipai	Aktyvus	Pasyvus
Maitinimo šaltinis	Vidinis	Išorinis
Skaitymo diapazonas	Didelis - iki 100 metrų	Nėra didelis - iki 3 metrų
Žymos veikimo laikas	Kadangi žyma turi vidinį maitinimo šaltinį, jis nuolatos būna veikimo būsenoje	Žyma pradeda veikti tik tuomet, kai skaitytuvas inicijuoja komunikavimą
Magnetinio lauko stiprumas	Magnetinis laukas nėra stiprus, nes žyma naudoja vidinę energiją tam, kad išsiųstų signalą	Sukuriamas stiprus magnetinis laukas, nes šio magnetinio lauko dėka, žyma įgyja energijos išsiųsti signalą
Naudojimo terminas	Naudojimo terminas priklauso nuo maitinimo šaltinio galiojimo termino	Naudojimo terminas nėra apibrėžtas
Saugomų duomenų dydis	Didesnis, dažnu atveju 128 kilobaitai (angl. <i>Kilobyte</i>)	Mažas, dažniausiai 128 baitai (angl. <i>Byte</i>)
Dydis	Dydis priklauso nuo maitinimo šaltinio dydžio	Mažas
Kaina	Brangesnis nei pasyvus	Brangesnis nei aktyvus

2 lentelė. Aktyvios ir pasyvios RFID žymos palyginimas

Lentelėje (žiūrėti 2 lentelę) pateikiamas aktyvios ir pasyvios žymos palyginimas.

RFID technologijos charakteristikos nėra pastovios, šios technologijos savybėms didžiausią įtaką daro parinktas elektromagnetinės bangos dažnis, kuris yra naudojamas komunikavimui tarp skaitytuvo ir žymos, todėl kuriant sistemą, kuri yra paremta RFID technologija, svarbu pasirinkti tinkamą bangos dažnį. RFID technologijos naudojami elektromagnetinių bangų dažniai: kilometrinių bangos žemieji dažniai (toliau - ŽD), dekametrinės bangos aukštieji dažniai (toliau - AD), decimetrinės bangos ultra aukšti dažniai (toliau - UAD) ir mikrobangų dažniai. Šių dažnių naudojimą RFID sistemose aprašo ISO ir IEC standartai. Elektromagnetinių bangų dažniai daro įtaką šioms RFID savybėms [HPP06]:

1. **Skaitymo diapazonas.** Žemesnių bangų dažnių RFID skaitymo diapazonas būna mažas. Aukštesnių bangų dažnių RFID skaitymo diapazonas yra didesnis, ypač jeigu naudojamas aktyvus RFID tipas.
2. **Aktyvus ir pasyvus RFID.** Istoriskai pasyvus RFID naudodavo ŽD ir AD dažnius, o aktyvus - UAD ir mikrobangų dažnius, tačiau šiuo metu abiejų tipų RFID gali naudotis aukštesniais dažniais, t.y. UAD ir mikrobangų dažniais.
3. **Radio dažnių trukdžiai.** Žemesnių dažnių RFID yra labiau atsparūs interferencijai, nei aukštesnių dažnių RFID.
4. **Vandens ir metalo įtaka.** Mikrobangos ir UAD turi didesnę tikimybę būti sugertiems skysčio, todėl šių dažnių RFID nėra tinkamas naudoti šlapiam objektams. Kadangi metalas at-

spindi elektromagnetines bangas, jos negali prasiskverbti pro jį, tačiau net šalia esantis metalas taip pat gali atspindėti elektromagnetines bangas, todėl tiek aukštesnio dažnio, tiek žemesnio dažnio bangoms metalas daro įtaką. Žemesnio dažnio bangos yra paveikiamos metalo mažiau nei aukštesnio.

Žemiau pavaizduotoje lentelėje (žiūrėti 3 lentelę), pateikiamos RFID tipų naudojami elektromagnetiniai bangų dažniai, jų naudojimą apibrėžiantys standartai [CYD⁺16].

Elektromagnetinė banga	Bangos dažniai	RFID tipas	Standartai
ŽD	125-134.2 KHz	Pasyvus	ISO 11784 ISO/IEC 18000-2A ISO/IEC 18000-2B
AD	13.56 MHz	Pasyvus	ISO 18000-3 ISO/IEC 15693
UAD	433 MHz	Aktyvus	ISO 18000-7
	860 ir 915 MHz	Pasyvus ir Aktyvus	ISO 18000-6A ISO 18000-6B ISO 18000-6C
Mikrobangos	2.45 ir 5.8 GHz	Pasyvus ir Aktyvus	ISO 18000-4

3 lentelė. Aktyvaus ir pasyvaus RFID komunikavimo tipų palyginimas

3.2. Artimojo lauko ryšio

3.2.1. Sąvoka


ALR tai bevielio komunikavimo technologija, šis technologija yra pagrįsta anksčiau minėtos RFID technologijos standartais ir interfeisais, todėl įrenginiai, kurie paremti ALR technologija, gali komunikuoti su dauguma RFID technologijos įrenginių [Mot12]. ALR įrenginiai tarpusavyje komunkuoja 13.56 MHz elektromagnetinių bangų dažniu, duomenų perdavimo greitis svyruoja nuo 106 kilobitu per sekundę iki 424 kilobitų per sekundę [Inn06]. Maksimalus veikimo atstumas tarp ALR įrenginių literatūroje minimas ne vienodas, apibendrinus literatūros šaltinius, maksimalus veikimo atstumas yra tarp 4 centimetrų ir 20 centimetrų [Inn06] [Mot12] [COO12]. Pagrindiniai skirtumai tarp RFID ir ALR technologijų [COO12]:

1. Komunikavimo atveju, atstumas tarp ALR įrenginių turi būti mažas, o RFID technologijoje naudojant aktyvias žymes, atstumas gali būti žymiai didesnis.
2. ALR technologijoje naudojamos tik pasyvios žymės, o RFID technologijoje naudojamos tiek aktyvios, tiek pasyvios žymės.
3. Dėl to, kad komunikavimo atstumas yra mažas, duomenų perdavimas laikomas saugesniu nei RFID.

4. Dėl to, kad komunikavimo atstumas yra mažas, skaitytuvas komunikuoja su norima žyma, todėl mažėja tikimybė jog skaitytuvo veikimo lauke atsiras keletą žymų.

3.2.2. Duomenų apsikeitimo specifikacija

ALR duomenų apsikeitimo formatas (angl. *NFC Data Exchange Format*) (toliau - NDEF) tai standartas, kuris nusako duomenų apsikeitimo formatą tarp ALR įrenginio ir ALR žymės arba tarp dviejų ALR įrenginių [COO12]. Komunikavimo metu, siunčiama NDEF žinutė, kurią sudaro vienas arba daugiau NDEF įrašų (angl. *records*) (žiūrėti 3 pav.). NDEF įrašą sudaro antraštė (angl. *header*) ir informacija (angl. *payload*), kurios dydis yra iki $2^{32}-1$ baitų [NFC06]. Norint talpinti didesnę kiekį duomenų, NDEF įrašai gali būti apjungti. Kadangi NDEF žinutę gali sudaryti daugiau nei vienas įrašas, svarbu indikuoti žinutės režius, todėl pirmasis įrašas žinutės eilėje turi žinutės pradžios indikatorių, o paskutinis įrašas - žinutės pabaigos indikatorių.



3 pav. NDEF žinutės sudedamosios dalys

Žemiau pateiktoje lentelėje (žiūrėti 4 lentelę) yra nurodoma NDEF žinutės įrašų sudarantys laukai. Žinutės įrašą sudaro 12 laukų, iš kurių 11 sudaro įrašo antraštę, o 1 sudaro informaciją. Antraštės laukai yra šie [NFC06]:

- **ŽPR**, Žinutės pradžios indikatorius (angl. *Message begin*), šis laukas yra 1 bito dydžio ir jis nurodo žinutės pradžią.
- **ŽPB**, Žinutės pabaigos indikatorius (angl. *Message end*), šis laukas yra 1 bito dydžio ir jis nurodo žinutės pabaigą.
- **DD**, Duomenų dalis (angl. *Chunk flag*), šis laukas yra 1 bito dydžio ir nurodo ar įrašo informacija yra pilna, ar įrašė laikoma informacija yra tik dalis pilnos siunčiamos informacijos.
- **TĮ**, Trumpas įrašas (angl. *Short record*), šis laukas yra 1 bito dydžio, jis nurodo ar informacijos kiekis yra mažesnis nei 2^8-1 baitai.
- **IB**, ID būvimas (angl. *ID length present*), šis laukas yra 1 bito dydžio, jis nurodo ar įrašė yra saugomas ID.
- **ĮTF**, Įrašo tipo formatas (angl. *Type name format*), šis laukas yra 3 bitų dydžio, jis nurodo kokio formato yra NDEF įrašo tipas. Tipo formatų sąrašas yra pateiktas literatūroje [COO12].

- **Įrašo tipo dydis** (angl. *Type length*), šis laukas yra 1 baidžio dydžio, jis nurodo koks yra įrašo tipo lauko dydis.
- **ID dydis** (angl. *ID length*), šis laukas yra 1 baidžio dydžio, jis yra saugomas įrašė tuomet, kai IB lauko bitas yra 1. Šis laukas nurodo koks yra ID lauko dydis.
- **Informacijos dydis** (angl. *Payload length*), šio lauko dydį nusako TĮ lauko reikšmė. Jeigu TĮ lauko bitas yra 1, tuomet Informacijos dydžio lauko dydis yra 1 baitas. Jeigu TĮ lauko bitas yra 0, tuomet Informacijos dydžio lauko dydis yra 4 baitai.
- **Įrašo tipas** (angl. *Type*), šis lauko dydis nusako Įrašo tipo dydžio laukas. Šis laukas nurodo įrašo informacijos lauko tipą. Įrašo tipas turi būti pateiktas tokiu formatu, kuris yra nurodomas ĮTF lauke.
- **ID**, šio lauko dydį nusako ID dydžio laukas. Šis laukas nurodo įrašo unikalų identifikatorių.

Informacijos lauko dydį NDEF įrašė nusako antraštės informacijos dydžio laukas. Šiame lauke yra saugoma informacija, kuria yra keičiamasis tarp ALR įrenginių.

7	6	5	4	3	2	1	0	
ŽPR	ŽPA	DD	TĮ	IB	ĮTF			Antraštė
Įrašo tipo dydis								
Informacijos dydis								
ID dydis								
Įrašo tipas								
ID								
Informacija								

4 lentelė. NDEF žinutės įrašas [NFC06]

3.2.3. Darbo režimai

Ryšio mažame lauke technologija turi 3 darbo režimus (angl. *operating modes*) - lygiarangių (angl. *peer to peer*), skaitymo ir rašymo (angl. *reader and writer*), kortelės emuliacijos (angl. *emulation*) [NFC]. Kiekvienas darbo režimas nurodo kaip ir su kuo ALR įrenginiai komunikuoja. Kiekvienas ALR įrenginys privalo veikti pagal vieną iš trijų darbo režimų [Mot12]. Kiekvienas darbo režimas turi skirtingas technines infrastruktūras, standartus ir komunikavimo interfeisus, kurie yra aprašyti ISO/IEC 14443, FeliCa, NFCIP-1 [COO12]. Toliau apžvelgsime šiuos 3 darbo režimus:

- **Lygiarangiai.** Šiame darbo režime du ALR įrenginiai komunikuoja tarpusavyje. Komunikavimas ir informacijos keitimasis tarp įrenginių yra dvikryptis (angl. *bidirectional*). Kadangi įrenginiai yra lygiareikšmiai, todėl jie gali ir inicijuoti bendravimą, ir klausytis. Įrenginiams keičiantis informacija, vienas įrenginys turi siųsti duomenis, o kitas - klausytis ir pradėti siųsti duomenis tuomet, kai pirmasis įrenginys pabaigs siuntimą [COO12]. Šio darbo režimo specifikuojamas informacijos keitimasis yra laikomas saugiu [RKK⁺15]. Literatūroje [COO12] yra išskiriamas pagrindinis privalumas - saugus privačių duomenų persiuntimas iš vieno ALR įrenginio į kitą.
- **Skaitymas ir rašymas.** Šiame darbo režime komunikacija vyksta tarp ALR įrenginio ir ALR žymės. Šis darbo režimas leidžia ALR įrenginiui tiek rašyti, tiek ir skaityti informaciją iš ALR žymos. Rašymo metu įrenginys siunčia duomenis žymai ir jeigu žyma nėra tuščia, jos seni duomenys yra pakeičiami (angl. *overwrite*) naujais [COO12]. Komunikacijos metu keičiamasi informacija NDEF žinutės formatu. Šio darbo režimo specifikuojamas informacijos keitimasis nėra laikomas saugiu [RKK⁺15]. Literatūroje [COO12] yra išskiriami pagrindinis šio darbo režimo privalumas - sąlygiškai nesudėtinga šio darbo režimo implementacija.
- **Kortelės emuliacija.** Šis darbo režimas apibrėžia dviejų ALR įrenginių komunikavimą. Pagrindinis skirtumas tarp lygiarangių darbo režimo - kortelės emuliacijoje vienas iš įrenginių emuliuoja informacinę kortelę, o kitas įrenginys gali nuskaityti kortelėje esančius duomenis [Mot12]. Duomenų nuskaitymo metu įrenginys, kuris emuliuoja informacinę kortelę, neskleidžia savo radijo dažnio, o tik klausia aplinkoje esančių dažnių [COO12]. Kalbant apie šio darbo režimo taikymą, viena iš esminių panaudojimų sričių - atsiskaitymai. Literatūroje [COO12] yra išskiriami pagrindinis šio darbo režimo privalumas - fizinių objektų eliminavimas, t.y. kreditinės kortelės, bilietai ir kt. gali būti laikomi telefone.

3.2.4. Pritaikymas sveikatos priežiūroje

Sveikatos priežiūros srityje ALR technologija gali būti taikoma įvairioms užduotims palengvinti. Nyderlanduose ir Prancūzijoje telefonus su įdiegta ALR technologija naudoja virš 50000 slaugytojų [Shy13], šios slaugytojos sveikatos paslaugas teikia pacientų namuose. ALR technologija padeda sekti atvykimo ir išvykimo laikus. Administratoriams užtenka šių duomenų paruošti pacientui sąskaitą, todėl slaugytojams nereikia patiems laiko skirti pildant administracinius dokumentus. ALR technologija taip pat naudojama Pakistano sveikatos priežiūroje gydant pneumonijos atvejus [MDL⁺09]. Kaip pabrėžiame literatūroje, Pakistanas yra besivystanti šalis, o ALR technologija sąlygiškai nereikalauja didelių kaštų, todėl ALR technologija gali padėti ir kitoms neturtingoms valstybėms. Nagrinėjant šiuos du ALR taikymo atvejus ir kitas literatūras susijusias su ALR medicinoje, pastebima jog ALR taikymas nėra paplitęs medicinos srityje, aptikti technologijos panaudojimai yra išimtiniai arba bandomojoje būsenoje ir yra taikomi tik siauroje sveikatos priežiūros srityje. Nepaisant to, jog realių ALR technologijos panaudojimų nebuvo aptikta daug, tačiau literatūrose yra išsamiai nagrinėjamas galimas ALR panaudojimas medicinoje ir siūlomi taikymo būdai bei jų implementacija, todėl tolimesniame nagrinėjime autorius apžvelgia literatūrose siūlomus ALR pa-

naudojimo būdus. Literatūroje išskiriami 2 pagrindiniai ALR technologijos taikymo klasifikatoriai [GKJ13]:

- **Išorinis taikymas.** Šiame klasifikatoriuje yra visi ALR panaudojimo atvejai, kurie skirti:
 - Tvarkyti paciento elektroninį sveikatos įrašą;
 - Sekti medicininių įrankių inventorizaciją;
 - Valdėti medikamentų išdavimą;
- **Vidinis taikymas.** Šiame klasifikatoriuje yra visi ALR panaudojimo atvejai, kurie skirti sekti paciento simptomus, organizmo būseną.

Dalis literatūrose aprašomų ALR panaudojimo atvejų yra skirti stebėti pacientų būklę [SKP⁺06] [GKJ13] [ZL11]. Pacientų būklę sekantys įrenginiai, tokie kaip - gliukozės kiekio kraujyje matuoklis, širdies pulso ir spaudimo matuoklis ir kt., jau egzistuoja rinkoje ir naudojami medicinoje daug metų. Jeigu minėtų įrenginių rodmenys privalo būti sekami ir saugomi, vadinasi gautus duomenis reikia kažkur išsaugoti, šis procesas yra atliekamas arba rankinių būdų, t.y. sveikatos priežiūros darbuotojai perrašo gautus duomenis į saugojimo aplinkas, arba įrenginiai veikia kartu su servais, kurie turi prieigą prie duomenų bazės, ir duomenų saugojimas vyksta be darbuotojų įsikišimo. Literatūroje [SKP⁺06] identifikuojama, jog tokie įrenginiai dažniausiai būna prijungti prie kompiuterio laidais, o toks komunikavimo būdas tarp kompiuterio ir medicinos įrenginių yra nepatogus, nes kiekvienas įrenginys turi laidinę išvestį, o didinant įrenginių skaičių didėja laidų kiekis, todėl ALR technologija sprendžia šią problemą pašalindama laidinį komunikavimą [SKP⁺06]. Įrenginių rodmenų saugojimo eiga yra aprašyta literatūroje [ZL11].

Jungtinėse Amerikos Valstijose per metus apie 1500 medicininių objektų yra per klaidą paliekami pacientų kūnuose operacijų metu [RR12]. Šiai problemai spręsti yra naudojama ALR technologija. Medicininiai objektai, kurie neturi likti pacientų kūne, yra sužymimo ALR žymomis, tai padeda medikams atsekti ar pacientų kūnuose per klaidą liko medicininiai objektai. Šis pavyzdys yra vienas iš daugelio literatūrose [AR14] [PHA⁺12] [ARM⁺13] pateikiamų ALR ir RFID technologijų taikymo būdų, skirtų medicininių įrenginių, objektų inventorizacijai. Jungtinėse Amerikos Valstijose viena iš sveikatos priežiūros įstaigų problemų - medicininės įrangos ar įrankių vagystės, šioje valstybėje per metus prarandama beveik 4 milijardus JAV dolerių vertų medicininių įrankių ir įrangos [RR12], šioje literatūroje teigiama jog RFID technologijos gali padėti spręsti šią problemą.

Taip pat dalis literatūrose aprašomų ALR taikymo būdų yra skirti palengvinti pacientų elektroninio sveikatos įrašo valdymą, padidinti pacientų duomenų valdymo efektyvumą [GKJ13] [RR12] [FHB⁺11] [DJ15]. Visose minėtose literatūrose yra siūloma priskirti pacientui ALR žymą pažymint paciento lovą, apyrankę ar palatą. Priskirtą žymą yra siūloma užpildyti paciento duomenimis tam, kad įstaigų darbuotojams prireikus šių duomenų, juos gauti būtų patogiu ir greitai. Nors minėtas pasiūlymas didina duomenų gavimo greitį, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į saugumo spragas, nes žymes, kurios turi svarbius paciento duomenis, gali būti nuskaitytos ne tik įstaigų darbuotojų ir taip pacientų duomenys gali būti nutekinti. Apie minėta saugumo spragą užsimenama tik vienoje literatūroje [RR12].

Aptartuose ALR technologijos panaudos atvejus sveikatos priežiūros srityje, matome, jog ši technologija gali padėti didinti šios srities procesų efektyvumą.

4. Sistemos projektavimas

4.1. Reikalavimų surinkimas

Programų sistemų architektūros yra reikalingos kuriant sistemas, kurios įgyvendina keliamus reikalavimus [BCK⁺13], o kadangi šio baigiamojo darbo tikslas - pasiūlyti architektūrą, labai svarbu apsibrėžti keliamus sistemos reikalavimus. Šiame poskyryje bus pateikiami funkciniai ir nefunkciniai sistemos reikalavimai. Tam, kad apsibrėžti svarbius reikalavimus, svarbu analizuoti dalykinę sritį, esamą situaciją. Surenkant reikalavimus, autorius remiasi skyriuje identifikuotomis dalykinės srities problemomis, antrajame skyriuje analizuotomis informacinėmis sistemomis ir nagrinėta literatūra.

4.1.1. Funkciniai reikalavimai

Funkciniai reikalavimai yra surinkti remiantis dalykinės srities analize ir identifikuotomis stacionaraus gydymo problemomis.

- FR.1 Sistemos vidiniai naudotojai yra autorizuojami;
- FR.2 Sistemos funkcionalumo aibė yra filtruojama pagal naudotojo rolę (pvz.: gydytojai gali paskirti gydymą, jį keisti, tačiau slaugytojai gali tik vykdyti paskirtą gydymą, jie negali koreguoti gydymo plano);
- FR.3 Pacientai yra identifikuojami ESPBI IS pagalba;
- FR.4 Sveikatos įstaigos darbuotojas, kuris turi atitinkamą rolę, gali sukurti gydymo planą;
- FR.5 Kiekviena sąveika tarp slaugytojo ir paciento, kuri yra nurodyta gydymo plane, yra fiksuojama ir saugoma;
- FR.6 Sveikatos įstaigos darbuotojas, kuris suteikė bet kokią sveikatos paslaugą, yra identifikuojamas;
- FR.7 Suteikta sveikatos paslauga yra identifikuojama;
- FR.8 Pacientui suteikiamų medikamentų tinkamumo verifikavimas, t.y. patikrinimas ar suteikiamas medikamentas yra nurodytas gydymo plane ir neįvyko klaida;
- FR.9 Paciento būklės duomenys, gauti suteikiant sveikatos paslaugą, yra fiksuojami ir saugomi;
- FR.10 Formos, reikalingos stacionariame gydyme, yra pildomos sistemoje automatiškai, užpildant formą duomenimis, kurie buvo fiksuoti gydymo metu;
- FR.11 Formos valdymo veiksmus gali atlikti tik tie darbuotojai, kurie turi valdymo veiksmams atlikti reikalingas roles, t.y. slaugytojai gali redaguoti tik su jais susijusius įvestus duomenis, tačiau gydytojai gali redaguoti visus įvestus duomenis;

FR.12 Duomenų mainuose su centralizuota duomenų baze yra naudojamas HL7 formatas;

FR.13 Sistemoje sekamas lovų užimtumo lygis;

4.1.2. Nefunkciniai reikalavimai

Nefunkciniai reikalavimai yra surinkti remiantis dabartinių sveikatos įstaigų naudojamomis informacinėmis sistemomis ir literatūra, kuri nagrinėja ALR panaudojimą sveikatos priežiūroje. Surinkti nefunkciniai reikalavimai apima šiuos reikalavimus:

- Saugumo ir slaptumo reikalavimai;
- Ergonominiai reikalavimai;
- Prieinamumo ir patikimumo reikalavimai;
- Plečiamumo reikalavimai;

NFR.1 Vartotojo sąsaja turi būti pritaikyta neįgaliesiems pagal „Web Content Accessibility Guidelines 1.0“ pasiūlymus;

NFR.2 Vartotojo sąsaja turi būti daugiakalbė;

NFR.3 Klaidų pranešimai formuojami taip, kad vartotojui būtų aiškų kokių veiksmų imtis;

NFR.4 Sistemos integracija į skirtingų sveikatos įstaigų informacines sistemas neturi būti sudėtinga;

NFR.5 Sistemos našumo plėtimas, gerinant ar didinant techninius išteklius, neturi būti sudėtingas, našumo plėtimas neturi reikalauti kodo keitimo.

NFR.6 Sistema turi veikti pagal principą „24 valandos per dieną, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus“;

NFR.7 Sistemos, kuri susidūrė susidūrė su sutrikimais, reikalaujančiais sistemos paleidimo iš naujo, prastovos laikas negali viršyti 3 valandų;

NFR.8 Sistemos, kuri susidūrė susidūrė su sutrikimais, reikalaujančiais sistemos diegimo iš naujo, prastovos laikas negali viršyti 6 valandų;

NFR.9 Identifikavimo informacija turi būti šifruojama;

Literatūra

- [AR14] Sima Ajami ir Ahmad Rajabzadeh. Radio Frequency Identification (RFID) technology and patient safety. (September 2013), 2014.
- [ARM⁺13] Nor Azlina, Abd Rahman, Zety Marlia, Hemalata Vasudavan ir Zainal Abidin. Malaysia Hospital Asset Tracking System using RFID Technology (MHATS) Relationship between Motivational Dimensions towards Intention to Purchase Green Food Product in Malaysia View project Entrepreneurial Education View project Malaysia Hospital Asset Tracking System using RFID Technology (MHATS). Tech. atask. 2013. URL: <https://www.researchgate.net/publication/245025372>.
- [BCK⁺13] Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, T • Addison- ir k.t. Software Architecture in Practice Third Edition. Tech. atask. 2013. URL: <https://jegadeesansite.files.wordpress.com/2018/01/sei-series-in-software-engineering-len-bass-paul-clements-rick-kazman-software-architecture-in-practice-addison-wesley-professional-2012.pdf>.
- [CYD⁺16] Mehmet Fatih Caglar, Musa Yavuz, Habib Dogan ir M.Ahmet Gozel. Use of Radio Frequency Identification Systems on Animal Monitoring. *International journal of technological science*, 2(August), 2016.
- [COO12] Vedat Coskun, Kerem Ok ir Busra Ozdenizci. *Near Field Communication: From Theory to Practice*. Tom. 4, 2012. ISBN: 5985010104.
- [DJ15] Danco Davcev ir Goran Jakimovski. Ergonomics Design of Healthcare NFC-based System. *Procedia manufacturing*, 3(Ahfe):5631–5638, 2015. ISSN: 23519789. DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.770. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.770>.
- [EE11] Europos Parlamentas ir Europos Taryba. Directives on the application of patients' rights in cross-border healthcare. Tech. atask. 2011. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF> (tikrinta 2019-03-07).
- [Eur16] Europos Komisija. Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States (2016) | Visuomenės sveikata. 2016. URL: https://ec.europa.eu/health/ehealth/projects/nationallaws%7B%5C_%7Delectronichealthrecords%7B%5C_%7D1t (tikrinta 2019-03-07).
- [Eur18] Eurostat. Population structure and ageing. 2018. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population%7B%5C_%7Dstructure%7B%5C_%7Dand%7B%5C_%7Dageing (tikrinta 2019-02-24).
- [FHB⁺11] Jesús Fontecha, Ramón Hervás, José Bravo ir Vladimir Villarreal. An NFC approach for nursing care training. *Proceedings - 3rd international workshop on near field communication, nfc 2011*:38–43, 2011. DOI: 10.1109/NFC.2011.15.

- [GK12] Julius Griškevičius ir Romualdas Kizlaitis. *INFORMACINĖS SISTEMOS MEDICINOJE*, 2012. ISBN: 9786094572371. DOI: 10.3846/1353 S.
- [GKJ13] Jimmy Gautam, Yogesh Kumar ir Sunny Jhamb. Current Near Field Communication (NFC) Trends in Medical Sector. Tech. atask. 2013. URL: www.ijert.org.
- [Hea09] Health Level Seven International. About Health Level Seven International. 2009. URL: <http://www.hl7.org/about/index.cfm> (tikrinta 2019-03-07).
- [HPP06] V. Daniel Hunt, Albert Puglia ir Mike Puglia. *RFID-A Guide to Radio Frequency Identification*, 2006, p. 1–214. ISBN: 9780470107645. DOI: 10.1002/9780470112250.
- [ICJ14] Tom Igoe, Don Coleman ir Brian Jepson. *Beginning NFC - Near Field Communication with Arduino, Android & PhoneGap*. Tom. 53(9), 2014, p. 1689–1699. ISBN: 9788578110796. DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004. arXiv: arXiv:1011.1669v3.
- [Inn06] Innovision Research Technology plc. Near Field Communication in the real world. Tech. atask. 2006. URL: https://members.nfc-forum.org/resources/white%7B%5C_%7Dpapers/Innovision%7B%5C_%7DwhitePaper1.pdf.
- [Lie05] Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Dėl reanimacijos ir intensyvioios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo. 46(120):185–189, 2005.
- [Lie11] Lietuvos Respublikos Vyriausybė. DĖL ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO. (1057), 2011. URL: https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.406145/format/ISO_PDF/.
- [Lie16] Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerija. ESPBI IS Specifikacija. Tech. atask. 2016, p. 339. URL: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos%7B%5C_%7Dsritys/E.%20sveikata/Strateginiai%7B%5C_%7De.%20sveikatos%7B%5C_%7Ddokumentai/ESPBI%20IS%20techninis%20aprasymas%20specifikacija%7B%5C_%7DV1%7B%5C_%7D1.pdf.
- [Lie17] Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojai, 2017. URL: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/Gyventojai.pdf>.
- [MDL+09] Adam Marcus, Guido Davidzon, Denise Law, Namrata Verma, Rich Fletcher, Aamir Khan ir Luis Sarmenta. Using NFC-enabled Mobile Phones for Public Health in Developing Countries. Tech. atask. 2009. URL: <http://sonyverma.com/docs/ict4d/nfc-submitted-final-1.pdf>.
- [Mot12] Naser Hossein Motlagh. Near Field Communication (NFC) - A technical Overview. (May 2012), 2012. DOI: 10.13140/RG.2.1.1232.0720. URL: https://www.researchgate.net/publication/283498836%7B%5C_%7DNear%7B%5C_%7DField%7B%5C_%7DCommunication%7B%5C_%7DNFC%7B%5C_%7D-%7B%5C_%7DA%7B%5C_%7Dtechnical%7B%5C_%7DOverview.

- [NFC] NFC Forum. Near Field Communication (NFC) Technology and Measurements White Paper. Tech. atask. URL: https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl%7B%5C_%7Ddownloads/dl%7B%5C_%7Dapplication/application%7B%5C_%7Dnotes/1ma182/1MA182%7B%5C_%7D5E%7B%5C_%7DNFC%7B%5C_%7DWHITE%7B%5C_%7DPAPER.pdf.
- [NFC06] NFC Forum. Forum “NFC Data Exchange Format–Technical specification”. *Version*, 2006. URL: [http://scholar.google.com/scholar?hl=en%7B%5C&%7DbtnG=Search%7B%5C&%7Dq=intitle:NFC+Data+Exchange+Format+\(+NDEF+\)+Technical+Specification%7B%5C#%7D5](http://scholar.google.com/scholar?hl=en%7B%5C&%7DbtnG=Search%7B%5C&%7Dq=intitle:NFC+Data+Exchange+Format+(+NDEF+)+Technical+Specification%7B%5C#%7D5).
- [PHA⁺12] Jose Pirrone Puma, Monica Huerta, Rodolfo Alvizu ir Roger Clotet. Mobile identification: NFC in the healthcare sector. *Proceedings of the 6th andean region international conference, andescon 2012*, (April 2014):39–42, 2012. DOI: 10.1109/Andescon.2012.19.
- [Reg17] Registru centras. ESPBI IS VEIKIMAS. Tech. atask. 2017. URL: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos%7B%5C_%7Dsritys/E.%20sveikata/priedas%201%20prie%7B%5C_%7DLP%7B%5C_%7D332.pdf.
- [RKK⁺15] Anusha Rahul, Gokul Krishnan, Unni Krishnan ir Sethuraman Rao. NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) TECHNOLOGY: A SURVEY. *International journal on cybernetics & informatics (ijci)*, 4(2), 2015. DOI: 10.5121/ijci.2015.4213. URL: <http://airccse.org/journal/ijci/papers/4215ijci13.pdf>.
- [RR12] NellipudiSiva Rama Krishna Prasad ir Arepalli Rajesh. RFID-Based Hospital Real Time Patient Management System. *International journal of computer trends and technology*, 2012. ISSN: 2231-2803. URL: <http://www.internationaljournals.org>.
- [Shy13] Shyam Thangaraju. Near Field Communication in Medical Devices. *Hcl technologies. reproduction prohibited*, (April), 2013. URL: <http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/index.html>.
- [SKP⁺06] Esko Strömmer, Jouni Kaartinen, Julia Pärkkä, Arto Ylisaukko-oja ir Ilkka Korhonen. Application of near field communication for health monitoring in daily life. *Annual international conference of the ieee engineering in medicine and biology - proceedings*:3246–3249, 2006. ISSN: 05891019. DOI: 10.1109/IEMBS.2006.260021.
- [STL12] Nazanin Sabooniha, Danny Toohey ir Kevin Lee. *An Evaluation of Hospital Information Systems Integration Approaches*, 2012. ISBN: 9781450311960. URL: http://delivery.acm.org/10.1145/2350000/2345479/p498-sabooniha.pdf?ip=193.219.95.139%7B%5C&%7Ddid=2345479%7B%5C&%7Dacc=ACTIVE%20SERVICE%7B%5C&%7Dkey=1FA3353941FE8055.0BB7C649D41C6C66.4D4702B0C3E38B35.4D4702B0C3E38B35%7B%5C&%7D%7B%5C_%7D%7B%5C_%7Dacm%7B%5C_%7D%7B%5C_%7D=1551115003%7B%5C_%7Df4b45030245e0c895f2da0081ccf1908.

- [Sve15] Sveikatos Apsaugos Ministras. ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS E. SVEIKATOS 2007–2015 METŲ PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO. 49:1–18, 2015.
- [Val14] Valstybinė ligonių kasa. Stacionarinės paslaugos, 2014. URL: <http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-paslaugos/Stacionarin%C4%97s%20paslaugos>.
- [Val16] Valstybinė ligonių Kasa. Lietuvos gyventojų apklausa apie sveikatos apsaugą. 2016. URL: <http://www.vlk.lt/naujienos/tyrimai/Documents/VLK%20informuotumo%20ir%20pasitik%C4%97jimo%20tyrimas.pdf>.
- [Wor12] World Health Organization. Data and statistics, 2012. URL: <http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-workforce/data-and-statistics> (tikrinta 2019-02-24).
- [ZL11] Huijuan Zhang ir Junlin Li. NFC in medical applications with wireless sensors. *2011 international conference on electrical and control engineering, icece 2011 - proceedings*:718–721, 2011. ISSN: 0888-8892. DOI: 10.1109/ICECENG.2011.6057534.