



Laboratorio de calibración supervisado por el I.N.T.I.

**testo Argentina S.A.**

Av. Directorio 4901 - C1440ASB - C.A.B.A. - Tel.: 4683-5050

e-mail: info@testo.com.ar

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

**Objeto:** Termómetro electrónico

**Fabricante:** Testo AG

**Modelo:** Testo 400 **I.D.:** IPR-06

**Número de serie:** 01931510/010

Sondas:	Canal	Modelo	Serie	id
	1	0628 0015	10300027/407	T1

Servicios requeridos:	Canal	Puntos de calibración
	1	(-25 ; -10 ; 0 ; 25 ; 50 ; 100) °C

**Fecha de calibración:** 10 de agosto de 2015

**Cliente:** TESTO ARGENTINA S.A.

Av. Directorio 4901 - C.A.B.A.

Ing. Marcos Lanzavecchia  
DIRECTOR TECNICO



Instrumentos patrones usados	ID	Modelo	Número de serie	Certificado
Instrumento de referencia multifunción Sonda de precisión	T4	Testo 400 0614 0240	01022704 / 410 01700239 / 908	T60628

Condiciones Ambientales:

Temperatura:  $(24 \pm 1)$  °C Humedad relativa:  $(65 \pm 3)$  %

Procedimientos de calibración:

Temperatura ( PEC-01 ): Comparación con instrumento patrón y sonda de precisión en baño termostático controlado o generador de bloque seco.

Resultados de la calibración:

CANAL 1

Punto	Valor patrón °C	Valor medido °C	Corrección °C	Tolerancia °C	Incertidumbre °C	Patrón usado
1	-24,822	-24,83	0,01	0,19	0,05	T4
2	-9,926	-9,92	-0,01	0,18	0,05	T4
3	-0,261	-0,27	0,01	0,17	0,05	T4
4	24,552	24,55	0,00	0,15	0,05	T4
5	49,740	49,77	-0,03	0,16	0,05	T4
6	100,386	100,36	0,02	0,37	0,10	T4

RESULTADOS DE LA CALIBRACION	
Según los valores de corrección determinados para el instrumento	Según los valores de incertidumbre de la Medición Corregida
Las correcciones obtenidas estan dentro de la tolerancia especificada por el fabricante.	Los valores de incertidumbre estan dentro de la tolerancia especificada por el fabricante.

La incertidumbre de medición fue evaluada de acuerdo al procedimiento descrito en la norma IRAM 35050 Primera Edición 2001-06-15. La incertidumbre de medición expandida informada se calculó con un factor de cobertura de  $K = 2$ , que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95 %.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.