

D Fiche de recette

page : 1/2

Système : EMGS 26	Nom du module : Lancement d'une séance
Date : 18/06/2026	Nom des collaborateurs : Kaan, Maxime, Semih, Dilara Nom des contrôleurs : validateur : Jury, étudiant

ID	Action testée	Données en entrée	Comportement attendu	OK / KO
1	Présence d'une séance configurée + affichage des données de la séance		La séance peut être lancée	OK
2	WebSocket opérationnel	Lancement d'un client WebSocket, de préférence sur un autre PC	Connexion établie, le client peut recevoir et envoyer des messages	OK
3	BIP des pages (code_com)	Dans websocket : BIP	Une piste audio est lue	OK
4	Placement des électrodes sur le muscle + démarrage ALIM		Système prêt à démarrer	OK
5	Lancement de la séance + lancement du programme lésé	Clic sur 'Lancer la séance'	Le système collecte les données	OK
Fonctionnalité		Conformité	Ergonomie	
Excellente Bonne Moyenne Faible		Excellente Moyenne Faible	Excellente Moyenne Faible	

Fiche de recette

page : 2/2

Système : EMGS 26	Nom du module : Lancement d'une séance
Date : 18/06/2026	Nom des collaborateurs : Kaan, Maxime, Semih, Dilara Nom des contrôleurs : validateur : Jury, étudiant

ID	Action testée	Données en entrée	Comportement attendu	OK / KO
6	Conformité des données		Les données reçues sont crédibles	KO
7	Vérifier l'insertion des données reçues		Présence des données dans la table Mesure	OK
8	Visualisation des données depuis un autre client websocket		Les données défilent	OK
9	Fonctionnement de la page : http://patient.kine		La page est bien synchronisée avec le websocket	OK
10				OK
Fonctionnalité		Conformité	Ergonomie	
Excellente Bonne Moyenne Faible		Excellente Moyenne Faible	Excellente Moyenne Faible	