FICHA TÉCNICA	SPORT MEDICINE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	Tendon RX	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	306	**Código del producto**	306Q1

Descripción

Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia de plasma. Indicado para patologías crónicas de los tendones, por ejemplo, aponeurosis plantar, codo de tenista, tendinitis y periartritis escapulohumeral.

Características técnicas

Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	Smith & Nephew Topaz
Longitud de eje	80mm	**Diámetro de punta**	1.2 mm - 1.6mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	165mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:2 **coagulación**: 2	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II

Dibujo técnico



Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

FICHA TÉCNICA	SPORT MEDICINE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	Release RX	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	306	**Código del producto**	306Q2

Descripción

Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia de plasma. Indicado para procedimientos en articulación de la rodilla y hombro, tales como, remodelación de cartílago articular, liberación lateral y liberación del hombro congelado.

Características técnicas

Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	Smith&Nephew Covac 70
Longitud de eje	130mm	**Diámetro de punta**	3.8mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	175mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:7 **coagulación**: 3	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II

Dibujo técnico



Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

FICHA TÉCNICA	SPORT MEDICINE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	MAX Blator 50°	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	404	**Código del producto**	404Q2

Descripción

Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia de plasma. Indicado para artroscopia de rodilla, resección de menisco, condroplastia, reconstrucción de ligamento cruzado, liberación lateral.

Características técnicas

Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	Smith&Nephew SuperMultiVac50
Longitud de eje	130mm	**Diámetro de punta**	4.3mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	175mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:7 **coagulación**: 3	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II

Dibujo técnico



Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

FICHA TÉCNICA	SPORT MEDICINE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	Hip Blator 50°	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	404	**Código del producto**	404Q3

Descripción

Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia de plasma. Indicado para procedimientos en articulación de la cadera, tal como la reconstrucción de Labrum.

Características técnicas

Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	S/D
Longitud de eje	170mm	**Diámetro de punta**	5mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	175mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:7 **coagulación**: 3	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II

Dibujo técnico



Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

FICHA TÉCNICA	SPORT MEDICINE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	Neo Blator 90°	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	405	**Código del producto**	405Q2

Descripción

Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia de plasma. Indicado para artroscopia de hombro y rodilla, empleado para resección de meniscos, remodelación de cartílago articular, liberación lateral, reconstrucción de ligamentos cruzados, descompresión subacromial y liberación capsular.

Características técnicas

Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	S/D
Longitud de eje	130mm	**Diámetro de punta**	4.2mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	175mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:7 **coagulación**: 3	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II

Dibujo técnico



Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

FICHA TÉCNICA	SPORT MEDICINE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	EZ Blator 90°	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	405	**Código del producto**	405Q3

Descripción

Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia de plasma. Se emplea para resección de meniscos, remodelación de cartílago articular, liberación lateral, reconstrucción de ligamentos cruzados, descompresión subacromial y liberación capsular.

Características técnicas

Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	Smith&Nephew Super Turbo Vac 90
Longitud de eje	130mm	**Diámetro de punta**	4.3mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	175mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:7 **coagulación**: 3	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II

Dibujo técnico



Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

FICHA TÉCNICA	SPORT MEDICINE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	Max Blator 50FS	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	404	**Código del producto**	404Q2H

Descripción

Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia de plasma. Se emplea para resección de meniscos, remodelación de cartílago articular, liberación lateral, reconstrucción de ligamentos cruzados, descompresión subacromial y liberación capsular. Cuenta con botones en el mango para la activación de la ablación y coagulación.

Características técnicas

Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	Smith&Nephew Super Turbo Vac 90 IFS
Longitud de eje	130mm	**Diámetro de punta**	4.3mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	154mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:7 **coagulación**: 3	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II

Dibujo técnico



Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

FICHA TÉCNICA	SPORT MEDICINE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	EZ Blator 90FS	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	404	**Código del producto**	405Q3H

Descripción

Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia de plasma. Se emplea para resección de meniscos, remodelación de cartílago articular, liberación lateral, reconstrucción de ligamentos cruzados, descompresión subacromial y liberación capsular. Cuenta con botones en el mango para la activación de la ablación y coagulación.

Características técnicas

Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	Smith&Nephew Super Turbo Vac 90
Longitud de eje	130mm	**Diámetro de punta**	4.3mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	154mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:7 **coagulación**: 3	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II

Dibujo técnico





Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx